

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1775129849466 din 15.05.2026

Obiectul achiziției: Consumabile de laborator

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
4. Cuvete din grafit pentru AAS	OEM 407-152.314	Jinan Mao	China	Conform caietului de sarcini	Cuve din grafit pentru spectrometru cu absorbție atomică (tip ZEEnit 700 P), Z-tube, Pin-platform, Bucata= 1 set = 10 buc	
5. Filtre pu prelevarea particulelor	FSLW04700	Sigma	Germania	Conform caietului de sarcini	Material: Politetrafluoretilenă (PTFE), membrana hidrofoba, nesterile, 20 L/min-cm2 - fluxul de aer. Dimensiunea porilor: 2,0-3,0 μm, porozitatea 85 % Diametrul membranei: 47 mm Grosime (tipică): 150 μm; Certificare conform standardului EN 12341. Ambalaj: Bucata= 1set= 100 bucăți	
15. Precoloană pu cationi	046074	SUA	ThermoFisher	Conform caietului de sarcini	Utilizată la ion-cromatograf Dionex ICS-1000, tip IonPac CG12A, RFIC 4x50mm	
16. Coloană analitică pentru cationi	046073	SUA	ThermoFisher	Conform caietului de sarcini	Utilizată la ion-cromatograf Dionex ICS-1000, tip IonPac CS 12A, 4x250 mm	
17. Supresor electric pentru cationi	060002	SUA	ThermoFisher	Conform caietului de sarcini	Utilizat la ion-cromatograf Dionex ICS-1000, tip CDRS 600, 4mm	
18. Precoloană pu anioni	056897	SUA	ThermoFisher	Conform caietului de sarcini	Utilizată la ion-cromatograf Dionex ICS-1000, tip IonPac AG12A, RFIC 4x50mm	
19. Coloană analitică pentru anioni	056904	SUA	ThermoFisher	Conform caietului de sarcini	Utilizată la ion-cromatograf Dionex ICS-1000, tip IonPac AS 12A, 4x250 mm	
20. Supresor electric pentru anioni	060001	SUA	ThermoFisher	Conform caietului de sarcini	Utilizat la ion-cromatograf Dionex ICS-1000, tip ADRS 600 4mm	

23. Set anual filtre de schimb pentru sistemul de purificare a apei Direct-Pure Water System	1x RR600Q301 1x RR300CP01 1x RAR0100HG 1x RAFFC0250	China	RephiLe Bioscience	Conform caietului de sarcini	Setul obligatoriu trebuie sa includa urmatoarele filtre: Cartuș de protecție, conceput pentru a îndepărta particulele, compușii organici și clorul liber din apa de la robinet – 1un; Cartuș de ultrapurificare tip TOC scăzut, pentru îndepărtarea contaminanților ionici și organici sub nivelul urmei – 1un; Filtru de aerisire al rezervorului cu captator de CO2 – 1un; Filtru final de 0.2 μm – 1un.	
24. filtre de schimb pentru sistemul de purificare a apei Direct-Pure Water System	RAFFC0250	China	RephiLe Bioscience	Conform caietului de sarcini	filtru de 0,2 um de filtrare finală al apei la ieșire din dozator pentru sistemul de purificare a apei Direct-Pure Water System Reophile	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau