


Specificații de preț (F4.2)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: 21014350	Data: „21” noiembrie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Reagenți și consumabile de laborator de tim închis pentru anul 2020	Lot: _1, 2, 3 _	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Bunuri/Servicii:							
	Reactivi de laborator compatibili cu analizorul ABX Pentru 400							
33696500-0	ALT	Set	45	499,00	538,92	22455	24251,40	
33696500-0	AST	Set	45	399,28	431,22	17967,60	19405,01	
33696500-0	Amilaza	Set	100	999,00	1078,92	99900	107892,00	
33696500-0	CK NAC	Set	8	599,15	647,08	4793,2	5176,66	
33696500-0	BILIRUBINA TOTALA	Set	60	299,00	322,92	17940	19375,20	
33696500-0	BILIRUBINA DIRECTA	Set	70	250,00	270,00	17500	18900,00	
33696500-0	CALCIU	Set	10	685,00	739,80	6850	7398,00	
33696500-0	CK-MB	Set	10	1999,00	2158,92	19990	21589,20	
33696500-0	CREATININA	Set	70	289,00	312,12	20230	21848,40	
33696500-0	GLUCOZA PAP	Set	50	299,23	323,17	14961,5	16158,42	
33696500-0	LACTATDEHIDROGENAZA- LDH	Set	4	598,00	645,84	2392	2583,36	
33696500-0	FIER – IRON	Set	4	578,00	624,24	2312	2496,96	
33696500-0	PROTEINE TOTALE – TP	Set	36	275,00	297,00	9900	10692,00	
33696500-0	UREE	Set	40	330,74	357,20	13229,6	14287,97	
33696500-0	MultiCal	Set	2	5980,00	6458,40	11960	12916,80	
33696500-0	N Control	Set	2	4600,00	4968,00	9200	9936,00	
33696500-0	P Control	Set	2	5200,00	5616,00	10400	11232,00	
33696500-0	CK- Control	Set	3	3200,00	3456,00	9600	10368,00	
33696500-0	Clean-Chem CP	Set	1	2132,00	2558,40	2132	2558,40	
33696500-0	Deproteinizer CP	Set	10	750,00	900,00	7500	9000,00	
33696500-0	Cuve citire – Segmenti cuvette	Set	20	5500,00	6600,00	110000	132000,00	
33696500-0	Cupe proba – Blue sample cups	set	10	634,62	761,54	6346,2	7615,44	
Total						437559,1	487681,21	




Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Reagenți de hematologie compatibili cu analizatorul automat de hematologie 5DIFF HORIBA Yumizen H 500							
33696500-0	Reactiv pentru imprejmuire celulelor, pregătirea și diluarea probei pentru analiza. Cu acțiune electrolitică ce asigură numărarea celulelor prin impedanță și stopează reacția chimică a altor reactivi participanți la măsurare. (Diluent)	Buc	48,00	2850,00	3078,00	136800,00	147744,00	
33696500-0	Lizant unic ce asigură numărarea și diferențierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei. (White diff)	Buc	60,00	4500,00	4860,00	270000,00	291600,00	
33696500-0	Reactiv pentru curățarea analizorului după fiecare măsurare, elimină reziduurile și proteinele depuse pe camerele de măsurare și aperturi. Previne blocarea tubulaturii. (Cleaner)	Buc	15,00	290,00	348,00	4350,00	5220,00	
33696500-0	Reactiv pentru întreținerea periodică a aparatului (Minoclair)	Buc	5	281,60	337,92	1408,00	1689,60	
33696500-0	Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF	Bucata	15	1680,00	1814,40	25200,00	27216,00	
33696500-0	Material de control pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF	Bucata	15	1680,00	1814,40	25200,00	27216,00	
33696500-0	Material de control pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF	Bucata	15	1680,00	1814,40	25200,00	27216,00	
33696500-0	Material de calibrare a analizorului (Minocal)	Bucata	1	1383,00	1493,64	1383,00	1493,64	
Total						489541,00	529395,24	




Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul licitației:	21014350				Data: „21” noiembrie 2019		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:	Reagenți și consumabile de laborator de tip închis pentru anul 2020				Lot: 1, 2, 3		Pagina: 1 din 14	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Bunuri/Servicii:							
33696500-0	Reactiv pentru imprecizie, diluarea leucocitelor, pentru determinarea și diferențierea celulelor sangvine și măsurarea hematocritului leucocitelor, pentru determinarea și diferențierea celulelor sangvine și măsurarea Reactiv pentru imprecizie, diluarea leucocitelor, pentru eterminarea și diferențierea celulelor sangvine și măsurarea hematocritului	ABX Diluent	Franta	Horiba Medical	Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Conservanți < 0,1 % - Agenti tensiactivi < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.		
33696500-0	Reactiv pentru lizarea celulelor,numararea si diferențierea leucocitelor (B)	Lizant unic ce asigura numararea si diferențierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei.(WHITEDI F)	Franta	Horiba Medical	Compozitie: - Agent lizant< 5% - Surfactanti < 5% - Conservant < 1% Stabilitate dupa deschidere: - 2 luni la 15 – 30°C Prezentare: Solutie apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/set Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.		
33696500-0	Reactiv pentru curatarea analizorului	ABX Cleaner	Franta	Horiba Medical	Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Enzima proteolitica < 1 % - Conservanți < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: - 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab giabena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.		




33696500-0	ALT	ABX Pentra ALT CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii ALT in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µl Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	AST	ABX Pentra AST CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii AST in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µl Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	




33696500-0	Amilaza	ABX Pentru Amylase CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma sau urina; 125 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Liniaritate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	CK NAC	ABX Pentru CK NAC CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii creatin-kinazei in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC imuno-inhibitie; Liniaritate: 8 -1500 U/L; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 8 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 125 µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	




33696500-0	GGT	ABX Pentra GGT CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii gamma-glutamyltransferazei in ser, plasma; 250 teste/kit Test enzimatic; Metoda: Szasz modificata; Liniaritate: 4 -1000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	BILIRUBINA TOTALA	ABX Pentra Bilirubin Total CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei totale in ser, plasma; 130 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: >20 mg/dL; Lungime de unda: 550/660nm; Volum proba: 5µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	



33696500-0	CALCIU	ABX Pentra Calcium AS CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea calciului in ser, plasma, urina; 250 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Arsenazo Liniaritate: 0.16- 20 mg/dL; Lungime de unda: 660-700nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	COLESTEROL	ABX Pentra Cholesterol CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea colesterolului in ser, plasma; 344 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: enzimatica Liniaritate: 3.48- 580 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 3 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	




33696500-0	CK-MB	ABX Pentra CK-MB RTU	Franta	Horiba Medical	125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC imuno-inhibitie; Liniaritate: 5 -300 U/L; Lungime de unda: 340/700 nm; Volum proba: 8 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea creatininei in ser, plasma si urina 120 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Jaffe Liniaritate: 0.11- 18.1 mg/dL; Lungime de unda: 505/580 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	CREATININA	ABX Pentra Creatinine 120 CP	Franta	Horiba Medical	125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC imuno-inhibitie; Liniaritate: 5 -300 U/L; Lungime de unda: 340/700 nm; Volum proba: 8 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea creatininei in ser, plasma si urina 120 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Jaffe Liniaritate: 0.11- 18.1 mg/dL; Lungime de unda: 505/580 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	




33696500-0	GLUCOZA PAP	ABX Pentru Glucose PAP CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea glucozei in ser, plasma si urina 295 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: Trinder Liniaritate: 3.96- 430 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	LACTATDEHIDROGENAZA-LDH	ABX Pentru LDH IFCC CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii lactatdehidrogenazei in ser, plasma; 125 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: piruvat-lactat; Liniaritate: 10-1800 U/L; Lungime de unda: 340/420nm; Volum proba: 5µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina totala la valori mai mari de: 350µmoli/L, iar cu bilirubina directa la 900µmoli/l; Interferente cu Hemoglobina- a nu se utiliza probe hemolizate Interferente cu trigliceridele la	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	




33696500-0	FIER – IRON	ABX Pentra Iron CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fierului in ser si plasma 282 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Ferene Liniaritate: 1.33-180µmol/L; Lungime de unda: 600/700 nm; Volum proba: 22µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 321µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 104 µmol/L; Interferente cu trigliceridele la	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	MAGNEZIU	ABX Pentra Magnesium RTU	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea magneziului in ser, plasma 2x100teste/kit Test colorimetric; Metoda: xylidyl blue Liniaritate: 0.17 – 4.6 mg/dL; Lungime de unda: 520/700 nm; Volum proba: 2.5 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	PROTEINE TOTALE – TP	ABX Pentra Total Protein 100 CF	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea proteinelor totale in ser, plasma 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: biuret Liniaritate: 1.56- 160 g/L; Lungime de unda: 550/700 nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	




33696500-0	UREE	ABX Pentra Urea CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea ureei in ser, plasma si urina; 220 teste/kit Test colorimetric; Metoda: enzimatica cu GLDH Liniaritate: 300 mg/dL; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 3 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 22.19 mg/dL; Bilirubina Directa la valori mai mari de: 23.36 mg/dL; Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	MultiCal	ABX Pentra Multical	Franta	Horiba Medical	Ser de calibrare liofilizat pentru calibrarea reactivilor de biochimie. Stabilitate: 1 luna de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrista pe eticheta la 2-8°C sau la -20°C	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	N Control	ABX Pentra N Control	Franta	Horiba Medical	Ser de control liofilizat – nivel normal pentru controlul reactivilor de biochimie. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrista pe eticheta la 2-8°C	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	P Control	ABX Pentra P Control	Franta	Horiba Medical	Ser de control liofilizat – nivel patologic pentru controlul reactivilor de biochimie. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrista pe eticheta la 2-8°C	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	




33696500-0	CK- Control	ABX Pentra CK 2 Control	Franta	Horiba Medical	Ser liofilizat de albumina serica bovina pentru controlul metodelor pentru CK si CK-MB, nivel normal si patologic Stabilitate: 24 ore de la reconstituire la 15-25°C si 3 zile la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C. Solutie de spalare (NaOH > 2%) Volum caseta:99ml Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	Clean-Chem CP	ABX Pentra Clean - Chem CP	Franta	Horiba Medical	Solutie de deproteinizare cu hipoclorit de sodiu (< 5 %) si hidroxid de sodiu (< 0.5 %) R: 30 mL Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	Deproteinizer CP	ABX Pentra Deproteinizer CP	Franta	Horiba Medical	Solutie de deproteinizare cu hipoclorit de sodiu (< 5 %) si hidroxid de sodiu (< 0.5 %) R: 30 mL Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	Cuve citire – Segmenti cuvette	ABX Pentra Cuvette Segments R	Franta	Horiba Medical	Cuve de reactie de unica folosinta, compatibile cu ABX Pentra 400. Mod de prezentare cutie cu 450 segmenti a cate 12 cuvette.	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	Cuve proba – Blue sample cups	ABX Pentra Sample Cups	Franta	Horiba Medical	Cuve proba albastre, compatibile cu analizorul ABX Pentra 400. Mod de prezentare punga 1000 bucati	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	
33696500-0	Clean-Chem CP	ABX Pentra Deproteinizer CP	Franta	Horiba Medical	Solutie de spalare (NaOH > 2%) Volum caseta:99ml Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete	In conformitate cu solicitarile beneficiarului se gaseste in insertul de reactivi anexat.	



33696500-0	Teste de măsurare compatibile cu Rapid 500	Measurement Cartridge 250 test	Germania	Siemens	Unitate de măsură: cartuş – RP 500 mcart lac, nu mai puțin de 250 teste, cartuş de unică folosință cu toate componentele necesare măsurătorilor integrate: senzori, măsurarea umrătorilor parametrii: 1 gaze în sine: Ph (și din lichid pleural), Pco2, Po2, 2. Electrozi: Na+, K+, Ca++, Cl-, Metaboliti: glucoza, hematocrit, lactat, CO-oximetrie: nBili, tHb, So2, 02Hb, HHb, COHb, MeHb- numărul maxim de teste care pot fi efectuate dintr-un cartuş- 750 teste, stabilite minim 28 de zile de la instalare în aparat. reactivi, componente electronice și fluidice, senzori integrați pentru: 1 Ph, Na, K, Ca, CL- ce utilizează metoda ISE, 2 referința Ag/Ag în clorură de K și clorură de Ag, 3 Pco2 – măsurătoare potențiometrică bazată pe principiul electrodului Severinghaus, Po2 – măsurătoare amperică bazată pe principiul electrodului Clark, Glucoza- măsurătoare amperometrică cu un electrod ce conține glucoză oxidază, pentru	Unitate de măsură: cartuş – RP 500 mcart lac, nu mai puțin de 250 teste, cartuş de unică folosință cu toate componentele necesare măsurătorilor integrate: senzori, măsurarea umrătorilor parametrii: 1 gaze în sine: Ph (și din lichid pleural), Pco2, Po2, 2. Electrozi: Na+, K+, Ca++, Cl-, Metaboliti: glucoza, hematocrit, lactat, CO-oximetrie: nBili, tHb, So2, 02Hb, HHb, COHb, MeHb- numărul maxim de teste care pot fi efectuate dintr-un cartuş- 750 teste, stabilite minim 28 de zile de la instalare în aparat. reactivi, componente electronice și fluidice, senzori integrați pentru: 1 Ph, Na, K, Ca, CL- ce utilizează metoda ISE, 2 referința Ag/Ag în clorură de K și clorură de Ag, 3 Pco2
33696500-0	Teste de spălare aparatul cu Rapid Point 500	Wash- Waste Cartridge	Germania	Siemens	În set 4 cartuşuri wach/waste. Cartuşe de unică folosință ce conțin toate soluțiile de spălare și întreținere dintimpul măsurătorilor și după aceasta ambalare : cutie	În set 4 cartuşuri wach/waste. Cartuşe de unică folosință ce conțin toate soluțiile de spălare și întreținere dintimpul măsurătorilor și după aceasta ambalare : cutie
33696500-0	Capilare Leur compatibile cu aparatul Rapid Point	Leur Capillary Port	Germania	Siemens	În set 2 buc. Porturi de probă – kit LUER/Capillary. Poer de aspirare probă necesar pentru eviatarea chegurilor -2 buc.pungă	În set 2 buc. Porturi de probă – kit LUER/Capillary. Poer de aspirare probă necesar pentru eviatarea chegurilor -2 buc.pungă



33696500-0	Seringi Heparinate cu Heparina de Li 100IU	Seringi Heparinate	Turcia	Koroglo	Seringile de 2.5 ml Litiu-heparinate pentru prelevarea sangelui, servesc ca dispozitive de extractie arteriale pentru: ph/gaze in sange, electroliti, oximetrie si analiza metabolitilor. Sunt prevazute cu pastila de heparina cu 100 IU heparina balansata. Fiecare seringă este dotata cu ac propriu. Acul este 25G, 1", ascutit in unghi de 5 grade, special pentru punctie arterial si venoasa. Aceste seringi sunt de unica folosinta. Seringile pentru prelevarea sangelui si masurarea gazelor din sange trebuie furnizate steril	Seringile de 2.5 ml Litiu-heparinate pentru prelevarea sangelui, servesc ca dispozitive de extractie arteriale pentru: ph/gaze in sange, electroliti, oximetrie si analiza metabolitilor. Sunt prevazute cu pastila de heparina cu 100 IU heparina balansata. Fiecare seringă este dotata cu ac propriu. Acul este 25G, 1", ascutit in unghi de 5 grade, special pentru punctie arterial si venoasa. Aceste seringi sunt de unica folosinta. Seringile pentru prelevarea sangelui si masurarea gazelor din sange trebuie furnizate steril
------------	--	--------------------	--------	---------	--	--



Semnati: Alabuiev Numele, Prenumele: Alabuiev Iurie În calitate de: Reprezentant vânzari

Ofertantul: I.C.S. "DIAMEDIX IMPEX" S.R.L. Adresa: municipiul Chisinau, str. 31 august 108/2