

Specificații tehnice (F4.1)

din 29.06.2020

Numărul licitației: 21025121								Alternativa nr.
Denumirea licitației: Filtre antibacteriene de unică folosință Conform necesitatilor IMSP Institutul Oncologic						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant		Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
	Bunuri							
	Lotul 1							
33192400-6	High Flow Suction Filter 11mm tapered barbed both sides	2200/16BAUA00 1/0001	United Kingdom	GVS Filter Technology UK Limited	Filtru antibacterian de unică folosință compatibil cu aspiratorul chirurgical New Hospivac 350 Full 5 Diametru conector – 11 mm Discu hidrofobic 99% – Eficiență bacteriană și virală Zona de filtrare eficientă – 24,6 cm2 Temperatura maximă de operare – 100oC Presiunea maximă de operare – 138kPa Filtrare – 0,27μm	Racord de conectare Barele conice de 11 mm - ambele părți Dimensiuni h. 55,0 mm; w. 64,5 mm Suprafață de filtrare eficientă (cm2) 24,6 cm² Eficiență de filtrare BFE 99.9999% * VFE 99.9999% * Materiale de construcție Mijloace de filtrare: PTFE 1 μm Îveliș: stiren-butadienă Temperatura maximă de operare 60 ° C Presiune (bar) 20 psi		CE
	Total lot 1							
	TOTAL							

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1**, tel.022 00 08 24, fax.022 00 08 23