

**CERTIFICAT DE CALITATE**

**№ 220 din 18.09.2025**

**PRODUS FINIT**

<u>Denumirea produsului:</u>	<b>Trusă medicală – ElaDum</b>		
<u>Număr de înregistrare/data:</u>	-	<u>Serie:</u>	040925
<u>Certificat GMP:</u>	AMDM.MD.GMP.H.005.2022	<u>Cantitatea certificată:</u>	293 bucăți
<u>Analizat conform:</u>	HG Nr. 1306 din 21.11.2008	<u>Data fabricației:</u>	16.09.2025
<u>Elaborat în baza:</u>	-	<u>Termen valabilitate:</u>	04.2027
		<u>Data prelevării:</u>	17.09.2025
		<u>Cantitatea prelevată:</u>	1 bucată

**Rezultatele analizelor:**

Indici de calitate	Condiții de admisibilitate	Rezultate
<b>Componența</b>	<p><u>Medicamente:</u>  <u>Amoniac – ElaDum 10%, sol. 10 ml 1 flacon</u>  <u>Validol comprimate N10</u>  <u>Iod – ElaDum 5%, sol. cut., 10 ml 1 flacon</u></p> <p><u>Consumabile:</u>  <u>Bandaj elastic pentru fixare 2 bucăți</u>  <u>Emplastru bactericid 3 bucăți</u>  <u>Emplastru simplu 1 bucată</u>  <u>Fașă de tifon, 7×14 cm 3 bucăți</u>  <u>Fașă de tifon sterilă, 7×14 cm 2 bucăți</u>  <u>Foarfece 1 bucată</u>  <u>Vată hidrofیلă 100 gr.</u>  <u>Garou de cauciuc pentru hemostază 1 bucată</u>  <u>Hârtie pentru notițe 3 foi</u>  <u>Lanternă 1 bucată</u>  <u>Stilou sau creion 1 bucată</u></p>	<p><u>Medicamente:</u>  <u>Amoniac – ElaDum 10%, sol. 10 ml 1 flacon</u>  <u>Validol comprimate N10</u>  <u>Iod – ElaDum 5%, sol. cut. 10 ml 1 flacon</u></p> <p><u>Consumabile:</u>  <u>Bandaj elastic pentru fixare 2 bucăți</u>  <u>Emplastru bactericid 3 bucăți</u>  <u>Emplastru simplu 1 bucată</u>  <u>Fașă de tifon, 7×14 cm 3 bucăți</u>  <u>Fașă de tifon sterilă, 7×14 cm 2 bucăți</u>  <u>Foarfece 1 bucată</u>  <u>Vată hidrofилă 100 gr.</u>  <u>Garou de cauciuc pentru hemostază 1 bucată</u>  <u>Hârtie pentru notițe 3 foi</u>  <u>Lanternă 1 bucată</u>  <u>Stilou 1 bucată</u></p>
<b>Ambalare</b> - <u>Ambalajul primar</u>	<u>Husă transparentă din polietilenă</u>	Corespunde
- <u>Ambalajul secundar</u>	<u>Husă din țesut sintetic de culoare neagră, dotată cu fermoar pentru deschidere/închidere, cu printul insignei companiei de culoare albastră</u>	Corespunde
<b>Marcare</b>	<u>Denumirea produsului;</u> <u>Marca, denumirea producătorului și adresa.</u>	Corespunde

**Concluzie:**

Eșantionul **Trusă medicală – ElaDum** seria **040925** corespunde cerințelor înaintate de Hotărârea de Guvern Nr. 1306 din 21.11.2008 conform indicilor analizați.

Șef Departament Controlul Calității

Data: 18.08.2025

Persoana Calificată

Data: 22.09.2025



Vornicescu Tatiana

Dumbravă Ștefan