

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: [ocds-b3wdp1-MD-1756375043798](#)

Denumirea licitației: Servicii de reparație a dispozitivului medical X-Ray CArm, model Opescope Acteno

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Lucrări de testare, calibrare, mentinută. X-Ray CArm,model Opescope Acteno,Shimadzu, Japonia	Opescope Acteno	Japonia	Shimadzu	Profilaxia sistemului(lubrifiere,suflare cu jet de aer,etc) - Calibrarea/ajustarea parametrilor fizico-radiologici - Calibrarea/ajustarea modulelor mecanice - Verificarea collimatorului, calibrarea la necesitate - Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). - Verificarea numărului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului)Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport ce indică toate acțiunile întreprinse și starea de funcționalitate a dispozitivului; *Termen de executare a lucrărilor - maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului; Garanție:*Minim 6 luni;	Profilaxia sistemului(lubrifiere,suflare cu jet de aer,etc) - Calibrarea/ajustarea parametrilor fizico-radiologici - Calibrarea/ajustarea modulelor mecanice - Verificarea collimatorului, calibrarea la necesitate - Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). - Verificarea numărului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului)Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport ce indică toate acțiunile întreprinse și starea de funcționalitate a dispozitivului; *Termen de executare a lucrărilor - maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului; Garanție:*Minim 6 luni;	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
 În calitate de: Director
 Ofertantul: SC „Neotec” SRL
 Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău