

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1587559260227 / 21022236](#).

Denumirea procedurii de achiziție: «**Piese p/u utilaj medical – 2020**».

| Cod CPV | Denumirea bunurilor                       | Model articol     | Țara de origine | Producător        | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                 | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                    | Standard de referință |
|---------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | 6.Sterilizator Plasmă RENO-S130D, Renosem | S002-0010-00      | Korea           | Renosem           | 6.1.HEPA Filter - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                               | 6.1.HEPA Filter - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                               | CE / ISO              |
|         |                                           | S015-0030-00      | Korea           | Renosem           | 6.2.High Temp. O-Ring - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                         | 6.2.High Temp. O-Ring - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                         | CE / ISO              |
|         |                                           | S002-0020-00      | Korea           | Renosem           | 6.3.Activated carbon Filter - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                   | 6.3.Activated carbon Filter - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                   | CE / ISO              |
|         |                                           | E034-0050-00      | Korea           | Renosem           | 6.4.Injection valve Body - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                      | 6.4.Injection valve Body - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                      | CE / ISO              |
|         |                                           | R301-0300-01      | Korea           | Renosem           | 6.5.SFS nozzle - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                                | 6.5.SFS nozzle - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                                | CE / ISO              |
|         |                                           | 101-0410-03       | Korea           | Renosem           | 6.6.Plasma Unit - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                               | 6.6.Plasma Unit - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                               | CE / ISO              |
|         |                                           | S001-0030-00      | Korea           | Renosem           | 6.7.Oil-Mist Trap - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                             | 6.7.Oil-Mist Trap - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                             | CE / ISO              |
|         |                                           | Service KM12      | Korea           | Renosem           | 6.8.Kit de mentenanță p/u pompa de vacuum Leybold - piesa urmează a fi montată de agentul economic.                                       | 6.8.Kit de mentenanță p/u pompa de vacuum Leybold - piesa urmează a fi montată de agentul economic.                                       | CE / ISO              |
|         |                                           | S060-0011-00      | Korea           | Renosem           | 6.9.Ac p/u injectarea peroxidului.                                                                                                        | 6.9.Ac p/u injectarea peroxidului.                                                                                                        | CE / ISO              |
|         | <b>Total lot.6</b>                        |                   |                 |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                       |
|         | 14. Ventilator Monal T75, Air Liquid      | FDK 24V 9Ah Ni-MH | China           | Energy Technology | 14.1.Baterie internă - rechargeable , NiMH, 24V, 2x4500mAh                                                                                | 14.1.Baterie internă - rechargeable , NiMH, 24V, 2x4500mAh                                                                                | ISO                   |
|         |                                           | OOM002            | Germania        | Envitec           | 14.2.Senzor de Oxigen - celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu ventilatorul Monnal T75. | 14.2.Senzor de Oxigen - celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu ventilatorul Monnal T75. | CE / ISO              |
|         | <b>Total lot 14</b>                       |                   |                 |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                       |

|  |                                                         |                           |          |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |          |
|--|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 25.Sursă de lumină CLV-190, Olympus                     | Excelitas                 | SUA      | J2022                   | 25.1.Xenon short-arc lamp - (ozone-free) 300W.                                                                                   | 25.1.Xenon short-arc lamp - (ozone-free) 300W.                                                                                   | CE / ISO |
|  | <b>Total lot.25</b>                                     |                           |          |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |          |
|  | 34.Microscop neurochirurgical                           | 64634                     | Germania | Osram                   | 34.1.Lampă halogen - cu reflector MR16, 15V, 150W.                                                                               | 34.1.Lampă halogen - cu reflector MR16, 15V, 150W.                                                                               | CE / ISO |
|  | <b>Total lot.34</b>                                     |                           |          |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |          |
|  | 35.Lampă chirurgicală                                   | 64640                     | Germania | Osram                   | 35.1.Lampă halogen - 24V, 150W, cu doi pini, standard G4.                                                                        | 35.1.Lampă halogen - 24V, 150W, cu doi pini, standard G4.                                                                        | CE / ISO |
|  | <b>Total lot.35</b>                                     |                           |          |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |          |
|  | 37.Masă de operație Medifa 5000, Medifa GmbH und Co. KG | KOM2K-3-080-303--002/600N | Germania | Bansbach easy lift GmbH | 37. Cilindru pneumatic cu buton putere 600 N, KOM2K-3-080-303-002.                                                               | 37. Cilindru pneumatic cu buton putere 600 N, KOM2K-3-080-303-002.                                                               | CE / ISO |
|  | <b>Total lot.37</b>                                     |                           |          |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |          |
|  | 40.Obiectiv optic                                       | OG3MA                     | SUA      | Ocularinc               | 40.1.Ocular three mirror universal - diametru: 18mm; înălțimea lentilelor: 32mm; static FOV 140°; laser spot 1.08x; imagine 93x. | 40.1.Ocular three mirror universal - diametru: 18mm; înălțimea lentilelor: 32mm; static FOV 140°; laser spot 1.08x; imagine 93x. | FDA      |
|  | <b>Total lot 43</b>                                     |                           |          |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |          |
|  | 46.Rețea gaze medicale                                  | FM20.31                   | Turcia   | INSPITAL Medical        | 46.1.Umidificator O2 - cu borcan 250ml, coloana de indiciu a consumului de oxigen.                                               | 46.1.Umidificator O2 - cu borcan 250ml autoclavabil, coloana de indiciu a consumului de oxigen.                                  | CE / ISO |
|  | <b>Total lot 46</b>                                     |                           |          |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |          |

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Anastasia Latisev

În calitate de: Director

.

Ofertantul: Edelmed

Adresa: str. Traian 1/1 of 80, Chisinau, MD 2060