

Nr. 21025336 F3.1 din 06.07.2020

IMSP CRDM

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Licitația nr. 21025336

Invitație la licitația publicată în BAP nr.:

Alternativa nr.:

Către: IMSP CRDM

ProfilabDiagnostic SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr. _____.
- b) **ProfilabDiagnostic SRL** se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii:

MICROPIPETE AUTOMATE

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituită :

Suma totală: 17 784,00 (Șaptesprezece mii șapte sute optzeci și patru) Lei 00 bani

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituită :

Suma totală: 21 340,80 (Douăzeci și unu mii trei sute patruzeci) Lei 80 bani.

e) Prezentă oferta rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, _____
[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.** .

Semnat: _____

Nume: Varman Irina

În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL

Adresa: mun. Chişinău, str. Mioriţa, 5

Data: 06.07.2020

Specificatii de Pret (F4.2)

IMSP CRDM

Numărul procedurii de achiziție: 21025336						Data: 01.07 - 06.07.2020			Alternativa nr.	
Denumirea procedurii de achiziție: MICROPIPETE AUTOMATE						Lot:			Pagina 1 din 1	
	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Lot.1	MICROPIPETE AUTOMATE									
1.1	33100000-1	Micropipetă automată cu volum variabil 100 - 1000 µl	buc	3	1 482,00	1 778,40	4 446,00	5 335,20	în termen de zece zile de la solicitare.	MD52V1000002251817136MDL
1.2	33100000-1	Micropipetă automată cu volum variabil 20 - 200 µl	buc	3	1 482,00	1 778,40	4 446,00	5 335,20	în termen de zece zile de la solicitare.	
1.3	33100000-1	Micropipetă automată cu volum variabil 10 - 100 µl	buc	3	1 482,00	1 778,40	4 446,00	5 335,20	în termen de zece zile de la solicitare.	
1.4	33100000-1	Micropipetă automată cu volum variabil 0,5 - 10 µl	buc	3	1 482,00	1 778,40	4 446,00	5 335,20	în termen de zece zile de la solicitare.	
Total ofertă:							17 784,00	21 340,80		

Suma totală: 21 340,80 (Douăzeci și unu mii trei sute patruzeci) Lei 80 bani.

Semnat:  Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

IMSP CRDM

Numărul procedurii de achiziție: 21025336					Data: 01.07 - 06.07.2020		Alternativa nr.:
Denumirea procedurii de achiziție: MICROPIPETE AUTOMATE					Lot:		Pagina 1 din 1
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	Micropipetă automată cu volum variabil 100 - 1000 µl	Micropipetă automată cu volum variabil 100 - 1000 µl	China	DLAB	Parametri tehnici al dispozitivului: - 1 canal; - volum ajustabil; - complet autoclavabil; - materialul mînerului durabil și rezistent la radiații UV; - materialul pistonului rezistent la coroziune; - buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat; - ecran pentru indicația volumului; - forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator; - cu con universal compatibil cu majoritatea vîrîrîilor standarde; - descărcarea vîrîrîilor prin apăsarea butonului; - ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare; - dispozitivul va fi calibrat; - certificat de etalonare și certificat metrologic; - manual de utilizare; - acuratețea minimă nu mai mare 0,6 %; - acuratețea maximă nu mai mare 1,0 %; - pas maximal 1 µl.	Parametri tehnici al dispozitivului: - 1 canal; - volum ajustabil; - complet autoclavabil; - materialul mînerului durabil și rezistent la radiații UV; - materialul pistonului rezistent la coroziune; - buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat; - ecran pentru indicația volumului; - forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator; - cu con universal compatibil cu majoritatea vîrîrîilor standarde; - descărcarea vîrîrîilor prin apăsarea butonului; - ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare; - dispozitivul va fi calibrat; - certificat de etalonare și certificat metrologic; - manual de utilizare; - acuratețea minimă nu mai mare 0,6 %; - acuratețea maximă nu mai mare 1,0 %; - pas maximal 1 µl.	ISO, CE.
33100000-1	Micropipetă automată cu volum variabil 20 - 200 µl	Micropipetă automată cu volum variabil 20 - 200 µl	China	DLAB	Parametri tehnici al dispozitivului: - 1 canal; - volum ajustabil; - complet autoclavabil; - materialul mînerului durabil și rezistent la radiații UV; - materialul pistonului rezistent la coroziune; - buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat; - ecran pentru indicația volumului; - forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator; - cu con universal compatibil cu majoritatea vîrîrîilor standarde; - descărcarea vîrîrîilor prin apăsarea butonului; - ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare; - dispozitivul va fi calibrat; - certificat de etalonare și certificat metrologic; - manual de utilizare; - acuratețea minimă nu mai mare 0,6 %; - acuratețea maximă nu mai mare 1,8 %; - pas maximal 0,2 µl.	Parametri tehnici al dispozitivului: - 1 canal; - volum ajustabil; - complet autoclavabil; - materialul mînerului durabil și rezistent la radiații UV; - materialul pistonului rezistent la coroziune; - buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat; - ecran pentru indicația volumului; - forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator; - cu con universal compatibil cu majoritatea vîrîrîilor standarde; - descărcarea vîrîrîilor prin apăsarea butonului; - ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare; - dispozitivul va fi calibrat; - certificat de etalonare și certificat metrologic; - manual de utilizare; - acuratețea minimă nu mai mare 0,6 %; - acuratețea maximă nu mai mare 1,8 %; - pas maximal 0,2 µl.	ISO, CE.
33100000-1	Micropipetă automată cu volum variabil 10 - 100 µl	Micropipetă automată cu volum variabil 10 - 100 µl	China	DLAB	Parametri tehnici al dispozitivului: - 1 canal; - volum ajustabil; - complet autoclavabil; - materialul mînerului durabil și rezistent la radiații UV; - materialul pistonului rezistent la coroziune; - buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat; - ecran pentru indicația volumului; - forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator; - cu con universal compatibil cu majoritatea vîrîrîilor standarde; - descărcarea vîrîrîilor prin apăsarea butonului; - ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare; - dispozitivul va fi calibrat; - certificat de etalonare și certificat metrologic; - manual de utilizare; - acuratețea minimă nu mai mare 0,8 %; - acuratețea maximă nu mai mare 2,5 %; - pas maximal 0,2 µl.	Parametri tehnici al dispozitivului: - 1 canal; - volum ajustabil; - complet autoclavabil; - materialul mînerului durabil și rezistent la radiații UV; - materialul pistonului rezistent la coroziune; - buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat; - ecran pentru indicația volumului; - forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator; - cu con universal compatibil cu majoritatea vîrîrîilor standarde; - descărcarea vîrîrîilor prin apăsarea butonului; - ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare; - dispozitivul va fi calibrat; - certificat de etalonare și certificat metrologic; - manual de utilizare; - acuratețea minimă nu mai mare 0,8 %; - acuratețea maximă nu mai mare 2,5 %; - pas maximal 0,2 µl.	ISO, CE.
33100000-1	Micropipetă automată cu volum variabil 0,5 - 10 µl	Micropipetă automată cu volum variabil 0,5 - 10 µl	China	DLAB	Parametri tehnici al dispozitivului: - 1 canal; - volum ajustabil; - complet autoclavabil; - materialul mînerului durabil și rezistent la radiații UV; - materialul pistonului rezistent la coroziune; - buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat; - ecran pentru indicația volumului; - forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator; - cu con universal compatibil cu majoritatea vîrîrîilor standarde; - descărcarea vîrîrîilor prin apăsarea butonului; - ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare; - dispozitivul va fi calibrat; - certificat de etalonare și certificat metrologic; - manual de utilizare; - acuratețea minimă nu mai mare 1 %; - acuratețea maximă nu mai mare 2,5 %; - pas maximal 0,1 µl.	Parametri tehnici al dispozitivului: - 1 canal; - volum ajustabil; - complet autoclavabil; - materialul mînerului durabil și rezistent la radiații UV; - materialul pistonului rezistent la coroziune; - buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat; - ecran pentru indicația volumului; - forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator; - cu con universal compatibil cu majoritatea vîrîrîilor standarde; - descărcarea vîrîrîilor prin apăsarea butonului; - ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare; - dispozitivul va fi calibrat; - certificat de etalonare și certificat metrologic; - manual de utilizare; - acuratețea minimă nu mai mare 1 %; - acuratețea maximă nu mai mare 2,5 %; - pas maximal 0,1 µl.	ISO, CE.

Semnat:  Nume: Varman Irim In calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

