

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21434995</u> din <u>18.06.2025</u>
Obiectul achiziției: <u>IMSP Spitalul Raional Ungheni</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1	Ușă dublă pentru cabinet radiologic, oțel, antifoc, opacă, cu plumb 2.0 pb,	Modova			Ușă dublă pentru cabinet radiologic, oțel, antifoc, opacă, cu plumb 2.0 pb, dim. gol: 1620×2120 mm, ușă: 1600×2100 mm, deschidere principală dreapta – 850 mm, secundară – 630 mm, prag 20 mm sau placă 3 mm, culoare RAL 7035. Broască BKS clasa 3, antifoc. Cadrul echipat cu plumb.	CE/ISO