

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**IMSP Centrul Medicilor de Familie Bălți.**

Numărul achiziției comerciale: 21051694, ocds-b3wdp1-MD-1644829213217							Data: 22.03.2022	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2022							Lot:	pag. 1 din 1
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	33100000-1	RPR Carbon Antigen Kit cu reagent și control în set	RPR-CARBON-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	1 set*1000teste (2fl.*10ml Latex reagent, 2fl*2ml Control pozitiv și negativ) .Set pentru determinarea calitativă și semi-cantitativă a anticorpilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.	RPR Carbon Antigen Kit cu reagent și control în set, set 2fl x 10ml=1000-2000teste.	ISO, CE.
9	33100000-1	Material pentru controlul calității VSH prin metoda Westergin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal și patologic)	Control blood that allows verifying the accuracy and precision of methods that measure the erythrocyte	Franța	Eurocell	Un control de sânge întreg, uman, conceput pentru a monitoriza precizia metodelor automate de măsurare a ratelor de sedimentare a eritrocitelor. Set 2fl*9 ml.Perioada de valabilitate nu mai puțin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puțin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Material pentru controlul calității VSH prin metoda Westergin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal și patologic), set 2fl x 9ml. Stabilitatea flaconului deschis nu mai puțin de 31 zile.	ISO, CE.
17	33100000-1	Teste pentru determinarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic)	FOB-F-Strip-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și sa includa o procedura de control intern.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Teste pentru determinarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic), în ambalaj individual. Unitatea de măsură flacon echivalent test.	ISO, CE.
18	33100000-1	Teste pentru determinarea H.Pylori Ag în masele fecale	HP-F-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Metoda imunocromatografica. Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și sa includa o procedura de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Teste pentru determinarea <i>H. Pylori Ag</i> în mase fecale.	ISO, CE.

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

**Data: 22.03.2022**  
**Valabilitatea ofertei - 30 zile.**