

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1657890133089 / 2100119 din: 15.07.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 10)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
12	Scanner oftalmic si pasimetru	MD-1000AP	China	MEDA CO., LTD	Opțiunea de scanare Frecvența 10 MHz Precizia măsurării lungimii axiale ≤ 0.05 mm Adâncime ≥ 40mm Viteza de propagare 1641.1532 Date de iesire Cornea, camera anterioara, lentil, umorul vitros, lungimea axială Calcul IOL: "6 metode generale, Srk2, Srk/t, Binkhort II, Hoffer Q, Hollady, Haigis" Mod implicit pentru ochi: Normal, dens, afhakic, PMMA, silicon, acrylic, cataracta și 2 moduri personalizate Modulul Pasimetru Frecvența 20 MHz Precizie de măsurare a corneei: $<0,01$ mm Adâncime: 0,15 mm-1,5 mm Viteza de propagare: 1640 Ieșirea datelor: Grosimea corneei Metoda de măsurare: Modul de măsurare a contractului Alți parametri: Cistiga: 99 dB Ecran tactil colorat: ≥ 6 inch Rezoluția ecranului: $\leq 0,1$ mm Informații de ieșire: Date din 10 grupuri, calculul mediei și deviației standard Locație de stocare: ≥ 200 de copii ale datelor examinilor Imprimare: Imprimantă termică rapidă incorporată	Opțiunea de scanare Frecvența 10 MHz Precizia măsurării lungimii axiale ≤ 0.05 mm Adâncime ≥ 40mm Viteza de propagare 1641.1532 Date de iesire Cornea, camera anterioara, lentil, umorul vitros, lungimea axială Calcul IOL: "6 metode generale, Srk2, Srk/t, Binkhort II, Hoffer Q, Hollady, Haigis" Mod implicit pentru ochi: Normal, dens, afhakic, PMMA, silicon, acrylic, cataracta și 2 moduri personalizate Modulul Pasimetru Frecvența 20 MHz Precizie de măsurare a corneei: $\leq \pm 0,005$ mm Adâncime: 0,23 mm-1,5 mm Viteza de propagare: 1640 Ieșirea datelor: Grosimea corneei Metoda de măsurare: Modul de măsurare a contractului Alți parametri: Cistiga: 99 dB Ecran tactil colorat: ≥ 6.5 inch Rezoluția ecranului: $\leq 0,001$ mm Informații de ieșire: Date din 10 grupuri, calculul mediei și deviației standard Locație de stocare: ≥ 200 de copii ale datelor examinilor Imprimare: Imprimantă termică rapidă incorporată	CE/ ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301