

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1777289076661 / 21612444 din 08.05.2026					Pag 1 din 1	
Denumirea licitației:			Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 "alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1")					Lot : 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310000-1	1	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 "alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1")	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 "alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1")	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge One Step HIV ½ (Whole blood/Serum/Plasma) Nr. catalog W006-C4P2 Ambalaj 25 teste/set	China	Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.	Test-rapid pentru depistarea simultană a anticorpilor anti HIV 1/2 Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma). Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% (test alternativ 2 "alt producător fata de cele de baza si cel din alternativa 1") Testele trebuie să fie precalificate de OMS (https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/vitro-diagnostics-lists) Pentru testele care nu sunt precalificate de OMS – prezentarea a unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător. Notă: Testul de alternativa 2 nu poate fi de la producătorul: 1. HIV/Sifilis Combo Bioline HIV/Syphilis Duo1 06FK35 de la Korea, Abbott (test de baza) 2. HIV simple Test Anticorpi Rapid HIV 1/2 N40 (ITPW02153-TC40) de la China, INTEC PRODUCTS, INC. (test de baza) 3. Test rapid de diagnostic HIV 1/2 GCHIV-402a SUA HEALGEN SCIENTIFIC, LLC (test de alternativa 1).	One Step HIV ½ . Catalogue number W006-C4P2 . Ambalaj 25 teste/set Setul include: caseta , bufer , lanceta sterila , pipeta de unica folosinta , servelele cu alcool Test-rapid pentru depistarea simultană a anticorpilor anti HIV 1/2 Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma). Durata testării – 15 minute. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% Alt producător fata de cele de baza si cel din alternativa 1 si alternativa 2 Test Precalificat OMS (anexat la lista de documente) Se anexeaza : ISO,CE , Certificat de conformitate , broșura HIV, Catalog producator , instructiune de utilizare , Precalificare OMS	ISO,CE, Precalificare OMS

Numele,Prenumele : Varman Irina În calitate de: Director
Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Dokucaev,6
semnat electronic