

ПАСПОРТ

Набор контрольных растворов гемоглобина
для биохимических исследований 3 фл. х 5 мл.
«Гемоглобин –Контроль» (Биоконт ГК)
ТУ 9398-275-11498242-00

Серия 57/921123 Дата выпуска 11.2023 Годен до 11.2025
Количество наборов в серии 1000

Наименование показателя	Требования ТУ	Результаты анализа
1. Внешний вид		
1.1 Раствор гемоглобина ГК-1 (Кат.№339), ГК-2 (Кат.№340), ГК-3 (Кат.№341)	Жидкость от темно-красного до темно-коричневого цвета	Жидкость темно-красного цвета
2. Технические характеристики		
2.1 Концентрация раствора гемоглобина:		
ГК-1, г/л, в интервале,	65-75	70
ГК-2, г/л, в интервале,	110-130	121
ГК-3, г/л, в интервале.	145-175	162
3. Показатели правильности определения		
3.1 Коэффициент вариации результатов определения, %, не более	2,0	соответствует
3.2 Допустимое отклонение от аттестационного значения концентрации гемоглобина, % не более	2,0	соответствует
3.3 Межфлаконная вариация расхождение, %, не более	2,0	соответствует
3.4 Допустимый разброс результатов определения концентрации гемоглобина в разных наборах одной серии, % не более	2,0	соответствует

Заключение ОКК ООО «Агат-Мед»:

Набор серии 57/921123 требованиям ТУ 9398-275-11498242-00 предприятия соответствует.

Начальник ОКК ООО «АГАТ-МЕД» Гладун В.В.
« 15 » ноября 2023 г.



М I I