

Specificații tehnică							
Numărul licitației: 21564319 / ocde-b3wdp1-MD-1770807532455 din 11.02.2026							
Obiectul achiziției: Kit de mentenanță pentru dispozitivele medicale de sterilizare și păstrare Endoscoape, Steelco EW 2/2 și ED 200/2 cu servicii de mentenanță incluse							
Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot. 3 Servici de mentenanță a inginerului calificat de către producătorul echipamentului Steelco							
3,1	Mentenanța pu EW2/2 1 Mententa programata cu schimbarea pieselor la toate 3 sisteme se sterilizarea EW2/2 si foamrea raportului de verificare. 2 Servicii de diagnosticare cu solutionarea în cazul în care este posibil. – 3 ieșiri la necesitate pentru fiecare dispozitiv.	EW2/2	Italia	Steelco	1.Mentenanța programata cu schimbarea pieselor la toate 3 sisteme de sterilizare EW2/2 si formarea raportului de verificare – 1 serviciu programate anual pentru fiecare dispozitiv 2.Servicii de diagnostic și mentenanță corectivă în caz de necesitate. – la necesitate cu număr nelimitat cu timp de intervenție 24 ore.	1. DA Mentenanța programata cu schimbarea pieselor la toate 3 sisteme de sterilizare EW2/2 si formarea raportului de verificare – 1 serviciu programate anual pentru fiecare dispozitiv 2. DA Servicii de diagnostic și mentenanță corectivă în caz de necesitate – 3 ieșiri la necesitate pentru fiecare dispozitiv cu timp de intervenție 24 ore.	Echipament înregistrat
3,2	Mentenanța pu ED200/2 1. Mentenanță programată cu schimbarea pieselor la Sistemul de păstrare ED200/2 și formarea raportului de verificare. 2. Servicii de diagnostic cu soluționarea în cazul în care este posibil. – 3 ieșiri la necesitate.	ED200/2	Italia	Steelco	1. Mentenanță programată cu schimbarea pieselor la Sistemul de păstrare ED200/2 si formarea raportului de verificare. 2. Servicii de diagnostic și mentenanță corectivă în caz de necesitate. – la necesitate cu număr nelimitat cu timp de intervenție 24 ore.	1. DA Mentenanță programată cu schimbarea pieselor la Sistemul de păstrare ED200/2 si formarea raportului de verificare. 2. DA Servicii de diagnostic și mentenanță corectivă în caz de necesitate. – 3 ieșiri la necesitate pentru fiecare dispozitiv cu timp de intervenție 24 ore.	Echipament înregistrat

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Inga Besirik

În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed-Service" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2