

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)
pentru IMSP SR Sîngerei

Nr. PA: ACVM nr.21027440, MT id ocds-b3wdp1-MD-1597741498776	Data: 21 august 2020
Denumirea PA: Consumabile medicale	

Lot Nr	Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33100000-1	Lot 7. Filtru bacterial/viral pentru adulți VT: 300-1500ml	1544000	Lituania/ Marea Britanie	Intersurgical UAB	Lot 7. Filtru bacterial/viral pentru adulți VT: 300-1500ml	Filtru Clear-Guard 3, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,8cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal recomandat de la 200 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Produs original cu dispozitivele tuturor producătorilor de aparatele de anestezie și ventilare destinate.	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnat:



Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**