

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1718288166363 din 24.07.2024						
Obiectul achiziției:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 7)						
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2	3	4	5	6	7	
11	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza)	Gima Aspirator Super Vega Battery on Trolley (28193) + filtre	Italia	Gima S.p.A.	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurghului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 600 mm Hg Rata de flux, l/min. ≥ 36 Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 65 dBA Vas colector Material excepție sticla Numărul 1 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Capacitatea, L ≥ 2 L Protecție la umplere obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu Aspirator mobil pe suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frina da, ≥ 2 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie internă reutilizabilă obligatoriu Timp operare > 1 h Accesorii Filtru antibacterian 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurghului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 600 mm Hg, DA Rata de flux, l/min. ≥ 36, DA Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 65 dBA, Da Vas colector Material excepție sticla Numărul 1 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) DA Capacitatea, L ≥ 2 L, Da Protecție la umplere obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu Aspirator mobil pe suport cu roțile ≥ 4 roți, DA Roți cu frina da, ≥ 2 buc., DA Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz, DA Baterie internă reutilizabilă obligatoriu, DA Timp operare > 1 h, DA Accesorii Filtru antibacterian 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) DA Vezi pag.1 din catalogul cu numarul lotului corespuzator. Inregistrat la AMDM cu nr. DM000579025	DM000579025	
12	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330	Gima HOSPI PLUS Aspirator 2x4L, cod 28204 + filtre	Italia	Gima S.p.A.	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurghului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 80 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±5% Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector obligatoriu Selector mecanic de vas obligatoriu Numărul vaselor 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit) Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea obligatoriu Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frina da, ≥ 2 buc. Miner pentru transportare obligatoriu Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației obligatoriu Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz obligatoriu Filtru antibacterian 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurghului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg, Da, oferit 675 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 80 l/min, DA, oferit 90 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±5%, DA Reglator aspirație obligatoriu, DA Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA, Da Vas colector În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector obligatoriu Selector mecanic de vas obligatoriu Numărul vaselor 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) DA Capacitatea, L ≥ 4 L, DA Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu, DA Vas tip reutilizabil obligatoriu, DA Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit) Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea obligatoriu DA Suport cu roțile ≥ 4 roți, DA Roți cu frina da, ≥ 2 buc, DA Miner pentru transportare obligatoriu, DA Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației obligatoriu, DA, inclus Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz obligatoriu, DA Filtru antibacterian 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit), DA Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz, DA. Vezi pag.1 din catalogul cu numarul lotului corespuzator. Inregistrat la AMDM cu nr. DM000579024	DM000579024	

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1718288166363 din 24.07.2024					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 7)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
15	Cardiomonitor fetal Cod 260800	Fetal and mother monitor C22	China	SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Cardiomonitor fetal Cod 260800 Descriere Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG Parametru Specificație Antepartum/intapartum ambele Ultrasunet undă continuă sau pulstivă ,diapazon -1....2.5 MHz Frecvența cardiacă a fătului,diapazon 30-240 bpm Activitatea uterină obligatoriu Referință control zero obligatoriu Calibrare Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine Numărul de canale 2 Imprimantă termică, încorporată Alarmer vizuale și acustice Afișaj LCD, color Conexiunea PC obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Hîrtie pentru imprimantă ≥ 5 buc. Set de electrozi ≥ 1 Gel de contact ≥ 1 litru Suport pe roțile (indicarea modelului obligatorie)	Cardiomonitor fetal Descriere Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG - DA, este oferit 3/5-lead ECG, plus module SpO2, NIBP, Resp, HR, Temp. Parametru Specificație Antepartum/intapartum ambele, DA. Ultrasunet undă continuă sau pulstivă, diapazon -1...2.5 MHz, DA. Frecvența cardiacă a fătului,diapazon 30-240 bpm, DA. Activitatea uterină obligatoriu, DA. Referință control zero obligatoriu, DA. Calibrare Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine, DA. Numărul de canale 2, DA. Imprimantă termică, încorporată, DA, latime 150mm. Alarmer vizuale și acustice, DA. Afișaj LCD, color, DA. Conexiunea PC obligatoriu, DA. Alimentarea 220 V, 50 Hz, DA + baterie . Accesorii Hîrtie pentru imprimantă ≥ 5 buc. DA Set de electrozi ≥ 1, DA, cu 5 derivatii. Gel de contact ≥ 1 litru, Da. Suport pe roțile (indicarea modelului obligatorie), Da Vezi pag.10 din catalogul cu numarul lotului corespunzator. Inregistrat la AMDM cu nr. DM000560581	DM000560581

Semnăt: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea**