

Analizator hematologic, automat (3 diff), 60 probe		Model: DH36
Cod	150520	Nr. Înregistrare: DM000747731 Producător: SHENZHEN DYMINDE BIOTECHNOLOGY CO. LTD, China
Descriere	Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem deschis de reactivi	Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem deschis de reactivi
Parametrul	Specificația Solicitată	Specificația Ofertată
Metode de analiză	3 diff	Da, corespunde
Procedura de curățire	automată	Da, corespunde, User manual cap. 12.2.5 pag. 202
Parametri determinați și calculați:	WBC	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	RBC	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	HGB	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	HCT	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	MCV	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	MCH	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	MCHC	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	PLT	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	LYM#	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	LYM%	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	MID#	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	MID%	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	GRA#	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	GRA%	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	RDW-SD	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	RDW-CV	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	MPV	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
	PCT	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
Capacitate (probe/oră)	≥ 60	Da, corespunde, Brochure pag. 2/2.
Volumul probei:	≤ 25 µL	Da, corespunde, volumul probei 9 µL Brochure pag. 2/2.
Diluarea	automată	Da, corespunde, user manual cap. 4.3. pag. 30-32
Afișaj	LED/LCD ecran, touchscreen	Da, corespunde, Display 10.4 inch TFT touch screen, Brochure pag. 2/2.
Imprimantă încorporată	obligatoriu	Da, corespunde, dispozitivul este dotat cu imprimantă încorporată, Brochure pag. 2/2.
Sistem de identificare a pacientului (ID pacient)	obligatoriu	Da, corespunde, User manual cap. 7.3. pag. 93
Introducerea datelor	manual/automat	Da, corespunde, User manual cap. 7.3. pag. 92 - 98
Interfața PC	obligatoriu	Da, corespunde
Calibrarea	automată	Da, corespunde, User manual cap. 10.3.3. pag. 177-180
Histograme:	WBC- repartizarea leucocitelor după volum	Da, corespunde, User manual cap. 3.3. pag. 21-22
	RBC- repartizarea eritrocitelor după volum	
	PLT- repartizarea trombocitelor după volum	
Afișarea pe ecran a tuturor datelor	histograme	Da, corespunde, User manual cap. 8. pag. 109-131
	rezultate	
	grafice	
	rezultate din arhivă	
	date de service	
Indicatori de avertizare	obligatoriu	Da, corespunde, sunt incluse steaguri de alarmă și indicatoare de avertizare
Program de control al calității	obligatoriu	Da, corespunde, User manual cap. 9. pag. 132
Limba de comunicare	rom/rus	Da, corespunde, limbaj de comunicare în limba rusă
Stocarea datelor, memorie internă	≥ 1000 pacienți	Da, corespunde, memorie internă până la 50 000 pacienți, Brochure pag. 2/2.
Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului	obligatoriu	Da, corespunde, toate softurile necesare pentru funcționare vor fi instalate
Interfața LIS	obligatoriu	Da, corespunde, User manual cap. 2.6.5. pag. 13
Cititor de coduri de bare	obligatoriu	Da, corespunde, cititor de coduri de bare este inclus în oferta
Alimentare	220 V, 50 Hz	Da, corespunde, alimentare 100V-240V , 50/60Hz
Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului	≥ 50 analize (pentru testare/instruire).	Da, corespunde, toate accesoriile, consumabilele necesare pentru instruire și testare sunt incluse în oferta de preț
Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului	≥ 50 analize (pentru testare/instruire).	Da, corespunde, toți reagenții pentru testare și instruire sunt incluși în oferta de preț
Note		
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare		Da, corespunde, oferta de preț include reactivi, soluții QC și calibrare pentru cantitățile solicitate
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.		Da, corespunde, cantitatea de soluții propuse va asigura procedurile de control al calității și calibrare, pe întreaga perioadă contractată

Furnizorul va asigura:	
Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.	Da, corespunde
Instruirea personalului.	Da, corespunde, se va asigura instruirea personalului
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate	Da, corespunde, se va asigura mentenanță și piese de schimb gratuit pentru analizator și pentru dispozitivele auxiliare livrate (daca este cazul) pe toata perioada contractului.
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.	Da, corespunde, se va asigura seturi de mentenanță și piese de schimb gratuit pentru analizator și pentru dispozitivele auxiliare livrate (daca este cazul) pe toata perioada contractului.
Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială	Da, corespunde, v-om asigura toate consumabilele, în cazul în care acestea nu vor fi incluse în oferta inițială
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.	Da, corespunde, în caz de defecțiune, timpul de reacție va fi în maxim 24 ore de la solicitarea telefonică
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.	Da, corespunde, pe perioada contractului prețul pentru reactivi nu va fi modificat
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.	Da, corespunde, valabilitatea reactivilor la momentul livrării vor constitui minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere	După deschidere, termenul de valabilitate al diluantului și soluțiilor este de 60 de zile
Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:	
Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare	Da, corespunde
Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).	Da, corespunde, se va asigura efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar.
Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.	Toate piesele și kiturile de mentenanță vor fi în stare bună funcțională pe întreaga perioadă a contractului
Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.	Da, corespunde
Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului	Da, corespunde, se va asigura servicii de mentenanță pentru toată perioada contractului.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Da, corespunde

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova