

Sigilator		Specificatii tehnice propuse
Descriere	Dispozitiv de sigilat pungi/ambalaje pentru sterilizarea instrumentelor în instituții medicale, cu sistem de încălzire permanent și funcție de stand-by pentru a preveni supraîncălzirea.	
Carcasă din oțel inoxidabil	da	Da, „DataSheet”
Modul de reglare, setare și afișare a temperaturii dorite, diapazon:	120-220 grade Celsius.	DA, 60-220C „Datasheet”
Potrivit pentru pungi și bobine.	da	DA
Tensiunea de alimentare:	curent monofazat, 220-240 V 50-60 Hz	Da, „DataSheet”
Distanța de etanșare față de margine	de la 0 la 35mm.	Da, 0-40 mm „DataSheet”
Reverse rotație	da	DA
Control cu microprocesor	da	Pag.7 „User Manual”
Setările parametrilor vor rămâne aceeași după o întrerupere a curentului	da	DA
Pornirea automată a motorului prin senzor de fotocelula	da	DA
Oprire automată a motorului	după 30 secunde	Da, posibilitate de a selecta durata. Pag.18 „User Manual”
Viteza de etanșare	nu mai puțin de 10metri/minut	Da, 10 m/Min „DataSheet”
Setarea Intervalului de temperatură:	1 grad Celsius	Da, „Datasheet”
Alertă și oprirea motorului în cazul în care parametrii monitorizați depășesc limite prestabilite	da	DA, Pag. 7 „User Manual”

Dotat cu suport pentru role/bobine de sterilizare in 2 nivele, cu dispozitiv de tăiere	da	DA, PR H-50
<i>Cerințe de certificare:</i>		
Anul producerii minim 2025.	da	DA
Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.	da	DA
Instalare, darea in exploatare, instruire obligatorie a personalului	da	DA
Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare	da	DA
Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.	da	DA
În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.	da	DA
Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h	da	DA
<i>La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:</i>		
Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.	da	DA
Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv	da	DA

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Sergiu Ciobanu În calitate de: Administrator
Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calarași 66

Cod Fiscal 1018600025629; Banca Comerciala Romana, Chisinau S.A.