

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1686930755551** din **16 iunie 2023**

Obiectul achiziției: **Materiale și instrumentar stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie**

| N/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|--|-----------------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 196 | Freze de tip flacăra cu picior mediu, marcaj albastru, nr. 014 | Freze diamantate | Japonia | Mani | diamantate pentru turbină, nr. 014 | Freze diamantate pentru turbină, nr. 014, rezistă pentru orice tip de sterilizare, pot fi utilizate cu performanțe de lungă durată Toate frezele sunt fabricate sub controlul strict al calității. Culorile de pe fundalul catalogului se referă la viteză maximă de rotație la care se poate utiliza freza: Albastru: pentru Coduri max.450.000 rot/minut Culori (de pe freza) în funcție de granulația diamantului conform I.S.O: Albastru : Standard - 106-125μ | ISO |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Benderschi Tamara** în calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Prodent-Com SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Str. Teilor 9/4**