

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1696943255871 din 27 oct 2023, 16:26 - 7 nov 2023, 16:26

**Obiectul achiziției:** Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Briceni (Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta înalta Cod 300120)

| Cod CP V               | Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor   | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
|------------------------|---------|---|---|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
|                        |         | 1   | 2                                       | 3               | 4            | 5   | 6   | 7                      |
|                        |         | Bunuri/servicii   |   |                 |              |   |   |                        |
| 244<br>550<br>00-<br>8 | 10.1    | Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | Neo Proteazim Plus 500                  | Italia          | Cantel       | <p>Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:<br/>virucid EN 14476 și EN 17111 virusi anvelopati (conditii de murdarie),<br/>bactericidă EN 13727 și EN 14561 (conditii de murdarie),<br/>levuricid EN 13624 și EN 14562 (conditii de murdarie),<br/>Certificări:<br/>Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <p>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.<br/>- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.<br/>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.<br/>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .<br/>Cerințe tehnice:<br/>-substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 enzime),<br/>- produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, pH neutru în diluție.<br/>-expoziția (minut): ≤ 15min<br/>- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv</p> | <p>Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:<br/>virucid EN 14885:2019 și EN 13610 virusi anvelopati (conditii de murdarie),<br/>bactericidă EN 13727 și EN 14561 (conditii de murdarie),<br/>levuricid EN 13624 și EN 14562 (conditii de murdarie),<br/>Certificări:<br/>Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <p>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.<br/>- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.<br/>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.<br/>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .<br/>Cerințe tehnice:<br/>-substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 enzime),<br/>- produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, pH neutru în diluție.</p> | DM00030<br>6770        |

|                        |      |   |                        |        |        |  |   |                 |
|------------------------|------|---|------------------------|--------|--------|--|---|-----------------|
|                        |      |   |                        |        |        | <p>Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>   | <p>-expoziția (minut): ≤ 10min</p> <p>- ambalaj 1 litri</p> <p>Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>  |                 |
| 244<br>550<br>00-<br>8 | 10.2 | Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | Neo Proteazim Plus 500 | Italia | Cantel | <p>Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <p>virucid EN 14476, EN 17111 virusi anvelopati (condiții de murdarie),</p> <p>bactericidă EN 13727 , EN 14561 (condiții de murdarie),</p> <p>levuricid EN 13624 EN 14562 (condiții de murdarie),</p> <p>Certificări:</p> <p>Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <p>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.</p> <p>- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <p>-substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 enzime),</p> <p>- produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție.</p> <p>-expoziția (minut): ≤ 15min</p> <p>- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv, dotat cu pompă de dozare,</p> <p>Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p> | <p>Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <p>virucid EN 14885:2019, EN 13610 virusi anvelopati (condiții de murdarie),</p> <p>bactericidă EN 13727 , EN 14561 (condiții de murdarie),</p> <p>levuricid EN 13624 EN 14562 (condiții de murdarie),</p> <p>Certificări:</p> <p>Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <p>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.</p> <p>- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <p>-substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 enzime),</p> <p>- produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție.</p> <p>-expoziția (minut): ≤ 10min</p> <p>- ambalaj 1 litru inclusiv, dotat cu pompă de dozare,</p> <p>Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p> | DM00030<br>6770 |

|                        |      |  |                            |        |        |   |   |                 |
|------------------------|------|--|----------------------------|--------|--------|---|---|-----------------|
| 244<br>550<br>00-<br>8 | 14.1 | Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | ADASPOR Plus Concentrato   | Italia | Cantel | <p>Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile</p> <p>Actiunea dezinfectantului:<br/>Bactericid EN 13727 și EN 14561 conditii de curatenie ,<br/>Levuricid EN 13624 și EN14562 conditii de curatenie<br/>Micobactericid/ Tuberculocid EN 14348 și EN 14563 conditii de curatenie,<br/>Virucid EN 14476 și EN 17111 /conditii de curatenie,<br/>Sporicid EN 17126 conditii de curatenie.</p> <p>Certificări:<br/>-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;<br/>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.<br/>- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.<br/>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.<br/>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate restant la livrare minim 7 zile<br/>Cerințe tehnice:<br/>- substanță activă: acid peracetic<br/>- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv<br/>Expozitie 5 min.<br/>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> | <p>Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile</p> <p>Actiunea dezinfectantului:<br/>Bactericid EN 13727 și EN 14561 conditii de curatenie ,<br/>Levuricid EN 13624 și EN14562 conditii de curatenie<br/>Micobactericid/ Tuberculocid EN 14348 și EN 14563 conditii de curatenie,<br/>Virucid EN 14476 conditii de curatenie,<br/>Sporicid EN 14347 si EN 13704</p> <p>Certificări:<br/>-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;<br/>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.<br/>- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.<br/>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.<br/>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate restant la livrare minim 7 zile<br/>- Termen de valabilitate a solutie de lucru 12 zile</p> <p>Cerințe tehnice:<br/>- substanță activă: acid peracetic<br/>- ambalaj 1 litru<br/>Expozitie 5 min.</p> | DM00022<br>6686 |
| 244<br>550<br>00-<br>8 | 14.2 | Banđetele de control optional  | “ADASPOR PLUS” test strips | Italia | Cantel | <p>Banđetele compatibile cu produsul ofertat pentru lotul în cauză. Conform cantitatii solicitate 300 bucati la un punct de sterilizare, termen de valabilitate restant minim 50% la livrare<br/>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p>  | <p>Banđetele compatibile cu produsul ofertat pentru lotul în cauză. Conform cantitatii solicitate 300 bucati la un punct de sterilizare, termen de valabilitate restant minim 50% la livrare<br/>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p>  | -               |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**