

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1694097210519 din 28 sept 2023, 16:15 - 19 oct 2023, 16:15

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024

Co d CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33 10 00 00- 1	85	Set pentru ligaturare variceala endoscopica	MBLS-6F	China	Micro-Tech	Set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. UN set= 0 bucată	Set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal > 2,5 mm. UN set= 0 bucată	ISO,CE

Ofertantul: **“AG Medical”SRL**

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Rusu Cristina**

În calitate de: **administrator**