

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1623213486124 din 30.06.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație al dispozitivelor medicale pentru anul 2021 (REPETAT)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50421000-2	3. Servicii de reparație ventilator pulmonar "SV650, Mindray"	051-002525-00	China	Mindray	Schimbarea placii VT70 switch touch screen control PCBA PN:051-002525-00	Placă VT70 switch touch screen control PCBA PN:051-002525-00 Servicii: - înlocuirea placii - Testarea funcționalității ventilatorului	CE

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Sveatoslav Prodan,**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **IM” Dutchmed-M „SRL**

Adresa: **mun Chisinau, Bd.Decebal 76, of 807**