

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1739540682711 din 18 martie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Canti tea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
3	Cântar cu taliometru copii electronic	bucată	1	1900,00	2280,00	1900,00	2280,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
4	Cușetă medicală	bucată	47	3230,00	3876,00	151810,00	182172,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
7	Cântar electronic cu taliometru	bucată	6	4399,00	5278,80	26394,00	31672,80	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
14	Oftalmoscop indirect	bucată	1	150000,00	180000,00	150000,00	180000,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
16	Fotoliu pentru examinare	bucată	2	41666,00	49999,20	83332,00	99998,40	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
17	Fotoliu proctologie	bucată	1	48900,00	58680,00	48900,00	58680,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
19	Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului	bucată	36	22800,00	27360,00	820800,00	984960,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
	TOTAL					1283136,00	1539763,20		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1739540682711 din 18 martie 2025							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”							
	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
3	Cântar cu taliometru copii electronic	6475	Ungaria	Momert Co. Ltd.	Cântar electronic cu taliometru pentru copii de la 0 până la 12 luni; Domeniul de masurare 0 - 20 kg; Precizia maxim 10 g; Funcția aducere la zero; Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se mișcă; Ecran LCD; Alimentarea cu baterii. Dimensiuni: lungimea 65 cm ± 5 cm, lățimea 35 cm ± 5 cm, înălțimea 15 cm ± 5 cm. Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare).	Cântar electronic cu taliometru pentru copii de la 0 până la 12 luni; Domeniul de masurare 0 - 20 kg; Precizia maxim 10 g; Funcția aducere la zero; Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se mișcă; Ecran LCD; Alimentarea cu baterii. Dimensiuni: lungimea 65 cm ± 5 cm, lățimea 35 cm ± 5 cm, înălțimea 15 cm ± 5 cm.	CE/ISO/ Echipament de măsurare
4	Cușetă medicală	SLS-E100	China	FORLONG MEDICAL CO., LTD	Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului; Dotată cu suport pentru cearșaf de hârtie; Tapițerie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți; Culoare - gri; Dimensiuni: lungimea 185 cm ± 5 cm, lățimea 60 cm ± 5 cm, înălțimea 550 cm ± 5 cm.	Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului; Dotată cu suport pentru cearșaf de hârtie; Tapițerie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți; Culoare - gri; Dimensiuni: lungimea 185 cm lățimea 60 cm înălțimea 550 cm.	CE
7	Cântar electronic cu taliometru	5968	Ungaria	Momert Co. Ltd.	Cântar electronic cu LCD; Domeniul de masurare 0 - 200 kg; Pasul de măsurare a greutății 100 grame; Setarea la zero manuală sau automată; Diapazonul minim necesar al taliometrului 90 cm – 200 cm; Pasul de măsurare a înălțimii 1 mm; Dimensiunile platformei: 350 mm ± 20 mm (lățime,W) x 400 mm ± 50 mm (adâncimea, D) x 100 mm ± 20 mm (înălțimea, H). Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor	Cântar electronic cu LCD; Domeniul de masurare 0 - 200 kg; Pasul de măsurare a greutății 100 grame; Setarea la zero manuală sau automată; Diapazonul minim necesar al taliometrului 90 cm – 200 cm; Pasul de măsurare a înălțimii 1 mm; Dimensiunile platformei: 350 mm ± 20 mm (lățime,W) x 400 mm ± 50 mm (adâncimea, D) x 100 mm ± 20 mm (înălțimea, H).	CE/ISO/ Echipament de măsurare

					de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare).		
14	Oftalmosc op indirect	Omega 500 C-008.33.536	China	HEINE OPTOTECH NIK GMBH & CO. KG	Mărimi spot: mică, medie/intermediar și mare; Filtre: albastru, verde, lumină difuză; Reglarea distanței interpupilare, diapazonul minim necesar 48 – 74 mm ; Timpul minim de lucru de la acumulator: 2h; Iluminare xenon sau LED cu temperatura culorii : 3800K ± 200K; Montat pe cap ce permite: - reglarea mărimii benzii de fixare pe cap; - reglarea înălțimii benzii de fixare pe cap; - reglarea unghi oftalmoscop ar fi un avantaj. Accesorii: • Încărcător și sursă de alimentare de la 220V – 1 set. • Acumulator – 2 bucăți. • Lampă xenon – 3 bucăți (daca iluminarea de tip LED, nu necesită accesoriul dat).	Mărimi spot: mică, medie/intermediar și mare; Filtre: albastru, verde, lumină difuză; Reglarea distanței interpupilare, diapazonul minim necesar 48 – 74 mm ; Timpul minim de lucru de la acumulator: 2h; Iluminare xenon sau LED cu temperatura culorii : 3800K ± 200K; Montat pe cap ce permite: - reglarea mărimii benzii de fixare pe cap; - reglarea înălțimii benzii de fixare pe cap; - reglarea unghi oftalmoscop ar fi un avantaj. Accesorii: • Încărcător și sursă de alimentare de la 220V – 1 set. • Acumulator – 2 bucăți. Cod separat: X-095.17.310 • Acumulator – 2 bucăți. Cod separat X-007.99.665 • Lampă LED	DM0000 48783
16	Fotoliu pentru examinare	JX-02	Turcia	MEDICAL 2000 TIBBI CIHAZLAR VE ILERI TEKNOLOJ I SANAYI VE TICARET A.S.	Destinat examinărilor urologice / ginecologice; Minim 3 secțiuni (pentru spate, pentru șezut și pentru picioare), cu suportul pentru hârtie; Secțiunea pentru picioare ușor detașabilă sau pleabil la necesitate; Reglarea secțiunii pentru spate (diapazonul minim necesar): 0° - 65°; Suporturi laterale pentru picioare; Mânere laterale sau suport pentru mâini; Tava detașabilă și extractibilă, realizată din oțel inoxidabil; Tapițerie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți; Ajustare electrică pe înălțime, diapazonul minim 65 cm - 80 cm; Reglarea electrică de la telecomanda sau pedală; Să asigure sarcina minim necesară 180 kg; Cu 4 roți , minim 2 blocabile; Alimentare curent alternativ 220-230V, 50-60 Hz.	Destinat examinărilor urologice / ginecologice; Minim 3 secțiuni (pentru spate, pentru șezut și pentru picioare), cu suportul pentru hârtie; Secțiunea pentru picioare ușor detașabilă sau pleabil la necesitate; Reglarea secțiunii pentru spate (diapazonul minim necesar): 0° - 65°; Suporturi laterale pentru picioare; Mânere laterale sau suport pentru mâini; Tava detașabilă și extractibilă, realizată din oțel inoxidabil; Tapițerie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți; Ajustare electrică pe înălțime, diapazonul minim 65 cm - 80 cm; Reglarea electrică de la telecomanda sau pedală; Să asigure sarcina minim necesară 180 kg; Cu 4 roți , minim 2 blocabile; Alimentare curent alternativ 220-230V,	CE/ISO

						50-60 Hz.	
17	Fotoliu proctologie	JX-02	Turcia	MEDICAL 2000 TIBBI CIHAZLAR VE ILERI TEKNOLOJ I SANAYI VE TICARET A.S.	Destinat pentru examinări proctologie; Minim 2 secțiuni (șezut, spătar); Suportul pentru genunchi fixat sau detașabil; Suport pentru mâni lateral detașabil; Cu ajustare pe înălțime sau în caz că înălțimea este nereglabilă, se include între 80 cm -100 cm, să ofere suport stabil pentru facilitarea urcării a pacientului; Tredelenburg Da; Tapițerie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți; Reglarea electrică de la telecomanda sau pedală; Să asigure sarcina minim necesară 180 kg; Suprafața utilă minim necesară : lungimea 170 cm sau lungimea (șezut, spătar) 115 cm + lungimea suportului pentru genunchi 25 cm; lățimea 60 cm; Alimentare curent alternativ 220-230V, 50-60 Hz. Opțional: suportul pentru hârtie; suport pentru abdomen.	Destinat pentru examinări proctologie; Minim 2 secțiuni (șezut, spătar); Suportul pentru genunchi fixat sau detașabil; Suport pentru mâni lateral detașabil; Cu ajustare pe înălțime sau în caz că înălțimea este nereglabilă, se include între 80 cm -100 cm, să ofere suport stabil pentru facilitarea urcării a pacientului; Tredelenburg Da; Tapițerie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți; Reglarea electrică de la telecomanda sau pedală; Să asigure sarcina minim necesară 180 kg; Suprafața utilă minim necesară : lungimea 170 cm sau lungimea (șezut, spătar) 115 cm + lungimea suportului pentru genunchi 25 cm; lățimea 60 cm; Alimentare curent alternativ 220-230V, 50-60 Hz. Opțional: suportul pentru hârtie; suport pentru abdomen.	CE/ISO
19	Placa/Bord /Slider pentru transferul lateral a pacientului	Transaroll – Standard, nepliabilă 4401150	Germania	TRANSATL ANTIC HG STOLPE & CO. MBH	Din material rezistent la factori chimici (dezinfectanti), impermeabil, sigur in utilizarea cu suprafata superioara glisanta, detașabilă ce permite transferul pacientului prin alunecare, cu mânere de operare fixate la capetele longitudinale. Lungimea: cca 180+/-10 cm; Latimea 55+/-5 cm; Greutatea pacient minim 190kg.	Din material rezistent la factori chimici (dezinfectanti), impermeabil, sigur in utilizarea cu suprafata superioara glisanta, detașabilă ce permite transferul pacientului prin alunecare, cu mânere de operare fixate la capetele longitudinale. Lungimea: cca 180cm; Latimea 50 cm; Greutatea pacient minim 190kg.	DM0008 10676

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia