

SPECIFICAȚII TEHNICE

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Numărul licitației publice: 21060911, ocds-b3wdp1-MD-1659341918428							Data: 23.08.2022	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reactivi și consumabile de laborator pentru activitatea didactică							Lot:	pag. 1 din 2
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
230	336000000-6	Vârfuri pentru pipete automate cu volumul 20-200 µL (galbene), 1000buc/pachet	Gilson Tip 200ul, 1000pcs/bag, 50bags/carton	China	RMD	Vârfuri pentru pipete automate cu volumul 20-200 µL (galbene), 1000buc/pachet	Vârfuri pentru pipete automate cu volumul 20-200 µL (galbene).	ISO, CE.
231	336000000-6	Vârfuri pentru pipete automate cu volumul 200-1000 µL (albastre), 500buc/pachet	Gilson Tip 1000ul, 500pcs/bag, 30bags/carton	China	RMD	Vârfuri pentru pipete automate cu volumul 200-1000 µL (albastre), 500buc/pachet	Vârfuri pentru pipete automate cu volumul 200-1000 µL (albastre).	ISO, CE.
232	336000000-6	ASAT (GOT)	AST-UV-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	ASAT (GOT) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set – ≤ 2 U/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 2,0; Coef. de variație extraserial – ≤ 1,5; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml până la 100 ml;	ASAT . (set 2fl x 50ml + 2fl x 25ml).). Conform specificației tehnice solicitate.	ISO, CE.
233	336000000-6	ALAT (GPT)	ALT-UV-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	ALAT (GPT) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set – ≤ 4 U/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 2,0; Coef. de variație extraserial – ≤ 1,0; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml până la 100 ml.	ALAT , (set 2fl x 50ml + 2fl x 25ml). Conform specificației tehnice solicitate.	ISO, CE.
234	336000000-6	alfa-Amilaza (alfa-Amylase)	Amylo D-DAC.Lq	Moldova	Dac-Spectromed	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set – ≤ 33,0 U/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 5.0; Coef. de variație extraserial – ≤ 8.0; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11 g/l; Ambalaj solicitat –Flacoane cu volumul de la 50 ml până la 100 ml.	Alfa-Amilaza (set 2fl x 60ml). Conform specificației tehnice solicitate.	ISO, CE.
235	336000000-6	Albumina (Albumin)	Albu-DAC.Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Albumina (Albumin) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. ; Material pentru investigații – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set – 1 g/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.15; Interferențe – Hemoglobina până la 5 g/L, Glucoza până la 5 g/L, acidul ascorbic până la 400 mg/L. ; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul 50 ml.; Volum total solicitat, ml - 250,0 ml- 5 fl	Albumina (set 1fl *50 ml). Conform specificației tehnice solicitate.	ISO, CE.
236	336000000-6	Bilirubina totală (Total Bilirubin)	Bili-T-DAC-CF	Moldova	Dac-Spectromed	Bilirubina totală (Total Bilirubin) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, Indrașec; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set – ≤ 1.3 mmol/l; Coef. de variație intraserial – ≤ 5.0; Coef. de variație extraserial – ≤ 5.0; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj solicitat –Flacoane cu volumul de la 50 ml până la 100 ml.	Bilirubina totală (set 1fl *100 ml). Conform specificației tehnice solicitate.	ISO, CE.
237	336000000-6	Bilirubina directă (Direct Bilirubin)	Bili-D-DAC-CF	Moldova	Dac-Spectromed	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, Indrașec; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set – ≤ 1.8 mmol/l; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.03; Coef. de variație extraserial – ≤ 0,01; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml până la 100 ml.	Bilirubina directă (set 1fl * 100 ml). Conform specificației tehnice solicitate.	ISO, CE.
238	336000000-6	Cholesterol total (Cholesterol)	Chol-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Cholesterol total (Cholesterol) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set – ≤ 0,08 mmol/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variație extraserial – ≤ 2.5; Interferențe – Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml până la 100 ml.	Cholesterol total , (set 1fl * 100 ml). Conform specificației tehnice solicitate.	ISO, CE.

239	33600000-6	Creatinina (Creatinine)	Crea Kinetic-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Creatinina (Creatinine) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – $\leq 15 \mu\text{mol/L}$; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.05 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.05 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml.	Creatinina (set 1fl x 50ml + 1fl x 50ml). Conform specificației tehnice solicitate.	ISO, CE.
240	33600000-6	Glukoza (Glucose)	Gluko-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Glukoza (Glucose) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică cu glucosidază; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – $\leq 0.1 \text{ mmol/L}$; Coef. de variație intraserial – ≤ 7.0 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 3.0 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml.	Glukoza (set 1fl x 100ml). Conform specificației tehnice solicitate.	ISO, CE.
243	33600000-6	Uree (Urea)	Ure UV - DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Uree (Urea) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Cinetică ureaze UV; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma fără heparinat de amoniu, urină; Limita minimă de detectie pentru set – $\leq 0.3 \text{ mmol/L}$; Coef. de variație intraserial – ≤ 2.0 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 3.5 ; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml.	Urea , (set 1flx75ml + 1flx25ml). Conform specificației tehnice solicitate.	ISO, CE.
244	33600000-6	Acidul Uric (Uric Acid)	Uric Acid - DAC.Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Acidul Uric (Uric Acid) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică fermentativă ; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urină; Limita minimă de detectie pentru set – $\leq 4.2 \text{ mmol/L}$; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.1 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.15 ; Interferențe – Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml.	Acidul Uric (set 2fl x 80ml +2fl x 20ml). Conform specificației tehnice solicitate.	ISO, CE.
245	33600000-6	Proteina Totală (Total Protein)	Prote - DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Proteina Totală (Total Protein) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – $\leq 0,7\text{g/L}$; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.1 ; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.15 ; Interferențe – Hemoglobina până la 3 g/l, Glukoza până la 5,0 g/l, Trigliceride până la 2,5 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml.	Proteina totală , (set 1fl * 50ml). Conform specificației tehnice solicitate.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 23.08.2022
Valabilitatea ofertei - 60 zile.