

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1732024212600/21313114</u> din 19 noiembrie 2024
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 32)</u>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 2 Spirometru pentru PC	Datospir Aira D (Code 09883)	Spania	SIBEL S.A.U.	Parametri tehnici: Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare. Gama de volum: De la 0,025 până la 8 L; Eroare de volum: ±3%; Gama de flux: Până la 16 l/s; Eroare de flux: ±5%; Memorizarea tuturor testelor efectuate: obligatoriu; Parametrii mășurați: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf; Elaborare și printare raport: obligatoriu; Interfața PC: USB/RS 232;	Parametri tehnici: Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare. Gama de volum: De la 0 până la 16 L; DA (Anexa 11.1 pag.24); Eroare de volum: 2.5%; DA (Anexa 11.1 pag.24); Gama de flux: De la 0 până la 16 l/s; DA (Anexa 11.1 pag.24); Eroare de flux: 3%; DA (Anexa 11.1 pag.24); Memorizarea tuturor testelor efectuate: DA (Anexa 11.2 pag.145); Parametrii mășurați: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF,	CE ISO AMDM Nr. DM000511951

				Soft licențiat inclus pentru procesarea și printarea datelor măsurate: obligatoriu;	FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV1/FEV6, PIF, ERV, IRV, TV, IC, FIVC, MVV, MVVind; DA (Anexa 11.2 pag.26, 62, 103); Elaborare și printare raport: DA (Anexa 11.2 pag.16); Interfața PC: USB, Bluetooth 5.0(BR/EDR/LE); DA (Anexa 11.1 pag.10); Soft licențiat inclus pentru procesarea și printarea datelor măsurate: DA (Anexa 11.1 pag.10);	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev În calitate de: Director

Ofertantul: EDELMED Adresa: str. Burebista 17A of 119, Chisinau, Moldova