

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP CS Cimislia

adresa: 4101, MOLDOVA, Cimișlia, or.Cimișlia, str Alexandru cel Bun 135A

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1737013521612 din 24.01.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Reagenti si consumabile de laborator pentru anul 2025

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 24.01.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP CS Cimișlia

adresa: 4101, MOLDOVA, Cimișlia, or.Cimișlia, str Alexandru cel Bun 135A

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Reagenți si consumabile de laborator pentru anul 2025 "
prin procedura de achiziție - Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) Nr. ocds-b3wdp1-MD-1737013521612 din 24.01.2025
pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 23.02.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 24.01.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1737013521612 din 24.01.2025								
Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2025								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
		AST/GOT set 250 ml	12531 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificati de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		ALT/GPT set 250 ml	12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT)	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificati de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		ALBUMIN set 250 ml	12547 ALBUMIN	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ A 25, set 5 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificati de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		ALP-AMP set 100 ml	12518 ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ A 25, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificati de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml	12550 alpha-AMYLASE - DIRECT	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ A 25, set 5 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificati de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificati de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE

 **BIOSISTEM-MLD S.R.L.**

Anexa nr. 22
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ü A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml	12570 CALCIUM-ARSENAZO	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ü A 25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
CHOLESTEROL set 500 ml	12505 CHOLESTEROL	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ü A 25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml	12785 CHOLESTEROL LDL DIRECT	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ü A 25, set 4 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml	12757 CHOLESTEROL HDL DIRECT	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ü A 25, set 4 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
CREATININE set 500 ml	12502 CREATININE	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ü A 25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
GLUCOSE set 500 ml	12503 GLUCOSE	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ü A 25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE

1	Lotul 1 Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	IRON-FERROZINE set 250 ml	12509 IRON FERROZINE	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		MAGNESIUM (Magnesiu Xylidyl Blue) set 100 ml	12797 MAGNESIUM	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		PROTEIN (TOTAL) set 500 ml	12500 PROTEIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		LDH	12580 LACTATE DEHYDROGENASE (LDH)	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	5 x 50 mL	ISO, CE
		TRIGLYCERIDES set 500 ml	12528 TRIGLYCERIDES	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		UREA/BUN-UV set 250 ml	12516 UREA/BUN - UV	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	5 x 50 mL	ISO, CE
		URIC ACID set 500 ml	12521 URIC ACID	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE

γ -GLUTAMILTRANSFERASE set 250 ml	12520 gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumire, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) set 50 ml	13923 ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO)	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, 1 fl. x 1ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumire, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	1 x 50 mL	ISO, CE
STANDART p/u ANTI-STREPTOLYSIN set 1ml	31119 ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) STANDARD	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, 1 fl. x 1ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumire, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
C-REACTIVE PROTEIN (CRP) set 100 ml	13921 C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, 1 fl. x 1ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumire, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	2 x 50 mL	ISO, CE
STANDART p/u C-REACTIVE PROTEIN set 1ml	31113 C-REACTIVE PROTEIN -hs STANDARD (CRP-hs)	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, 1 fl. x 1ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumire, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
RHEUMATOID FACTORS (RF)	13922 RHEUMATOID FACTORS (RF)	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, 1 fl. x 1ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumire, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	1x50 mL	ISO, CE
STANDART p/u RHEUMATOID FACTORS set 3ml	31116 RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, 1 fl. x 1ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumire, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	1 x 3 mL	ISO, CE

RHEUMATOID CONTROL SERUM NORMAL set 3 ml	31213 RHEUMATOID CONTROL SERUM I	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ū A 25,1 fl. x 3 ml. Reactivii sǎ dispunǎ de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem inchis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii sǎ fie obligatorii ĩn ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi sǎ dispunǎ de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuitǎ a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie sǎ fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numǎrul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de pǎstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sǎ coincidǎ ĩn mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse ĩn set, Toate pozițiile lotului sǎ fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
RHEUMATOID CONTROL SERUM PATOLOGIC set 3 ml	31214 RHEUMATOID CONTROL SERUM II	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ū A 25,1 fl. x 3 ml. Reactivii sǎ dispunǎ de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem inchis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii sǎ fie obligatorii ĩn ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi sǎ dispunǎ de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuitǎ a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie sǎ fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numǎrul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de pǎstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sǎ coincidǎ ĩn mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse ĩn set, Toate pozițiile lotului sǎ fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml	18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ū A 25, set 5 fl. x 5 ml Reactivii sǎ dispunǎ de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem inchis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii sǎ fie obligatorii ĩn ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi sǎ dispunǎ de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuitǎ a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie sǎ fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numǎrul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de pǎstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sǎ coincidǎ ĩn mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse ĩn set, Toate pozițiile lotului sǎ fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml	18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ū A 25, set 5 fl. x 5 ml Reactivii sǎ dispunǎ de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem inchis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii sǎ fie obligatorii ĩn ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi sǎ dispunǎ de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuitǎ a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie sǎ fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numǎrul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de pǎstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sǎ coincidǎ ĩn mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse ĩn set, Toate pozițiile lotului sǎ fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set 25 ml	18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ū A 25, set 5 fl. x 5 ml Reactivii sǎ dispunǎ de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem inchis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii sǎ fie obligatorii ĩn ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi sǎ dispunǎ de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuitǎ a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie sǎ fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numǎrul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de pǎstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sǎ coincidǎ ĩn mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse ĩn set, Toate pozițiile lotului sǎ fie produse de același producător	Conform cerintelor	ISO, CE
HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C- DIR) BSA set 72 ml	22047 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C- DIR) BA	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ū A 25, set 1 x 60 ml +1 x 12ml Reactivii sǎ dispunǎ de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem inchis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii sǎ fie obligatorii ĩn ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi sǎ dispunǎ de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuitǎ a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie sǎ fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numǎrul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de pǎstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sǎ coincidǎ ĩn mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse ĩn set, Toate pozițiile lotului sǎ fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 0,5 ml	18001 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL)	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/ū A 25, set 1 x 0,5 ml Reactivii sǎ dispunǎ de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem inchis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii sǎ fie obligatorii ĩn ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi sǎ dispunǎ de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuitǎ a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie sǎ fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numǎrul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de pǎstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sǎ coincidǎ ĩn mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse ĩn set, Toate pozițiile lotului sǎ fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE

		HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 0,5 ml	18002 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED)	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 25ml	31048 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR	Spania	Biosystems	ambalaj standard p/u A 25, set 4 x 0,5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
2	Lot 2 Consumabile pentru analizator A-25 sistem închis	Soluție concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 25	BO13416 CONCENTRATED WASHING SOLUTION	Spania	Biosystems	fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set	Conform cerintelor	ISO, CE
		Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 25	BO11524 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L	Spania	Biosystems	fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set	Conform cerintelor	ISO, CE
		Solutie concentrata de sistem lichid fl.1000 ml p/u A25	BO11524 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L	Spania	Biosystems	fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set	Conform cerintelor	ISO, CE
		Rotor de reacție p/u analizator A 25 set 10 buc.	AC11485 REACTION ROTOR	Spania	Biosystems	specific p/u A 25 set 10 buc.	Conform cerintelor	ISO, CE
		Cuva pentru ser la analizator A 25 set 1000 buc.	AC10770 SAMPLE WELLS	Spania	Biosystems	specific p/u A 25 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc.	Conform cerintelor	ISO, CE
		PHOTOMETRIC LAMP A-25	LA10418 12V/20W HALOGEN LAMP (5 UNITS) - A-25	Spania	Biosystems	Halogen lamp pentru A 25 6v 10w timp de lucru >2000 ore	Conform cerintelor	ISO, CE
		CAP BOTTLE	BO15206 CAP BOTTLE	Spania	Biosystems	compatibil cu canistrele existente	Conform cerintelor	ISO, CE
		Hidropneumocilindri	ME13377 HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE	Spania	Biosystems	compatibile cu analizorul A-25,A-15	Conform cerintelor	ISO, CE

		THICK PROBE	AC11500 THICK PROBE	Spania	Biosystems	compatibile cu analizorul	Conform cerintelor	ISO, CE
3	Lot 3 Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz.de hemostaza CA-20(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	Protrombin Time(PT) 4*5ml+4*5ml	61001 PROTHROMBIN TIME (PT)	Spania	Biosystems	Flacoane cu volum 5 ml.	Conform cerintelor	ISO, CE
		Fibrinogen Claus A+B (4*5ml)+4*5ml	61002+61003 FIBRINOGEN CLAUS A + FIBRINOGEN CLAUS B (IMIDAZOL)	Spania	Biosystems	Flacoane cu volum 5 ml.	4x2mL+ 1x15mL	ISO, CE
		Control hemostaza N	61007 COAGULATION CONTROL LEVEL I	Spania	Biosystems	Flacoane cu volum 1 ml.	Conform cerintelor	ISO, CE
		Control hemostaza p	61008 COAGULATION CONTROL LEVEL II	Spania	Biosystems	Flacoane cu volum 1 ml.	Conform cerintelor	ISO, CE
4	Lotul 4 Consumabile pentru Clindiag CA-02	Cuvete CA-02(200buc)	*** Cuve pentru coagulometru Clindiag CA-02	China	Clindiag	(1set-200buc) cuve de plastic	Conform cerintelor	ISO, CE
		Stirring bars for CA-02/01(1000)	*** Bara metalica pentru coagulometru Clindiag CA-02	China	Clindiag	1set-1000buc	Conform cerintelor	ISO, CE
5	LOT 5 Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS	M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray	A12-000047 M-30D DILUENT	China	Mindray	set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificati de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător	Conform cerintelor	ISO, CE
		M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray	A12-000084 M-30CFL LYSE	China	Mindray	set 1 x 0.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificati de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray	A12-000043 M-30R RINSE (II)	China	Mindray	set 1 x 5.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificati de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător	Conform cerintelor	ISO, CE
		Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray	105-002225-00 M-68 Probe Cleanser	China	Mindray/Arche m	flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificati de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător	Conform cerintelor	ISO, CE



		M-30Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray	105-003223-00 SC-CAL PLUS Calibrator 2×3.0ml	China	Mindray	set 1 x 3.0 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător	Conform cerintelor	ISO, CE
		B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray	105-003227-00 BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
6	LOT 6 Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600”	Hirtie termo pentru Mindray	*** Hirtie termo 50 mm	China	Mindray	Hirtie termo 50 mm x 18 m	Conform cerintelor	ISO, CE
		Filtru de air pentru Mindray	*** Filtru de aer	China	Mindray	Filtru de air	Conform cerintelor	ISO, CE
		Garnitura pentru AC pentru Mindray	*** Garnitura pentru ac	China	Mindray	Garnitura pentru AC	Conform cerintelor	ISO, CE
7	Lot 7 Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. hematologice automat 5diff Mindray BC 5150 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS	M-52 Diluent set 20 lit. p/u Mindray	105-004045-00 M-52D Diluent	China	Mindray	set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		M-52 DIFF Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray	105-003724-00 M-52DIFF Lyse	China	Mindray	set 4 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		M-52 LH Lyse set 0.1 lit. p/u Mindray	105-004307-00 M-52LH Lyse	China	Mindray	set 4 x 100 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător	Conform cerintelor	ISO, CE
		Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray	105-002225-00 PROBE CLEANSER (50ml)	China	Mindray/Arche m	flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		M-52Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray	105-003223-00 SC-CAL PLUS Calibrator 2×3.0ml	China	Mindray	set 1 x 3.0 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE
		B-52 Material de control hematologic set 3 x 3,5 ml p/u Mindray	105-003233-00/1 BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	set 3 x 3.0 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Conform cerintelor	ISO, CE

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem_mld@gmail.com



Anexa nr. 22
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

8	LOT 8 Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 5150”	Hirtie termo pentru Mindray	*** Hirtie termica 57 mm	China	Mindray	Hirtie termo 57 mm x 18 m	Conform cerintelor	ISO, CE
		Filtru de air pentru Mindray	*** Filtru de aer	China	Mindray	Filtru de air	Conform cerintelor	ISO, CE
		Garnitura pentru AC pentru Mindray	*** Garnitura pentru ac	China	Mindray	Garnitura pentru AC	Conform cerintelor	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1737013521612 din 24.01.2025												
Obiectul achiziției: Reagenți si consumabile de laborator pentru anul 2025												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lotul 1 Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	AST/GOT set 250 ml	set	10	554.71	599.09	5 547.10	5 990.90	Dupa 7-10 zile de la ziua semnarii contractului	33690000-3	-	-
		ALT/GPT set 250 ml	set	10	554.71	599.09	5 547.10	5 990.90			-	-
		ALBUMIN set 250 ml	set	2	223.34	241.21	446.68	482.42			-	-
		ALP-AMP set 100 ml	set	6	278.04	300.28	1 668.24	1 801.68			-	-
		α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml	set	10	1 043.78	1 127.28	10 437.80	11 272.80			-	-
		BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml	set	10	251.60	271.73	2 516.00	2 717.30			-	-
		BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml	set	10	256.62	277.15	2 566.20	2 771.50			-	-
		CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml	set	2	631.74	682.28	1 263.48	1 364.56			-	-
		CHOLESTEROL set 500 ml	set	5	806.31	870.81	4 031.55	4 354.05			-	-
		CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml	set	25	2 190.57	2 365.82	54 764.25	59 145.50			-	-
		CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml	set	25	1 304.50	1 408.86	32 612.50	35 221.50			-	-
		CREATININE set 500 ml	set	4	314.05	339.17	1 256.20	1 356.68			-	-
		GLUCOSE set 500 ml	set	6	314.05	339.17	1 884.30	2 035.02			-	-
		IRON-FERROZINE set 250 ml	set	2	787.62	850.63	1 575.24	1 701.26			-	-
		MAGNESIUM (Magnesiu Xylidyl Blue) set 100 ml	set	2	179.13	193.46	358.26	386.92			-	-
		PROTEIN (TOTAL) set 500 ml	set	2	447.14	482.91	894.28	965.82			-	-
		LDH	set	4	484.52	523.28	1 938.08	2 093.12				
		TRIGLYCERIDES set 500 ml	set	5	924.82	998.81	4 624.10	4 994.05			-	-
		UREA/BUN-UV set 250 ml	set	6	564.74	609.92	3 388.44	3 659.52			-	-
		URIC ACID set 500 ml	set	6	913.42	986.49	5 480.52	5 918.94			-	-
		γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 250 ml	set	4	1 045.15	1 128.76	4 180.60	4 515.04				
		ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) set 50 ml	set	14	782.15	844.72	10 950.10	11 826.08			-	-

		STANDART p/u ANTI-STREPTOLYSIN set 1ml	set	3	130.36	140.79	391.08	422.37			-	-
		C-REACTIVE PROTEIN (CRP) set 100 ml	set	14	1 330.02	1 436.42	18 620.28	20 109.88			-	-
		STANDART p/u C-REACTIVE PROTEIN set 1ml	set	3	130.36	140.79	391.08	422.37			-	-
		RHEUMATOID FACTORS (RF)	set	14	469.47	507.03	6 572.58	7 098.42			-	-
		STANDART p/u RHEUMATOID FACTORS set 3ml	set	3	130.36	140.79	391.08	422.37			-	-
		RHEUMATOID CONTROL SERUM NORMAL set 3 ml	set	3	830.47	896.91	2 491.41	2 690.73			-	-
		RHEUMATOID CONTROL SERUM PATOLOGIC set 3 ml	set	3	830.47	896.91	2 491.41	2 690.73			-	-
		BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml	set	5	1 597.58	1 725.39	7 987.90	8 626.95			-	-
		BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml	set	5	1 597.58	1 725.39	7 987.90	8 626.95			-	-
		BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set 25 ml	set	5	1 597.58	1 725.39	7 987.90	8 626.95			-	-
		HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 72 ml	set	8	6 390.09	6 901.30	51 120.72	55 210.40			-	-
		HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 0,5 ml	set	2	610.32	659.15	1 220.64	1 318.30			-	-
		HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 0,5 ml	set	2	610.32	659.15	1 220.64	1 318.30			-	-
		HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 25ml	set	2	2 608.54	2 817.22	5 217.08	5 634.44			-	-
						TOTAL LOT	272 022.72	293 784.72				
2	Lot 2 Consumabile pentru analizator A-25 sistem închis	Soluție concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 25	set	3	1 585.11	1 902.13	4 755.33	5 706.39	Dupa 7-10 zile de la ziua semnarii contractului	33690000-3	-	-
		Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 25	set	3	1 328.35	1 594.02	3 985.05	4 782.06			-	-
		Soluție concentrată de sistem lichid fl.1000 ml p/u A25	set	2	1 328.35	1 594.02	2 656.70	3 188.04				
		Rotor de reacție p/u analizator A 25 set 10 buc.	set	100	1 723.57	2 068.28	172 357.00	206 828.00			-	-
		Cuva pentru ser la analizator A 25 set 1000 buc.	set	15	480.83	577.00	7 212.45	8 655.00			-	-
		PHOTOMETRIC LAMP A-25	buc	2	1 838.85	2 206.62	3 677.70	4 413.24			-	-
		CAP BOTTLE	buc	2	199.62	239.54	399.24	479.08			-	-
		Hidropneumocilindri	buc	2	2 264.06	2 716.87	4 528.12	5 433.74			-	-
		THICK PROBE	buc	1	6 414.82	7 697.78	6 414.82	7 697.78			-	-
						TOTAL LOT	205 986.41	247 183.33				
	Lot 3 Reagenți,calibratori și material de control p/u	Protrombin Time(PT) 4*5ml+4*5ml	set	8	604.39	652.74	4 835.12	5 221.92			-	-

3	material de control p/u analiz.de hemostaza CA-20(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	Fibrinogen Claus A+B (4*5ml)+4*5ml	set	3	1 274.42	1 376.37	3 823.26	4 129.11	Dupa 7-10 zile de la ziua semnarii contractului	33690000-3	-	-
		Control hemostaza N	set	1	302.65	326.86	302.65	326.86			-	-
		Control hemostaza p	set	1	302.65	326.86	302.65	326.86			-	-
						TOTAL LOT	9 263.68	10 004.75				
4	Lotul 4 Consumabile pentru Cindrag CA-02	Cuvete CA-02(200buc)	set	10	446.29	535.55	4 462.90	5 355.50	Dupa 7-10 zile de la ziua semnarii contractului	33690000-3	-	-
		Stirring bars for CA-02/01(1000)	set	8	2 231.46	2 677.75	17 851.68	21 422.00			-	-
						TOTAL LOT	22 314.58	26 777.50				
5	LOT 5 Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS	M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray	set	5	861.53	930.45	4 307.65	4 652.25	Dupa 7-10 zile de la ziua semnarii contractului	33690000-3	-	-
		M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray	set	3	1 174.81	1 268.79	3 524.43	3 806.37			-	-
		M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray	set	3	313.28	338.34	939.84	1 015.02			-	-
		Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray	fl	5	427.20	512.64	2 136.00	2 563.20			-	-
		M-30Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray	set	1	1 869.47	2 019.03	1 869.47	2 019.03			-	-
		B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray	set	10	2 136.53	2 307.45	21 365.30	23 074.50			-	-
						TOTAL LOT	34 142.69	37 130.37				
6	LOT 6 Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600”	Hirtie termo pentru Mindray	buc	20	15.00	18.00	300.00	360.00	Dupa 7-10 zile de la ziua semnarii contractului	33690000-3	-	-
		Filtru de air pentru Mindray	buc	2	350.00	420.00	700.00	840.00			-	-
		Garnitura pentru AC pentru Mindray	buc	1	1 400.00	1 680.00	1 400.00	1 680.00			-	-
						TOTAL LOT	2 400.00	2 880.00				
7	Lot 7 Reagenți,calibratori și material de control p/u analiz. hematologice automat 5diff Mindray BC 5150 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS	M-52 Diluent set 20 lit. p/u Mindray	Set	20	757.94	818.58	15 158.80	16 371.60	Dupa 7-10 zile de la ziua semnarii contractului	33690000-3	-	-
		M-52 DIFF Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray	Set	7	5 242.45	5 661.85	36 697.15	39 632.95			-	-
		M-52 LH Lyse set 0.1 lit. p/u Mindray	set	7	3 473.91	3 751.82	24 317.37	26 262.74			-	-
		Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray	fl	10	427.20	512.64	4 272.00	5 126.40			-	-
		M-52Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray	set	1	1 869.47	2 019.03	1 869.47	2 019.03			-	-
		B-52 Material de control hematologic set 3 x 3,5 ml p/u Mindray	set	10	2 470.37	2 668.00	24 703.70	26 680.00			-	-
						TOTAL LOT	107 018.49	116 092.72				
		Hirtie termo pentru Mindray	buc	60	15.00	18.00	900.00	1 080.00			-	-

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



BIOSISTEM-MLD S.R.L.

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

8	LOT 8 Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 5150”	Filtru de air pentru Mindray	buc	2	350.00	420.00	700.00	840.00	Dupa 7-10 zile de la ziua semnarii contractului	33690000-3	-	-
		Garnitura pentru AC pentru Mindray	buc	1	1 400.00	1 680.00	1 400.00	1 680.00			-	-
						TOTAL LOT	3 000.00	3 600.00				
						TOTAL Oferta	656 148.57	737 453.39				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1737013521612 din 24.01.2025
din cadrul IMSP CS Cimisia

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

-Va prezenta mostre în decurs de 5 zile de la solicitare

-Va garanta ca Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj si vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor vor conține caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).

-Va prezenta Instrucțiunile privind modul de utilizare în limba de stat sau limba rusă. Reagenții, soluțiile din set vor fi lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru vor fi stabile mai mult de 30 zile. In instrucțiunea de folosire va fi indicată specificitatea și sensibilitatea testelor.

- reagenții propuși în ofertă corespund cu cerințe Generale specificate în Ordinul MS nr.701 din 18.10.2010.

- că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare

Data completării: 24.01.2025

Cu stimă,

Poiata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)