

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1662112521797						
Obiectul achiziției: Echipament pentru dotarea Centrului Perinatologic al Spitalului Raional Hîncești						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Echipament pentru dotarea Centrului Perinatologic al Spitalului Raional Hîncești						
Lotul I: Monitor Fetal	Monitor Fetal F15 air	China	EDAN INSTRUMENTS INC.	Conform specificării tehnice 1	Tipul pacientului - fetal și maternal ; Antepartum -da ; Intapartum - da ; Internal fetal parametrs : DECG , IUP ; Maternal parametrs : MEEG , Pulse . Optional : NBP , SpO2 ; NST timer da Ultrasunet- undă continua sau pulastivă -1 ... 2,5 MHz ; CL Ultrasound transducer - da ; CL ECG IUP transducer - da ; CL Toco + MP transducer - da ; Frecvența cardiacă a fătului- 30-240 bpm ; Activitatea uterină- da ; Referință control zero - da ; Calibrare frecvența cardiacă la făt , contracții uterine ; Numărul de canale - 2 ; Imprimantă - termică , încorporată ; Alarmer -vizuale și acustice ; Display – 15,6 inch ; Afisaj- LCD , color ; Conexiunea PC -da ; Timpul de operare a bateriei - min 3 ore ; Alimentarea - 220 V , 50 Hz ; Accesorii : hîrtie pentru imprimantă - 5 buc ; electrozi- setul complet ; gel de contact- 1 1 ; support pe roțile (M01)	CE, ISO, broșura
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cobzari-Turcan Rodica

În calitate de: Administrator Ofertantul:Aelo Grup
Adresa: Mun.Chisinau,str.Petru Movila 23/5,ap (of) 3