

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1741100863750/21374906 din 04.04.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025- Necesar Suplimentar 2	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 7						
Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600	3411	Taiwan	DA CHUNG MEDICAL	Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O	Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O	ISO/CE
Lotul 49						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	RSP-10037A	China	PanSW Med	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	ISO/CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Prodan str. Grenoble 21, of. S108