

			Specificații tehnice <i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>						
Numărul licitației:			LP nr. oeds-b3wdp1-MD-1759148765688					Data: „__” _____ 20__	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	32	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie 15mm (002673)	99052011222	Germania	MTW Endoskopie	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2300mm, canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	DM000436724
33100 000-1			Ansa pentru polipectomie 20mm (002674)	99052011212	Germania	MTW Endoskopie	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2300mm, canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	DM000436724
33100 000-1			Ansa pentru polipectomie 25mm (002675)	99052011242	Germania	MTW Endoskopie	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2300mm, canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	DM000436724
33100 000-1	37	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.)	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.) (002682)	FM-ES0004(Crecent)(2400) FM-ES0005(Crecent)(2400) FM-ES0002(Crecent)(2400)	Corea	Finemedix	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.). Ansa asimetrică diam-10-25 mm (la cerere), în canulă transparentă, rotabilă, cu conector lateral de irigare. Fir metalic împletit. Utilizabilă pentru polipectomie și rezecții endoscopice ale mucoasei Lungimea-2300 mm (±10mm)	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.). Ansa asimetrică diam-10-25 mm (la cerere), în canulă transparentă, rotabilă, cu conector lateral de irigare. Fir metalic împletit. Utilizabilă pentru polipectomie și rezecții endoscopice ale mucoasei Lungimea-2300 mm (±10mm)	DM000323127
33100 000-1	52	Set mucosectomie	Set mucosectomie (003368)	12 MBLS-C-7 + 99 05 20 11 21 6	Germania	MTW Endoskopie	Set mucosectomie cu sistem de ligaturare prin bandă elastică 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir împletit, canal endoscop 2.8mm	Set mucosectomie cu sistem de ligaturare prin bandă elastică 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir împletit, canal endoscop 2.8mm	DM000436724

Semnăt:_____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti, str. Vasile Lupu 6