

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Dispensarul Republican de Narcologie.

Numărul procedurii de achiziție: 21021514. ID ocds-b3wdp1-MD-1584699527443.							Data: 03.04.2020	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2020.							Lot:	pag. 1 din 2
Nº d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33140000-3	Eprubete Eppendorf	Centrifuge tube 1,5 ml	China	RMD	Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu clapa capacului elastică și urechiușă mare, cu etichetă, cu capac rotator. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.	Eprubete Eppendorf 1,5ml, cu clapa capacului elastică și urechiușă mare, cu etichetă, cu capac. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33140000-3	Expres teste p/u urină	DAC-10	Moldova	Dac-SpectroMed	Expres-teste p/u urină - 10 parametri (Glucosa, proteine, PH, sânge ocult, cetone, bilirubin, urobilinogen, nitriti, greutate specifică, leucocite). Amb. câte 100 teste în set.	Teste pentru determinarea în urină a 10 paramtri. 1 set= 100teste. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33140000-3	Pipetă automată 1000-5000μl	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Pipetă automată cu volum ajustabil 1000-5000μl	Pipetă automată cu volum ajustabil 1000-5000μl. Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33140000-3	Pipetă automat 100-1000μl	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Pipetă automată cu volum ajustabil 100-1000μl	Pipetă automată cu volum ajustabil 100-1000μl. Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33140000-3	Stativ pentru pipete automat	Pipette Stand, Linear Stand, holds up to 6 pipettors	China	Dlab	Stand din plastic cu capacitatea de 6 pipete automate/ micropipete.	Stand din plastic cu capacitatea de 6 pipete automate / micropipete. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
6	33140000-3	MultiCalibrator	Multi H St - DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3. Bilirubin Direct – m.d. Iendrasec. Bilirubin Total - m.d. Iendrasec. Calciu – m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine.....	Multicalibrator în baza serului uman, 1fl x 3ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
7	33140000-3	MultiControl ser normal	Sera hN-DAC.	Moldova	Dac-SpectroMed	Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3. Bilirubin Direct – m.d. Iendrasec, Bilirubin Total - m.d. Iendrasec, Calciu – m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine.....	Multicontrol ser normal în baza serului uman, 1fl x 5ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
8	33140000-3	MultiControl ser patologic	Sera hP-DAC.	Moldova	Dac-SpectroMed	Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3. Bilirubin Direct – m.d. Iendrasec, Bilirubin Total - m.d. Iendrasec, Calciu – m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine.....	Multicontrol ser patologic în baza serului uman, 1fl x 5ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
9	33140000-3	Multicalibrator 5 nivele p/u opiate și amphetamine în urină	Multidrug Calibrator for urine concentrations of AMP/COC/MTD/COT/OPI/BAR	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele.Turbidimetrica. Material pentru investigații-Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu vol. pînă la 10 ml. Standarde de referință ISO, CE.	Multicalibrator 5 nivele pentru opiate și amphetamine în urină, (5fl x 10ml). Turbidimetrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
10	33140000-3	Multicalibrator 5 nivele p/u cannabinoide în urină	Cannabinoid Calibrator(5Level) for urine	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele.Turbidimetrica. Material pentru investigații-Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum pînă la 4 ml. Standarde de referință ISO, CE.	Multicalibrator 5 nivele pentru cannabinoide în urină, (5fl x 4ml). Turbidimetrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
11	33140000-3	Opiate în urină	Opiates EIA Urine	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica.Material pentru investigații-urina; Limita minimă de detecție pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variație intraserial 0,3 %, Coefic.de variație extraserial 2,2 %, Interferențe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina, B-phenylamina, Amphetamine, Chlorpheniramine; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum R1-105 ml R2- 38 ml. Standarde de referință ISO, CE.	Opiate în urină, (1fl x 105ml/1fl x 38ml). Turbidimetrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

12	33140000-3	Cannabinoide în urină	Cannabinoid EIA Urine	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica.Material pentru investigații-urina; Limita minimă de detecție pentru set 20 ng/ml, Coefic.de variație intraserial 0,3 %, Coefic.de variație extraserial 1,4 %, Interferențe 6-Acetyl-Morfin, Amitriptilina, Amobarbital, Aspirina, Amphetamine, Canabidiol, Cocaina, Codeina; Ambalaj solicitat: (1 fl x105ml/1 fl x 38ml). Standarde de referință ISO, CE.	Cannabinoide în urină, (1 fl x 105ml/1 fl x 38ml). Turbidimetrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
13	33140000-3	Amfetamine în urină	Amphetamine EIA Urine	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica. Material pentru investigații-urina; Limita minimă de detecție pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variație intraserial 0,4 %, Coefic.de variație extraserial 1,2 %, Interferențe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina; Ambalaj solicitat: (1 fl x105ml/1 fl x 38ml). Standarde de referință ISO, CE.	Amfetamine în urină, (1 fl x 105ml/1 fl x 38ml). Turbidimetrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
14	33140000-3	Reagent	Dialyse-Diff-LMG	Ungaria	Diagon	Reagent p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 1 L.	Reagent pentru lizare, compatibil cu analizorul hematologic Horiba ABX 60 micro, fl 1L. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
15	33140000-3	Soluție de curățare	Dia-Cleaner	Ungaria	Diagon	Soluție de curățare p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 1 L.	Soluție pentru spălare, compatibil cu analizorul hematologic Horiba ABX 60 micro, fl 1L. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
16	33140000-3	Diluant	Diaton-Diff-LMG-Diluent	Ungaria	Diagon	Diluant p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 20 L.	Soluție pentru diluare (Diluant), compatibil cu analizorul hematologic Horiba ABX 60 micro, fl 1L. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
17	33140000-3	Set de control hematologic 3 nivele	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	Set de control hematologic 3 nivele Low , Normal, High (3fl x 2,5 ml)	Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High, (3fl x 2ml), pentru 3-Diff pentru 18 parametri. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Virschi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 03.04.2020
Valabilitatea ofertei - 45 zile.