

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1572260665551

Denumirea procedurii de achiziție:	Piese pentru utilaj medical
---	-----------------------------

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
Cod CPV								
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 40 Bronhoscop diametru 2,9 mm unghi 0 grade lungime de lucru 360 mm unghi larg de vizualizare transmitere lumina prin fibra optica material lentila din safir rezistent la detergenti chimici termici si mecanici Compatibil cu sursa de lumina Karl Storz Halogen 150 garanție 24 luni						
	40.1	Bronhoscop diametru 2,9 mm unghi 0 grade lungime de lucru 360 mm unghi larg de vizualizare transmitere lumina prin fibra optica material lentila din safir rezistent la detergenti chimici termici si mecanici Compatibil cu sursa de lumina Karl Storz Halogen 150 garanție 24 luni	10324AA	Germania	Karl Storz	Bronhoscop diametru 2,9 mm unghi 0 grade lungime de lucru 360 mm unghi larg de vizualizare transmitere lumina prin fibra optica material lentila din safir rezistent la detergenti chimici termici si mecanici Compatibil cu sursa de lumina Karl Storz Halogen 150 garanție 24 luni	Bronhoscop diametru 2,9 mm unghi 0 grade lungime de lucru 360 mm unghi larg de vizualizare transmitere lumina prin fibra optica material lentila din safir rezistent la detergenti chimici termici si mecanici Compatibil cu sursa de lumina Karl Storz Halogen 150 garantie 24 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316