Anexa nr. 22

la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026

Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 28) REPETAT

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință	
33100000-1	14	Lot-14-Ramă de probă universală	Lot-14-Ramă de probă universală	OPHTHALMIC TRIAL FRAME, TF-2	Polonia	MDT SP Z.O.O.	Descriere: Set optometric destinat determinării refracției oculare în cabinete de oftalmologie și optometrie, compus din ramă universală de probă reglabilă și set complet de lentile de bază pentru testare subiectivă a vederii. Parametru Specificația Capacitate lentile minim 3-5 Distanță interpupilară reglabilă 50–80 mm Valoarea unei diviziuni 1 mm Reglaj pod nazal ajustabil pe înălțime și lățime Brațe laterale reglabile pentru confort și fixare stabilă Scale ax cilindric gradate 0–180° pe ambele părți Valoarea unei diviziuni 5° Ajustare fină a axei Obligatoriu Scara gradată stânga/dreapta 25...40 mm Material carcasă metal/plastic	Descriere: Set optometric destinat determinării refracției oculare în cabinete de oftalmologie și optometrie, compus din ramă universală de probă reglabilă și set complet de lentile de bază pentru testare subiectivă a vederii. Parametru Specificația Capacitate lentile minim 3-5 Distanță interpupilară reglabilă 50–80 mm Valoarea unei diviziuni 1 mm Reglaj pod nazal ajustabil pe înălțime și lățime Brațe laterale reglabile pentru confort și fixare stabilă Scale ax cilindric gradate 0–180° pe ambele părți Valoarea unei diviziuni 5° Ajustare fină a axei Obligatoriu Scara gradată stânga/dreapta 25...40 mm Material carcasă metal/plastic	DM000390628	IMSP Policlinica de Stat
33100000-1	15	Lot-15--Set lentile oftalmologice	Lot-15--Set lentile oftalmologice	OPHTHALMIC TRIAL LENS SET, BR-260	Polonia	MDT SP Z.O.O.	Descriere: Set de lentile oftalmologice pentru examinarea refracției și testarea subiectivă a vederii în cabinete de oftalmologie și optometrie, compatibil cu rame de probă standard și foropter manual. Parametrul Specificația Lentile sferice +20 D până la –20 D, pas 0,25 D Lentile cilindrice +6 D până la –6 D, pas 0,25 D Lentile prismatice 0,5 – 10 Δ Lentile speciale plană, mată, roșu-verde, stenopeică, cilindru Jackson, lentile pentru test binocular Număr minim de piese 266 bucăți/set Montură Metal sau plastic rezistent, cu marcaje clare Cutie de depozitare Rigidă, compartimentată, cu husă de protecție	Descriere: Set de lentile oftalmologice pentru examinarea refracției și testarea subiectivă a vederii în cabinete de oftalmologie și optometrie, compatibil cu rame de probă standard și foropter manual. Parametrul Specificația Lentile sferice +20 D până la –20 D, pas 0,25 D Lentile cilindrice +6 D până la –6 D, pas 0,25 D Lentile prismatice 0,5 – 10 Δ Lentile speciale plană, mată, roșu-verde, stenopeică, cilindru Jackson, lentile pentru test binocular Număr minim de piese 260 bucăți/set Montură Metal sau plastic rezistent, cu marcaje clare Cutie de depozitare Rigidă, compartimentată, cu husă de protecție	DM000390625	IMSP Policlinica de Stat

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Pereteatco Alina În calitate de: _conducator

Ofertantul: LENSES GRUP SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Fierarilor 2

Digitally signed by Pereteatco Alina
Date: 2026.07.28 21:24:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ