

Anexa nr. 7
la Documentația standard
nr. ocde-b3wdp1-MD-1659684146195
din "05" august 2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 62 din 10.09.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022 (denumirea contractului de achiziție publică), noi „**Denolga Medical**” SRL denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14.09.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
nr. ocde-b3wdp1-MD-1659684146195
din "05" august 2022

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN
SANATATE**

MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** *Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022*

prin procedura de achiziție Licitatie Publică,

pentru o durată de 120 zile, (o sută douăzeci de zile), respectiv până la data de 12.01.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 14.09.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1659684146195 din 05.08.2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 112 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua Cod 260120						
<i>Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua Cod 260120</i>	BE PLUS PRO STANDARD	ITALIA	EB NEURO SpA	Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă Cod 260120 Descriere Electroencefalograf care măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EEG și pretează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă. Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EEG da Monitorizarea EEG da PSG (Polysomnography) da LTM (Long Term Monitoring) da Electroencefalografia da Altele da Numărul de canale EEG ≥ 32	Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă Cod 260120 Descriere Electroencefalograf care măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EEG și pretează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă. - Technical report, pag. 3 Parametrul Specificația Aplicații – Technical Datasheet /Main Applications/ functionalities, pag. 1 Diagnosticul EEG da Monitorizarea EEG da PSG (Polysomnography) da	ISO, EC

				Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 24 Gama frecvenței de lucru, Hz >200 Display Funcția freez da Afișare derivații ≥ 32 Dimensiuni ≥ 20 inci EEG în timp real da Verificarea impedenței electrodului Automată Filtru de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz Impedanța preamplificatorului, Mohm ≥ 10 Calibrarea automată da Rata de calibrare selectată de utilizator da Detectarea și interpretarea datelor da Alarme da Video digital LTM da minim. SD da Sincronizarea cu EEG da Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h Fotostimulator da Interfașă de ieșire da I/O auxiliare da SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență da Tip de stocare HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB flash drive; da Printer da Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient da Afișări Afișare oră, data da Afișare ID pacient da Alimentare 220 V, 50 Hz da	LTM (Long Term Monitoring) da Electroencefalografia da Altele da Numărul de canale EEG - 49 Technical report, pag. 3, 21 Rezoluția datelor EEG, bit - 24 Technical report, pag. 21 Gama frecvenței de lucru, Hz >200 – da Technical report, pag. 21 Display Funcția freez da Technical report, pag. 10, 11 Afișare derivații - 49 Technical report, pag. 3, 21 Dimensiuni - 22 inci Technical report, pag. 23 EEG în timp real -da Technical report, pag. 5, 12, 18 Verificarea impedenței electrodului Automată Technical report, pag. 3 Filtru de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz/ Impedanța preamplificatorului, Mohm ≥ 10 Technical report, pag. 4 Calibrarea automată da Technical report, pag. 13 Rata de calibrare selectată de utilizator da/ Detectarea și interpretarea datelor - da Technical report, pag. 13-14 Alarme da Video digital LTM da Technical report, pag. 3 1 TB+1TB+SSD 256GB - da Technical report, pag. 23 Sincronizarea cu EEG - da Capacitatea de stocare video/EEG - 24 h Fotostimulator - da Technical report, pag. 11-12 Interfașă de ieșire - da Technical report, pag. 4 I/O auxiliare - da Technical Datasheet, pag. 1	
--	--	--	--	--	--	--

					SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență da Technical report, pag. 21-23 Tip de stocare HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB flash drive; da Printer da Technical report, pag. 6, 9, 23 Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient - da Afișări Afișare oră, data - da Afișare ID pacient da Technical report, pag. 8-9 Alimentare 220 V, 50 Hz da	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Irina Gherman** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **“Denolga Medical” SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**