

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21034853/ocds-b3wdp1-MD-1611317758719 din "22" ian. 2021
Denumirea procedurii de achiziție: "Reactive/reagenți/consumabile pentru laborator pe parcursul anului 2021"

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
	Lot nr. 13 Reagenți, calibratori și material de control pentru aparatul "Analizator Imunologic "VivaDiag POCT",			Viva Check Biotech(Hangzhou) Co.LTD			
33696000-5	D-DIMER pentru analizatorul imunologic VivaDiag test cantitativ	D-Dimer Test Kit	China	Viva Check Biotech(Hangzhou) Co.LTD	Interval de măsurare: 0.1-50 ng/mL Proba: sânge, plasmă Volumul probei: 50μL sânge, plasmă Durata analizei: 10 min Termen valabilitate: 18 luni la temperatura (2-30C) Sensibilitatea : <0.1ng/mL L. Ambalaj 25 teste. (Conform Cerințe elor	Conform caietului de sarcini	CE;ISO, Produs Inregistrat

					Generale ²).		
33696000-5	TROPONINA pentru analizatorul imunologic VivaDiag test cantitativ	Troponin Test Kitt	China	Viva Check Biotech(Hangzhou) Co.LTD	Interval de măsurare: 0.1-50 ng/mL Proba: sânge, plasmă, ser Volumul probei: 50µL sânge, plasmă, ser Durata analizei: 10 min Termen valabilitate: 18 luni la temperatura (2-30C) Sensibilitatea : <0.1ng/m L. Ambalaj 25 teste. (Conform Cerinț elor Generale ²).	Conform caietului de sarcini	CE;ISO, Produs Inregistrat
33696000-5	CRP –HsCRP pentru analizatorul imunologic VivaDiag test cantitativ (pentru testare a proteinei C-reactive și a proteinei C-reactive înalt sensibile)	CRP-HsCRP Test Kit	China	Viva Check Biotech(Hangzhou) Co.LTD	Interval de măsurare: 0.5-200 mg/L Proba: sânge, plasmă, ser Volumul probei: 5µL ser / plasmă sau 10µL sânge Durata analizei: 3 min Termen valabilitate: 18 luni la temperatura (2-30C) Sensibilitatea : <5 mg/L. Ambalaj 25 teste. (Conform Cerinț elor Generale ²).	Conform caietului de sarcini	CE;ISO, Produs Inregistrat
33696000-5	HBA1C pentru analizatorul imunologic VivaDiag test cantitativ (pentru determinarea Hemoglobina glicozilată)	HBA1C Test Kit	China	Viva Check Biotech(Hangzhou) Co.LTD	Interval de măsurare: 4.0-16% Proba: sânge Volumul probei: 5 µL sânge Durata analizei: 8 min Termen valabilitate: 18 luni la temperatura (2-30C). Valorile de referință: 4-6%. Ambalaj 25 teste. (Conform Cerinț elor Generale ²).	Conform caietului de sarcini	CE;ISO, Produs Inregistrat

Semnat:Numele, Prenumele:Aposto Eduard În calitate de: Vicedirector
Ofertantul: Pharmony SRL Adresa:Str.Studentilor 7/7 of.85

