

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Institutul de Cardiologie

Numărul procedurii de achiziție: 21501960, ocds-b3wdp1-MD-1761635798049						Data: 01.12.2025	Alternativa nr.	
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2026 (sistem închis)						Lot:	pag. 1 din 2	
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 15. Consumabile, reagenți p-u analizatorul Hematologic Urit 3020.								
1	33100000-1	Soluție de diluare p-u analizatorul Hematologic Urit 3020	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	Diluent pentru analizator hematologic Urit. Soluție de diluare pentru Analizator hematologic Urit 3020.Ambalaj 20 litre.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Soluție de diluare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 20litri.	ISO, CE.
2	33100000-1	Soluție de lizare p-u analizatorul hematologic Urit 3020	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	Dialyse pentru analizator hematologic Urit.Soluție de lizare pentru Analizator hematologic Urit 3020. Ambalaj 0,5 litru*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Soluție de lizare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 0,5litri.	ISO, CE.
3	33100000-1	Soluție de curatare p-u analizatorul hematologic Urit 3020.	Diaclenz	Ungaria	Diagon	Detergent pentru analizatorul hematologic Urit.Soluție de curatare pentru Analizator hematologic Urit 3020 . Ambalaj 5 litri*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Soluție de curățare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 5litri.	ISO, CE.
4	33100000-1	Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight.	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	Material de control hematologic pentru analizator hematologic Urit, 3 nivele Low,Normal, High.Set 3 fl * 2 ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Material de control hematologic pentru analizatorul hematologic Urit, cu 3 nivele: Low, Normal, High. Set 3fl x 2ml.	ISO, CE.
5	33100000-1	Diaclean Cell (soluție de spalare fiecare zi)	Clean Cell-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Diaclean Cell pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 100 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Clean Cell (soluție de spălare fiecare zi) pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 100ml.	ISO, CE.

17. Materiale si consumabile de laborator.

1	33100000-1	Set de control extern biochimic cu raport lunar- anual pentru indicii biochimici.	CLINICAL CHEMISTRY	Italia	BIO-GROUP	Set de control extern biochimic cu raport lunar- anual pentru indicii biochimici :proteina totala,albumina, ureea creatinina,bilirubina totala si directa,glucocza ALAT,ASAT,a-anilaza,colesterol trigliceride si alte. Ambalaj: 5 ml.*Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu ansele corespunzatoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertei- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau in format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Set de control extern biochimic, 34 Parametre - Sera Liofilizată, 1 nivel per test, 12 flacoane / 1fl x 1ml / frecvența lunară. Catalog p. 7.	ISO, CE.
2	33100000-1	Set de control Hematologie cu raport lunar-annual.	HEMATOLOGY	Italia	BIO-GROUP	Set de control Hematologie cu raport lunar-annual pentru indicii:RDW/T DR-SD,RBC/GR,RDW/IDR,MCHC,HGB,PLT/PLQ,MPV,MCV/VMG,HCT,WBC/GB,MCH/TCMH *Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu ansele corespunzatoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertei- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau in format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Set de control extern Hematologie, probă lichidă, 8 Parametre, 1 nivel per test, 12 flacoane / 1fl x 1ml / frecvența lunară. Catalog p. 10.	ISO, CE.
3	33100000-1	Set de control extern pentru hemostaza cu raport lunar- anual.	HEMOSTASIS	Italia	BIO-GROUP	Set de control extern pentru hemostaza cu raport lunar- anual cu parametri IP, INR, TTPA după Quick; fibrinogen Ambalaj: 1 ml.*Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu ansele corespunzatoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertei- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau in format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Set de control extern Hemostaza, 7 Parametre - Plasma Sera Liofilizată, 1 nivel per test, 12 flacoane / 1fl x 1ml / frecvența lunară. Catalog p. 9.	ISO, CE.

Semnăt: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 01.12.2025

Valabilitatea ofertei - 90 zile.