

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Numărul licitației: 21006790	Data: 15.04.2019	Alternativa nr:
Denumirea licitației: Achiziționarea reactivi de laborator și consumabile (Histologie medico-legală)		
Pagina 1 din 2		

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	33696500-0	Casete histologice Mega	buc	6000	1,9500	2,3400	11700,0000	14040,0000	La cererea cumparatorului
2	33696500-0	Mediu Histologic de montare a secțiunilor pe lama	litri	6	1450,0000	1740,0000	8700,0000	10440,0000	La cererea cumparatorului
3	33696500-0	Lame pentru microton profil low	buc	500	48,0000	57,6000	24000,0000	28800,0000	La cererea cumparatorului
4	33696500-0	Lame	buc	10000	2,3000	2,7600	23000,0000	27600,0000	La cererea cumparatorului
5	33696500-0	Lamele	buc	15000	1,6250	1,9500	24375,0000	29250,0000	La cererea cumparatorului
6	33696500-0	Colorant Eozina	litri	5	260,0000	312,0000	1300,0000	1560,0000	La cererea cumparatorului
7	33696500-0	Colorant Hematoxilina	litri	5	337,5000	405,0000	1687,5000	2025,0000	La cererea cumparatorului
8	33696500-0	Solutie deshidratanta	litri	350	210,0000	252,0000	73500,0000	88200,0000	La cererea cumparatorului
9	33696500-0	Solutie de trecere I	litri	50	195,0000	234,0000	9750,0000	11700,0000	La cererea cumparatorului
10	33696500-0	Solutie de trecere II	litri	50	212,5000	255,0000	10625,0000	12750,0000	La cererea cumparatorului
11	33696500-0	Ulei mineral pentru histologie	litri	50	265,0000	318,0000	13250,0000	15900,0000	La cererea cumparatorului
12	33696500-0	Parafina pentru procesare histologica	kg	50	150,0000	180,0000	7500,0000	9000,0000	La cererea cumparatorului
13	33696500-0	Parafina pentru impregnare blocuri histologice	kg	50	108,5000	130,2000	5425,0000	6510,0000	La cererea cumparatorului
14	33696500-0	Solutie dedeparafinare	litri	100	175,0000	210,0000	17500,0000	21000,0000	La cererea cumparatorului



15	33696500-0	Xilena	litri	100	65,0000	78,0000	6500,0000	7800,0000	La cererea cumparatorului
Total:							238812,5000	286575,0000	



Valabilitatea ofertei: 30 zile

15.04.2019

Semnăt: 

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

În calitate de: Director

Oferatntul: SRL «Mic — Tan»

Adresa: mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 765-op/18	Data: 21.05.2018	
Denumirea licitației: Achiziționarea reactivilor de laborator		Pagina 1 din 2

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Model ul articol u- lui	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar- de de referință
1	33696500-0	Casete histologice Mega		Italia	BioOptica	40x25x10mm	Casete histologice Mega	ISO 9001:2008
2	33696500-0	Mediu Histologic de montare a secțiunilor pe lama		Italia	BioOptica	Montarea secțiunilor pe lamă	Mediu Histologic de montare a secțiunilor pe lama	ISO 9001:2008
3	33696500-0	Lame pentru microtom profil low		Olanda	Sakura Finetek Europe B. V.	De unică folosință, folosită pentru sectionarea blocurilor histologice	Lame pentru microtom profil low	ISO 9001:2008
4	33696500-0	Casete histologice bio		Italia	BioOptica	Dimensiuni: 40x25x5mm	Casete histologice bio	ISO 9001:2008
5	33696500-0	Lame		Italia	BioOptica	frosted ground edge 25,4x76,2mm	Lame	ISO 9001:2008
6	33696500-0	Lamele		Italia	BioOptica	cover slip ROTH 24x60mm	Lamele	ISO 9001:2008
7	33696500-0	Colorant Eozina		Italia	BioOptica	Soluție apoasă	Colorant Eozina	ISO 9001:2008
8	33696500-0	Colorant Hematoxilina		Italia	BioOptica	Soluție apoasă	Colorant Hematoxilina	ISO 9001:2008
9	33696500-0	Soluție deshidratanta		Rusia	OOO NPF «Blik Medikl Prodaksn»	preambalată cu conținut de izopropanol absolut deodorat, triton X15	Soluție deshidratanta	TU 9398-004-89243190-12
10	33696500-0	Soluție de trecere I		Rusia	OOO NPF «Blik Medikl Prodaksn»	preambalată cu conținut de izopropanol absolut deodorat și ulei mineral (5:1)	Soluție de trecere I	TU 9398-006-89243190-12
11	33696500-0	Soluție de trecere II		Rusia	OOO NPF «Blik Medikl Prodaksn»	trecere preambalată cu conținut de izopropanol absolut deodorat și ulei mineral (2:1)	Soluție de trecere II	TU 9398-007-89243190-12



12	33696500-0	Ulei mineral pentru histologie		Rusia	OOO NPF «Blik Mediki Prodaksm»	soluție uleioasă, fără adaosuri de hidrocarburi alifaticе, cu densitate 0,88g/cm ³	Ulei mineral pentru histologie	TU 9398-002-89243190-12
13	33696500-0	Parafina		Italia	BioOptica	omogenizată pentru procesare și impregnare a blocurilor histologice cu temperatura de topire 52-56grade	Parafina	ISO 9001:2008
14	33696500-0	Soluție de deparafinare		Rusia	OOO NPF «Blik Mediki Prodaksm»	soluție uleioasă fără miros, din amestec de hidrocarburi alifaticе	Soluție de deparafinare	
15	33696500-0	Xilena		Italia	BioOptica	Xilena purificată pentru histologie	Xilena	ISO 9001:2008
		Total:						

Stefan

Semnăt: _____

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

În calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**



Valabilitatea ofertei: 30 zile

21.05.2018

Mega cassettes

IVD In vitro diagnostic – medical device


CND code: W05030501

Pos 1

②

General features

Cassettes with double height for embedding samples with big size.



Code	Colour	Packaging
07-7300	White	3 dispenser with 250 pcs. each



Manufacturer: Bio-Optica Milano S.p.A.

Shudi



Technical features

Cassettes realized for the embedding of sample with big size, with a double closure system to guarantee a perfect lock-on during the processing passage.

Internal dimension: 30 x 25 x 10 mm, external dimension: 40 x 28 x 12 mm.

The sample's identification is possible thanks to the wizen surface on three cassette's side. These surfaces are fitted to the writing with pencil. For a permanent marking, we suggest to use permanent marking pen Securline marker II Bio-Optica (code 11-51) or Histology pen (code 11-50).

These cassettes are compatibles with Bio-Optica filing system (Diateca for macro-sections and big archives).

Functional features

Material: acetalic polymer (polyoximethylene polyacetal).

The acetalic polymer is stable to the high temperatures, to microwave operations, to solvents, to acids and alkalis; then this material is optimal for the processing and the embedding passages in the histological process.

The dispensers, used for packaging, are realized in cardboard with a frontal opening to ease the cassettes extraction.

For all these characteristics, particular storage precautions are not necessary for this kind of material.

Validity date: not applicable.

Note

Megacassettes are manufactured with our best technical skills, therefore, due to the complexity of the details themselves and the type of material used, is to be considered a physiological quantity of defective cassettes equal to 5,000 PPM (Parts Per Million), corresponding to a percentage of 0.5%.

Within this amount, Bio-Optica does not accept complaints and / or requests for warranty replacement.

Stefano





DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
DECLARATION DE CONFORMITÉ
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nome e indirizzo del fabbricante
Name and address of manufacturer
Name und adresse der Firma
Nom et adresse de l'entreprise
Nombre y dirección de la empresa

Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 Milano
Italy

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il dispositivo medico – diagnostico in vitro
We declare on our own responsibility that the in vitro diagnostic medical device
Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt für die In-Vitro-Diagnostik
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le dispositif médical de diagnostic in vitro
Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto médico de diagnóstico in vitro

Nome	Cassette per istologia (elenco nell'Allegato 1)
Name	Histology cassettes (list in Annex 1)
Name	Einbett-kassetten (liste in Anhang 1)
Nom	Cassettes pour l'histologie (liste en Annexe 1)
Nombre	Cassette para histología (lista en el Anexo 1)

Della classe	Altro dispositivo
Of class	Other device
Der klasse	Sonstiges Produkt
De la classe	Autre dispositif
De la clase	Otro dispositivo


Soddisfa tutte le disposizioni della Direttiva 98/79/CE relative ai Dispositivi medici diagnostici in vitro che lo riguardano
Meets all the provisions of the 98/79/CE Directive on in vitro diagnostic medical devices which apply to it
Allen Anforderungen der Richtlinie über In-Vitro-Diagnostika 98/79/EG entspricht, die anwendbar sind
Remplit toutes les exigences de la directive relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 98/79/EC qui le concernent
Cumple todos los requisitos de la directive sobre los productos medicos de diagnóstico in vitro 98/79/CE que le conciernen

Procedura di valutazione della conformità	DIRETTIVA 98/79/CE, Allegato III, ad esclusione del paragrafo 6
Conformity assessment procedure	DIRECTIVE 98/79/EC, Annex III, except paragraph 6
Konformitätsbewertungsverfahren	RICHTLINIE 98/79/EG, Anhang III, ausgenommen Absatz 6
Procédure d'évaluation de la conformité	DIRECTIVE 98/79/CE, Annexe III, avec exception du paragraphe 6
Procedimiento de evaluación de la conformidad	DIRETTIVA 98/79/CE, Anexo III, ecepto el párrafo 6

Luogo, data
Place, date
Ort, datum
Lieu, date
Lugar, fecha

Milano, 28/03/2018

Nome, funzione
Name, function
Name, funktion
Nom, fonction
Nombre, función


CARLO SBONA
Legale Rappresentante



Allegato 1 - Annex 1 - Anhang 1 - Annexe 1 - Anexo 1

Cassette per istologia Histology cassettes Einbett-kassetten Cassettes pour l'histologie Cassette para histología	Codici Codes Codes Codes Códigos
Bio Cassette	07-7100, 07-7100E, 07-7110, 07-7110E, 07-7120, 07-7130E, 07-7130, 07-7130E, 07-7140, 07-7140E, 07-7150, 07-7150E, 07-7160, 07-7160E, 07-7180, 07-7180E, 07-9300, 07-9310, 07-9320, 07-9330, 07-9340, 07-9350, 07-9360, 07-9380, 07-9700, 07-9710, 07-9720, 07-9730, 07-9740, 07-9750, 07-9760
Bio Cassette II	07-8100, 07-8110, 07-8120, 07-8130, 07-8140, 07-8150, 07-8160, 07-9100, 07-9110, 07-9120, 07-9130, 07-9140, 07-9150, 07-9160, 07-9500, 07-9510, 07-9520, 07-9530, 07-9540, 07-9550, 07-9560, 07-9580
Biopsy Cassette	07-7200, 07-7210, 07-7220, 07-7230, 07-7250, 07-7260, 07-7280, 07-9400, 07-9410, 07-9420, 07-9430, 07-9450, 07-9460, 07-9480
Biopsy Cassette II	07-8200, 07-8210, 07-8220, 07-8230, 07-8250, 07-8260, 07-8280, 07-9200, 07-9210, 07-9220, 07-9230, 07-9250, 07-9260, 07-9600, 07-9610, 07-9620, 07-9630, 07-9650, 07-9660
Mega Cassette	07-7300
SuperMega Cassette	07-7000
Embedding Cassette	07-7350

Handwritten signature

