

33100 000-1	21	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	SYNERGY™ XD H7493941708220 - xxxx - H7493941732500 (toate diametre din broșura)	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce oferă o distribuție uniformă a substanței medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Restenoza mica prin vindecarea neintimeei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de sangerare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce oferă o distribuție uniformă a substanței medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Restenoza mica prin vindecarea neintimeei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de sangerare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000373006,DM000373029,DM000373026 DM000373032,DM000372999,DM000372995 DM000373045,DM000373041,DM000373044 DM000373008, M000373015,DM000373051 DM000373023,DM000372992,DM000372991 DM000373049,DM000373010,DM000373007 DM000373019,DM000373048,DM000373042 DM000373018,DM000373000,DM000373013, DM000373014,DM000373012,DM000373047, DM000373054,DM000372996,DM000373053, DM000373023,DM000372992,DM000373002, DM000373046,DM000373028,DM000373017, DM000373027,DM000373009,DM000373031, DM000373020,DM000373039,DM000373037 DM000373025,DM000373005,DM000373011 DM000373034,DM000373016,DM000373035 DM000373036,DM000373052,DM000372997 DM000373003,DM000373033,DM000373050 DM000373001,DM000373043,DM000372990 DM000373030,DM000373004,DM000372998, DM000373024,DM000373021,DM000372994 DM000373040,DM00037299
33100 000-1	22	Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate	Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate	ASAHI Gaia series (First, Second, Third) AHW14R007P AHW14R307P AHW14R008P AHW14R308P AHW14R011P AHW14R311P	Japonia	Asahi	Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate Ghid cu varf „tapperd” (subtiat) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con invelis de polimer care asigura lubrificare si traversare adecvata in vase tortuoase Greutate varf 1.7g, 3.5g, 4.5g sau 2, 4 si 6 gf Lungime de 190, 300 cm Diametru extern la varianta 2.0 gf varf de 0.27” Diametru extern la varianta 4.0 gf varf de 0.30” Diametru extern la varianta 6.0 gf varf de 0.30” Segment radiopac la varf 15 cm Lungime invelis hidrofilic de 40 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.010”, 0.011”si 0.012” la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 ° la toate versiunile Ultima tehnologie Xtrand Spirala Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului	Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate Ghid cu varf „tapperd” (subtiat) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con. Pagina 2 din Brosura invelis de polimer care asigura lubrificare si traversare adecvata in vase tortuoase Pagina 4 Greutate varf 1.7g, 3.5g, 4.5g sau Lungime de 190, 300 cm Pagina 4 Segment radiopac la varf 15 cm Lungime invelis hidrofilic de 40 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.010”, 0.011”si 0.012” la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 ° la toate versiunile Ultima tehnologie Xtrand Spirala Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului	DM000462709 DM000462703 DM000462705 DM000462704 DM000462699 DM000462706 DM000462708 DM000462701 DM000462702 DM000462700 DM000462707 DM000462710
33100 000-1	23	Extensie pentru cate-ghiduri	Extensie pentru cate-ghiduri	Guidezilla II H749 3933515060 Guidezilla™ II LONG H74939335150610 Guidezilla II 7F H7493933515070 Guidezilla II 8F H7493933515080	SUA	Boston Scientific	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Extensie pentru cate-ghiduri Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F. Tija de împingere din otel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatism vascular minimal. Marker radiopac la 2 mm de la virf și la 4 mm de la capatul distal al tubului. Prezența încă a doi markeri radiopaci în porțiunea proximala a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Dimensiune disponibilă 145 -150cm Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Extensie pentru cate-ghiduri Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F. Tija de împingere din otel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatism vascular minimal. Marker radiopac la 2 mm de la virf și la 4 mm de la capatul distal al tubului. Prezența încă a doi markeri radiopaci în porțiunea proximala a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Dimensiune disponibilă 145 -150cm Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	DM000268389 DM000268392 DM000268390 DM000268391
33100 000-1	24	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	Back-up Meier H965SCH306001 H965SCH306011	SUA	Boston Scientific	Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafiurilor.	Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafiurilor.	DM000462671, DM000462670

33100 000-1	25	Stent pentru artere carotide cu celule inchise	Stent pentru artere carotide cu celule inchise	Carotid Wallstent H965SCH647010 H965SCH647070 H965SCH647080 H965SCH647090 H965SCH647120 H965SCH647130 H965SCH647141	SUA	Boston Scientific	Stent pentru artere carotide cu celule inchise Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide. Stent autoexpandabil din Elgiloy, cu miez de tantal. Tip RX. Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna (CCA), carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide. Design tip celula inchisa/ inchisa. Compatibilitate set introductor: 5F (6 si 8mm), 6F(10mm). Compatibilitate ghid: 0,014" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Marimi disponibile (diametru*lungime)- 6*20mm, 8*20, 8*29,8*36, 10*24, 10*30, 10*35 cu o marja de +/- 2cm pe parametru lungime. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Stent pentru artere carotide cu celule inchise Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide. Stent autoexpandabil din Elgiloy, Pagina 6 din DFU cu miez de tantal. Tip RX. Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna (CCA), carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide. Design tip celula inchisa/ inchisa. Compatibilitate set introductor: 5F (6 si 8mm), 6F(10mm). Compatibilitate ghid: 0,014" Pagina 11 din DFU Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Marimi disponibile (diametru*lungime)- 6*20mm, 8*20, 8*29,8*36, 10*24, 10*30, 10*35 cu o marja de +/- 2cm pe parametru lungime. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000268382 DM000268388 DM000268386 DM000268387 DM000268385 DM000268383 DM000268385
33100 000-1	26	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Emerge NC H7493927606400 H7493927608400 H7493927612400 H7493927615400 H7493927620400 H7493927630400 H7493927606450 H7493927608450 H7493927612450 H7493927615450 H7493927620450 H7493927606500 H7493927608500 H7493927612500 H7493927615500 H7493927620500 H7493927608550 H7493927612550 H7493927615550 H7493927620550 H7493927608600 H7493927612600 H7493927615600 H7493927620600	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". sistem de livrare Rx. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-compliării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". sistem de livrare Rx. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-compliării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Se accepta orice cod din broșura atasata	DM000221814 DM000221781 DM000221775 DM000221779 DM000221783 DM000221822 DM000221817 DM000221785 DM000221786 DM000221788 DM000221805 DM000221824 DM000221800 DM000221793 DM000221808 DM000221815 Inregistrat la AMDM toate marimile din broșura.
33100 000-1	27	Sistem de rotablatie	Sistem de rotablatie	Console- ROTAPRO™ Rotational Atherectomy System Console Kit H74939309030 (pagina 8) plus Avansator cu bur - ROTAPRO Pre-Connected Burr and Advancing Device GTIN catalogului 1.50mm - 08714729893363 2.50mm - 08714729893424 2.15mm - 08714729893394 2.00mm - 08714729893387 1.25mm - 08714729893356 1.75mm - 08714729893370 plus Teaca ghid - ROTAWIRE™ Drive Guidewire(1 buc ghid 0,010") H802228240022 H802232390012	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe - Sistem de rotablatie Foloseste aer comprimat sau azot pentru a rula turbina cu presiunea intre 90 PSI si 110 PSI. Sistem usor de utilizat de un sigur operator Vârful diamantat cu 2 000-3000 cristale microscopice de diamant pe vârful distal. Partea proximală din alamă nichel. Sistemul pentru rotablatie are urmatoarele componente: sistemul de ghidare (1 buc ghid 0,010" compatibil cu burr), avansator pentru a controla miscarea burului, comenzile usor de utilizat incorporate pe avansator, design ergonomic Dynaglide- demontare simpla a sistemului, cablaj hibrid, cateter și consola, 1 buc burr și arborele de antrenare elicoidal, teaca, conectarea cateterului și corpul cateterului. Sistemul este capabil să transmită mișcarea rotativă la viteze de până la 190.000 RPM, care are ca rezultat ablația fină a particulelor de țesut ateromat de către burr acoperit cu diamant. Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) în diametru și este tivită la varf pentru a permite trecerea usoara în navă. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 interventii gratis Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Burrurile sunt disponibile in următoarele dimensiuni: 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.15, 2.5 mm Cateterul are o lungime de 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe - Sistem de rotablatie Foloseste aer comprimat sau azot pentru a rula turbina cu presiunea intre 90 PSI si 110 PSI. Sistem usor de utilizat de un sigur operator Vârful diamantat cu 2 000-3000 cristale microscopice de diamant pe vârful distal. Partea proximală din alamă nichel. Sistemul pentru rotablatie are urmatoarele componente: sistemul de ghidare (1 buc ghid 0,010" compatibil cu burr), avansator pentru a controla miscarea burului, comenzile usor de utilizat incorporate pe avansator, design ergonomic Dynaglide- demontare simpla a sistemului, cablaj hibrid, cateter și consola, 1 buc burr și arborele de antrenare elicoidal, teaca, conectarea cateterului și corpul cateterului. Sistemul este capabil să transmită mișcarea rotativă la viteze de până la 190.000 RPM, care are ca rezultat ablația fină a particulelor de țesut ateromat de către burr acoperit cu diamant. Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) în diametru și este tivită la varf pentru a permite trecerea usoara în navă. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 interventii gratis Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Burrurile sunt disponibile in următoarele dimensiuni: 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.15, 2.5 mm Cateterul are o lungime de 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Console : DM000422476 Burr; DM000200778 DM000200772 DM000200774 DM000200773 DM000200779 DM000200777 DM000200776 DM000200775 Ghid: DM000422492 DM000422493
33100 000-1	31	Ghid rotawire	Ghid rotawire	ROTAWIRE™ AND WIRECLIP™ TORQUER Floppy H802228240022 Extrasuport H802232390012	SUA	Boston Scientific	Ghid coronarian de dimensiune 0,009" capabil sa navigheze leziuni calcificate oferind acces pentru sistem de ateroctomie rotatională RotaPro.	Ghid coronarian de dimensiune 0,009" capabil sa navigheze leziuni calcificate oferind acces pentru sistem de ateroctomie rotatională RotaPro. Acest ghid ofera posibilitatea de utilizare pentru ambele console Rotapro și Rotablator	DM000422492 DM000422493

33100 000-1		Lot 1.1 Kit complet închidere a defectului septal atrial (DSA) si FOP Dispozitiv pentru ocluzia defectului septal atrial (sublot)	Lot 1.1 Kit complet închidere a defectului septal atrial (DSA) si FOP Dispozitiv pentru ocluzia defectului septal atrial (sublot)	29ASD04 pina la 29ASD10 29ASD12 pina la 29ASD24 29ASD27,30,33,36,39,40 SAU PFO 18PFO25S 19PFO18D 19PFO25D 19PFO30D 19PFO35D Uniform Occluder 16UNI17 16UNI24 16UNI28 16UNI33 16UNI40 Occluteh PDA 42PDA05 42PDA06,07,08,10,12,15,18 Sau 42PDA05L 42PDA06L,07L,08L,10L	Germania	OCCLUTE CH GMBH	Kit complet închidere a defectului septal atrial (DSA) si PFO Dispozitiv pentru ocluzia defectului septal atrial Dispozitivul autoexpandabil, confecționat din nitinol Discurile să fie umplute cu patch-uri din poliester pentru a promova creșterea țesutului Tratament prin etching chimic pentru reducerea cu mai mult de 95% a nichelului eliberat în sânge Strat subțire de oxid care să acopere firele din nitinol fără a afecta proprietățile mecanice ale dispozitivului Dispozitivul să conțină în interior material poliesteric cusut cu fir din poliester, pentru închiderea eficientă a defectului Dispozitivul să prezinte marker distal și proximal pentru a fi ușor de vizualizat Compus din două discuri ce promovează poziționarea sigură în defectul atrial Să fie ușor de recapturat și retras Conexiunea dispozitivului cu cablul de livrare să se efectueze prin înșurubare încât să dispozitivul să fie ușor de eliberat Diametrul discului atrial stâng să fie cuprins între 16 și 56 mm Diametrul discului atrial drept să fie cuprins între 12 și 50 mm Diametrul taliei dispozitivului să fie cuprins între 4 și 40 mm Dispozitivul să fie disponibil în cel puțin 27 de mărimi astfel încât să fie fiabil pentru anatomii diverse SI PENTRU PFO: Dispozitivul să fie autoexpandabil, confecționat din nitinol Tratament prin etching chimic pentru reducerea cu mai mult de 97% a nichelului liber din sânge Dispozitivul să nu provoace eroziuni aortice, trombi sau evenimente de embolizare, demonstrate prin studii clinice Compus din două discuri ce promovează poziționarea sigură în defectul septal Dispozitiv preasamblat și gata de utilizare pentru reducerea timpului de pregătire. Să fie ușor de recapturat și retras Conexiunea dispozitivului cu cablul de livrare să se efectueze prin înșurubare încât să dispozitivul să fie ușor de eliberat Diametrul discului atrial stâng să fie cuprins între 18 și 25 mm Diametrul discului atrial drept să fie cuprins între 18 și 35 mm Lungimea taliei dispozitivului să fie de 3 mm Modele cu design simetric și asimetric	Kit complet închidere a defectului septal atrial (DSA) si FOP Dispozitiv pentru ocluzia defectului septal atrial Dispozitivul autoexpandabil, confecționat din nitinol.Discurile să fie umplute cu patch-uri din poliester pentru a promova creșterea țesutului Tratament prin etching chimic pentru reducerea cu mai mult de 95% a nichelului eliberat în sânge,Titanium Oxide acoperirea Nitinolului pentru minimizarea eliberării Nickelului această acoperire ofera dispozitivului culoarea aurie, pagina 2 din broșura ASD Strat subțire de oxid care să acopere firele din nitinol fără a afecta proprietățile mecanice ale dispozitivului Dispozitivul să conțină în interior material poliesteric cusut cu fir din poliester, pentru închiderea eficientă a defectului Dispozitivul să prezinte marker distal și proximal pentru a fi ușor de vizualizat Compus din două discuri ce promovează poziționarea sigură în defectul atrial Să fie ușor de recapturat și retras Conexiunea dispozitivului cu cablul de livrare să se efectueze prin înșurubare încât să dispozitivul să fie ușor de eliberat Diametrul discului atrial stâng să fie cuprins între 11 și 55 mm Diametrul discului atrial drept să fie cuprins între 09 și 50 mm Diametrul taliei dispozitivului să fie cuprins între 4 și 40 mm Dispozitivul să fie disponibil în cel puțin 27 de mărimi astfel încât să fie fiabil pentru anatomii diverse SI PENTRU PFO: Dispozitivul să fie autoexpandabil, confecționat din nitinol Tratament prin etching chimic pentru reducerea cu mai mult de 97% a nichelului liber din sânge Dispozitivul să nu provoace eroziuni aortice, trombi sau evenimente de embolizare, demonstrate prin studii clinice Compus din două discuri ce promovează poziționarea sigură în defectul septal Dispozitiv preasamblat și gata de utilizare pentru reducerea timpului de pregătire. Să fie ușor de recapturat și retras Conexiunea dispozitivului cu cablul de livrare să se efectueze prin înșurubare încât să dispozitivul să fie ușor de eliberat Diametrul discului atrial stâng să fie cuprins între 18 și 25 mm Diametrul discului atrial drept să fie cuprins între 18 și 35 mm Lungimea taliei dispozitivului să fie de 3 mm Modele cu design simetric și asimetric	Pentru DSA DM000422537,DM000422543 DM000422541,DM000422554 DM000422550,DM000422556 DM000422546,DM000422553 DM000422539,DM000422547 DM000422552,DM000422544 DM000422551,DM000422545 DM000422542,DM000422538 DM000422540,DM000422548 DM000422555,DM000422549 Pentru PFO DM000422532,DM000422535 DM000422534,DM000422531 DM000422533, Pentru occludere Uniforme ambele discuri simetrice DM000615952,DM000615953 DM000615951,DM000615955 DM000615954, Occlutech PDA DM000615944,DM000615938 DM000615950,DM000615940 DM000615947,DM000615939 DM000615946,DM000615942 DM000615948,DM000615945 DM000615949,DM000615941 DM000615943
	32								
33100 000-1		Lot 1.2 Kit complet închidere a defectului septal atrial (DSA) SI FOP Set sistem de livrare (sublot)	Lot 1.2 Kit complet închidere a defectului septal atrial (DSA) SI FOP Set sistem de livrare (sublot)	Occluteh Sizing Ballon 53SB254 53SB355 Occlutech Guide Wire 52GWR01 Sisteme de livrare în dependență de produs 51DS007,008,009,010,011,012,014 Sau 51US006,007,008,009	Germania	OCCLUTE CH GMBH	Sistemul de livrare să reducă șansele de deformare a dispozitivului în timpul poziționării și eliberării , curba sub unghi de 45 grade Cablul pentru livrare să prezinte vârf distal ultraflexibil pentru o plasare optimă a dispozitivului Conexiune cu dispozitivul prin înșurubare pentru a promova siguranța procedurii Poziția tecii să se mențină stabilă pe parcursul procedurii Marker pentru indicarea poziției dispozitivului după încărcare Compatibil cu teacă de 6-12 F Setul să conțină teacă și dilatator Ghid cu diametru 0.035" cu vârf în J modificat de 1.5 mm și cu lungime utilă minim 260 cm Balon de masurare cu 3 dimensiuni disponibile, ce permit masurarea unor defecte de pana la 20, 27, 40 mm.	Sistemul de livrare să reducă șansele de deformare a dispozitivului în timpul poziționării și eliberării , curba sub unghi de 45 grade sau 180 Cablul pentru livrare să prezinte vârf distal ultraflexibil pentru o plasare optimă a dispozitivului Conexiune cu dispozitivul prin înșurubare pentru a promova siguranța procedurii Poziția tecii să se mențină stabilă pe parcursul procedurii Marker pentru indicarea poziției dispozitivului după încărcare Compatibil cu teacă de 6-12 F Indicat pagina 1 din Brosura Delivery Set Setul să conțină teacă și dilatator Indicat la pagina 2 din Brosura Ghid cu diametru 0.035" cu vârf în J modificat de 3 mm și cu lungime utilă minim 260 cm 3mm ghidul pentru navigarea si plasarea gidului fara a trauma locul plasarii dispozitivului. Balon de masurare cu 2 dimensiuni disponibile, ce permit masurarea unor defecte de pana la 20, 27, 40 mm. Marimile balonului sunt concepute pentru a masura diametrul oricărui defect ofertat	Balon De Masurare DM000615923 DM000615924 GuideWire DM000614495 Sisteme de Livrare DM000422563 DM000422570 DM000422564 DM000422562 DM000422565 DM000422566 DM000422569 DM000422567 DM000422560 DM000422568 DM000422561

33100 000-1	33	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	BMW II HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II 1009664 1009664J 1009665 1009665J	SUA	Abbott	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formeii in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014".(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formeii in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf până la 0,7 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014".(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000373070 DM000373069 DM000373070 DM000373071
33100 000-1	37	Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer	Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer	SYNERGY™ XD H7493941708220 - xxxx - H7493941732500 (toate diametre din broșura)	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PLGA [poly(DL-lactide-co-glycolide)] polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de sangerare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PLGA [poly(DL-lactide-co-glycolide)] polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de sangerare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000373006,DM000373029,DM000373026 DM000373032,DM000372999,DM000372995 DM000373045,DM000373041,DM000373044 DM000373008, M000373015,DM000373051 DM000373023,DM000372992,DM000372991 DM000373049,DM000373010,DM000373007 DM000373019,DM000373048,DM000373042 DM000373018,DM000373000,DM000373013, DM000373014,DM000373012,DM000373047, DM000373054,DM000372996,DM000373053, DM000373038,DM000373022 DM000373002, DM000373046,DM000373028,DM000373017, DM000373027,DM000373009,DM000373031, DM000373020,DM000373039,DM000373037 DM000373025,DM000373005,DM000373011 DM000373034,DM000373016,DM000373035 DM000373036,DM000373052,DM000372997 DM000373003,DM000373033,DM000373050 DM000373001,DM000373043,DM000372990 DM000373030,DM000373004,DM000372998, DM000373024,DM000373021,DM000372994 DM000373040,DM00037299
33100 000-1	44	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	BMW II HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II 1009664 1009664J 1009665 1009665J	SUA	Abbott	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formeii in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014".(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formeii in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf până la 0,7 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014".(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000373070 DM000373069 DM000373070 DM000373071

33100 000-1	45	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	HI-TORQUE WHISPER MS 1005357H 1005357HJ 1005359H 1005359HJ HI-TORQUE WHISPER ES 1011834H 1011834HJ 1011835H 1011835HJ HI-TORQUE WHISPER LS 1005351H 1005351HJ	SUA	Abbott	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar Acoperit cu polimer hidrofiliic în porțiunea distală. Ghidul sa fie drept sau in forma de J si Incarcatura la varf sa fie de la 1,0g pină la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Prin construc tia sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. Miezul construit din otel inoxidabil. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii 190 si 300 cm Diametru de 0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar Acoperit cu polimer hidrofiliic în porțiunea distală. Ghidul sa fie drept sau in forma de J si Incarcatura la varf sa fie de la 1,0g pină la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Prin construc tia sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. Miezul construit din otel inoxidabil. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii 190 si 300 cm Diametru de 0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	DM000373087 DM000373081 DM000373082 DM000373086 DM000373076 DM000373077 DM000373080 DM000373084 DM000373085 DM000373083 DM000373079 DM000373078
33100 000-1	49	Micro-ghid cateter coronarian	Micro-ghid cateter coronarian	ASAHI Corsair® Pro CSR135-26P CSR150-26P Sau ASAHI Corsair Pro XS CSR135-21S CSR150-21S Sau ASAHI CARAVEL CRV135-19P CRV150-19P	Japonia	Asahi	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Micro-ghid cateter coronarian Compatibil ghid de 0,014”. Forma conică pt a facilita traversarea: incepand cu diametrul vârfului de 1.3 F (0.42 mm), Construcție shaft din 10 spire otel-inox impletite, pentru asigurarea forței de traversare și permite manipulare rotativă în ocluziile cronice și intervențiile coronariene complexe. Protector în spirală proximal.Vârf radiopac și vizibilitate sporită. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii lungimi obligatorie de 135 si 150 cm (shaft-ului distal de 2.6 F (0.87 mm) si shaft-ului proximal de 2.8 F (0.93 mm). suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),.	Compatibil ghid de 0,014”, Forma conică pt a facilita traversarea: incepand cu diametrul vârfului de 1.3 F (0.42 mm), Construcție shaft din 10 spire otel-inox impletite, pentru asigurarea forței de traversare și permite manipulare rotativă în ocluziile cronice și intervențiile coronariene complexe. Protector în spirală proximal.Vârf radiopac și vizibilitate sporită. Pagina 1-2 din Brosura Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii lungimi obligatorie de 135 si 150 cm (shaft-ului distal de 2.6 F (0.87 mm) si shaft-ului proximal de 2.8 F (0.93 mm). suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),. Suplimentar CARAVEL Diametrul Virful(1.4Fr)distal(1.9Fr)Proximal(2.6Fr)	DM000462689 DM000462690 DM000462688 DM000462691 DM000462692 DM000462693
33100 000-1	50	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Xience Pro S 1508225-08 1508xxxdiametru-xxlungimea	SUA	Abbott	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer Material Aliaj Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximele, fara deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii. Material balon: Pebax. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatate cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer Material Aliaj Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximele, fara deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii. Material balon: Pebax. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatate cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000343889,DM000343887 DM000343940,DM000343888 DM000343892,DM000343885 DM000343922,DM000343935 DM000343931,DM000343886 DM000343880,DM000343900 DM000343926,DM000343898 DM000343883,DM000343890 DM000343902,DM000343925 DM000343909,DM000343912 DM000343941,DM000343921 DM000343899,DM000343893 DM000343891,DM000343933 DM000343910,DM000343895 DM000343911,DM000343896 DM000343881,DM000343937 DM000343894,DM000343938 DM000343884,DM000343929 DM000343897,DM000343939 DM000343908,DM000343924 DM000343928,DM000343915 DM000343914,DM000343927

								DM000343882,DM000343917 DM000343923,DM000343942 DM000343919,DM000343904 DM000343903,DM000343913 DM000343905,DM000343943 DM000343932,DM000343930 DM000343934,DM000343907 DM000343918,DM000343906 DM000343916,DM000343936 DM000343901,DM000343920
33100 000-1	Cateter pentru trombaspiratie	Cateter pentru trombaspiratie	Asap ASAP100 ASAPLP	SUA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal în imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vârf cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal în imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vârf cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Indicat pagina 1 din Instrucțiuni de utilizare. Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă 4 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 21,5 cm cu robinet. Indicat la pagina 3 din broșura Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),	DM000316348 DM000316349
51								

Semnata : electronic

Nume,Prenume: Ion Vlas In calitate de : Expert Achizitiei publice

Ofertantul: Life Med SRL

Adresa : : RM, Mun. Chisinau, str. Tudor Strisca 30