

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	MTenderID ocds-b3wdp1-MD-1637761078234
Obiectul achiziției:	“Consumabile medicale pentru anul 2022”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lot 57: Adaptor Ref : YG-111T pentru conturul respirator compatibil cu sensor CO2,Ref: TG121T,Nihon Kohden (poziția nr. 57)	Airway adapter Ref: YG-111T Supply code: R804	Japonia	Nihon Kohden	Pediatric/Adult>7kg,spatiul mort 4ml	Pediatric/Adult>7kg,spatiul mort 4ml	CE, ISO

Semnat: _____

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Nume: Andrei MATEI

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)

În calitate de: Administrator