

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. 21052975		Data: „16” Martie 2022	Alternativa nr.: N/A
Denumirea licitației:		„Servicii de deservire a utilajului medical al ANSP”		Lot: 1, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23	Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. LOT	Denumire bunurilor solicitate	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	8	9	10
50800000-3	1	Lot 1 Sterilizator cu aburi typ vertical ADELA-3D	Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv, cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului ANSP Cosmescu 3	Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv, cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului ANSP Cosmescu 3	Conform cerintelor
50800000-3	5	Lot 5 Sterilizator cu aburi typ vertical ADELA-3D	Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv prezentarea listei piesilor și consumabilor pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) LM	Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv prezentarea listei piesilor și consumabilor pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) LM	Conform cerintelor
50800000-3	11	Lot 11 Nișa cu flux laminar TOP Safe1.2, G10L51N9353, 2006	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație ANSP (sed.central)lab.ref	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație ANSP (sed.central)lab.ref	Conform cerintelor
50800000-3	12	Lot 12 Nișa cu flux laminar TOP Safe1.2, G10L51N9354, 2006	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație ANSP (sed.central)lab.ref	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație ANSP (sed.central)lab.ref	Conform cerintelor
50800000-3	13	Lot 13 HBS – Biological Safety ”Purifier® Logic™ 34408 Series, 081094750B, 2008	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație ANSP (sed.central)lab.ref	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație ANSP (sed.central)lab.ref	Conform cerintelor
50800000-3	14	Lot 14 Nișa cu flux laminar AC-3.GB-1.cl-3. typEQR/GL-35	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație ANSP (sed.central)lab.micro	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație ANSP (sed.central)lab.micro	Conform cerintelor
50800000-3	15	Lot 15 Nișa cu flux laminar cl.2.Steril Card model SG-403A-HE an.2011	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație ANSP (sed.central)lab.micro	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necesită reparație ANSP (sed.central)lab.micro	Conform cerintelor

50800000-3	16	Lot 16 Nișă cu flux laminar cl.2. HSB ESCO. Biohazard Safety Cabinet	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.micro	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.micro	Conform cerintelor
50800000-3	18	Lot 18 Hotă cu flux laminar FC2-4A1, ESCO, Infinity, 36534 ,37355, 36981,26112, 36983.SUA	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP Cosmescu 3	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP Cosmescu 3	Conform cerintelor
50800000-3	19	Lot 19 Dulap laminar MSC 12 STD 2xELEC, nr. 30007772, 30301441 Franța.	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP Cosmescu 3	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP Cosmescu 3	Conform cerintelor
50800000-3	20	Lot 20 Hotă de biosiguranță biologică clasa II, model AC2-5E1, nr.86527 ,R. Espinar S.L Spania a. producerii 27.07.2013	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparațieC SP Cahul	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparațieC SP Cahul	Conform cerintelor
50800000-3	21	Lot 21 Hotă de biosiguranță biologică clasa II, model AC2-5E1, nr. 86524, R. Espinar S.L Spania a. prod 27.07.2013	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparațieC SP Cahul	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparațieC SP Cahul	Conform cerintelor
50800000-3	22	Lot 22 Hotă de biosiguranță biologică clasa II, model A2 кл. INOSAFETY BC 120 , an..2013	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație CSP Comrat	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație CSP Comrat	Conform cerintelor
50800000-3	23	Lot 23 Hotă de biosiguranță biologică clasa II, model AC2-5E1, an.2013	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație CSP Căușeni	Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație CSP Căușeni	Conform cerintelor

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova