

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: <b>ocds-b3wdp1-MD-1712228517214</b>						din <b>04.04.2024</b>	
Denumirea licitației: <b>Achiziționarea Balanțe analitice și accesorii pentru laboratorul ADN</b>						Pagina 1 din 1	
Nr. Lot	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Set de greutăți	WF1S-001-001 WF1S-002-001 WF1S-005-001 WF1S-010-001 WF1S-020-001 WF1S-050-001 WF1S-100-001 WF1S-200-001 WF1S-500-001	Spania	LabBox	Set de greutate cu masa de: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g - 9 buc . greutate de cl.II. Eroare admisă: +/- 0,003g; Certificat de etalonare.	Greutati cu masa de: 1 g ± 0,10 mg; 2 g ± 0,12 mg; 5 g ± 0,15 mg; 10 g ± 0,20 mg; 20 g ± 0,25 mg; 50 g ± 0,30 mg; 100 g ± 0,50 mg; 200 g ± 1,0 mg; 500 g ± 2,5 mg - 9 buc . greutate F1  Certificat de etalonare.	ISO; CE
3	Balanță analitică analog cu RADWAG PS 360.X7	BPSC-360-001	Spania	LabBox	Capacitate maximă [Max]360 g Lizibilitate [d] 1 mg Gama de tară -360 g Repetabilitate standard [5% Max] 0,5 mg Repetabilitate standard [Max] 1 mg Liniaritate ±2 mg Timp de stabilizare 2 secunde	Capacitate maximă [Max]360 g Lizibilitate [d] 1 mg Gama de tară -360 g Repetabilitate standard [5% Max] 0,5 mg Repetabilitate standard [Max] 1 mg Liniaritate ±2 mg Timp de stabilizare 2 secunde	ISO; CE

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**

Valabilitatea ofertei - 45 zile  
11.04.2024