

QUALITY CONTROL DATA SHEET – FICHE DE CONTRÔLE QUALITÉ

ID Screen® Bluetongue Competition

Product code/ Code produit : BTC

Batch n° / N° de lot: 069

Insert / Mode d'emploi : 0414 (FR, DE) – 1217

Manufacturing date / Date de fabrication: 2024/03

Expiry date / Date d'expiration: 2026/03

KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT

Components / Composants	Batch n° / N° de lot
Coated Microplate / Microplaque sensibilisée	603-026
Positive Control / Contrôle positif	303-028
Negative Control / Contrôle négatif	25-013
Dilution buffer 2 / Tampon de dilution 2	2-901
Concentrated conjugate 10 X / Conjugué concentré 10 X	403-030
Wash concentrate 20 X / Solution de lavage concentrée 20 X	15-102
Substrate solution / Solution de révélation	7-203
Stop solution / Solution d'arrêt	10-103

QUALITY CONTROL / CONTRÔLE QUALITÉ

Tested parameters / Paramètres testés	Acceptation criteria/Critère d'acceptation	Results/Résultats
Mean OD _{NC} / Moyenne DO _{CN}	> 0.700	1.552*
Mean OD _{PC} / Moyenne DO _{CP}	Should enable validation of the parameter below/ Doit permettre la validation du paramètre suivant	0.080*
Mean OD _{PC} / OD _{NC} ratio Ratio Moyenne DO _{CP} / DO _{CN}	<0.3	PASSED / CONFORME
Analytical sensitivity was evaluated with a reference serum produced by Innovative Diagnostics Sensibilité analytique évaluée avec un sérum de référence produit par Innovative Diagnostics	S/N% values should remain similar between batches, runs and operators. Les valeurs de %S/N devraient rester similaires entre lots, cycles d'analyses et opérateurs.	PASSED / CONFORME
Sensitivity Sensibilité	All samples of the Innovative Diagnostics QC panel must be found positive Tous les échantillons du panel CQ d'Innovative Diagnostics doivent être trouvés positifs.	PASSED / CONFORME
Specificity Spécificité	All samples of the Innovative Diagnostics QC panel must be found negative Tous les échantillons du panel CQ d'Innovative Diagnostics doivent être trouvés négatifs	PASSED / CONFORME
Intra-plate repeatability CV% %CV répétabilité intraplaque	<10%	PASSED / CONFORME
Inter-plate homogeneity CV% %CV homogénéité interplaque	<15%	PASSED / CONFORME

QC = quality control; PC = positive control; NC = negative control; CV = coefficient of variation / CP = contrôle positif; CN = contrôle négatif; CV = coefficient de variation

* These values were obtained in our Quality Control laboratory in our conditions. Laboratories may obtain slightly different values under their own conditions / Valeurs obtenues dans notre laboratoire de Contrôle Qualité, données à titre indicatif. Les laboratoires peuvent obtenir des valeurs légèrement différentes selon leurs propres conditions.

CONCLUSION: THE AFOREMENTIONED BATCH MEETS REQUIREMENTS FOR RELEASE

CONCLUSION : LE LOT MENTIONNE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LIBERATION DE LOT

DATE: 2024/03

VALIDATED BY / VALIDE PAR

ANAI AGNEL

QUALITY CONTROL MANAGER / RESPONSABLE CONTRÔLE QUALITÉ



QUALITY CONTROL DATA SHEET – FICHE DE CONTROLE QUALITE

ID Screen® Bluetongue Competition

Product code/ Code produit : BTC

Batch n° / N° de lot: 069

Insert / Mode d'emploi : 0414 (FR, DE) – 1217

Manufacturing date / Date de fabrication: 2024/03

Expiry date / Date d'expiration: 2026/03

KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT

Components / Composants	Batch n° / N° de lot
Coated Microplate / Microplaque sensibilisée	603-026
Positive Control / Contrôle positif	303-028
Negative Control / Contrôle négatif	25-013
Dilution buffer 2 / Tampon de dilution 2	2-901
Concentrated conjugate 10 X / Conjugué concentré 10 X	403-030
Wash concentrate 20 X / Solution de lavage concentrée 20 X	15-102
Substrate solution / Solution de révélation	7-203
Stop solution / Solution d'arrêt	10-103

QUALITY CONTROL / CONTROLE QUALITE

Tested parameters / Paramètres testés	Acceptation criteria/Critère d'acceptation	Results/Résultats
Mean OD _{NC} / Moyenne DO _{CN}	> 0.700	1.552*
Mean OD _{PC} / Moyenne DO _{CP}	Should enable validation of the parameter below/ Doit permettre la validation du paramètre suivant	0.080*
Mean OD _{PC} / OD _{NC} ratio Ratio Moyenne DO _{CP} / DO _{CN}	<0.3	PASSED / CONFORME
Analytical sensitivity was evaluated with a reference serum produced by Innovative Diagnostics Sensibilité analytique évaluée avec un sérum de référence produit par Innovative Diagnostics	S/N% values should remain similar between batches, runs and operators. Les valeurs de %S/N devraient rester similaires entre lots, cycles d'analyses et opérateurs.	PASSED / CONFORME
Sensitivity Sensibilité	All samples of the Innovative Diagnostics QC panel must be found positive Tous les échantillons du panel CQ d'Innovative Diagnostics doivent être trouvés positifs.	PASSED / CONFORME
Specificity Spécificité	All samples of the Innovative Diagnostics QC panel must be found negative Tous les échantillons du panel CQ d'Innovative Diagnostics doivent être trouvés négatifs	PASSED / CONFORME
Intra-plate repeatability CV% %CV répétabilité intraplaque	<10%	PASSED / CONFORME
Inter-plate homogeneity CV% %CV homogénéité interplaque	<15%	PASSED / CONFORME

QC = quality control; PC = positive control; NC = negative control; CV = coefficient of variation / CP = contrôle positif; CN = contrôle négatif; CV = coefficient de variation

* These values were obtained in our Quality Control laboratory in our conditions. Laboratories may obtain slightly different values under their own conditions / Valeurs obtenues dans notre laboratoire de Contrôle Qualité, données à titre indicatif. Les laboratoires peuvent obtenir des valeurs légèrement différentes selon leurs propres conditions.

CONCLUSION: THE AFOREMENTIONED BATCH MEETS REQUIREMENTS FOR RELEASE

CONCLUSION : LE LOT MENTIONNE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LIBERATION DE LOT

DATE: 2024/03

VALIDATED BY / VALIDE PAR

ANAIIS AGNEL

QUALITY CONTROL MANAGER / RESPONSABLE CONTROLE QUALITE

