



**Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE
CENTRALIZATE IN SANATATE**

In atenia grupului de lucru achizitii publice

Prin prezenta, „GBG-MLD” SRL care participă la procedura nr. **21116315/ ocds-b3wdp1-MD-1699619738481**, privind **“Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024”**, vă comunică următoarele:

p.12 - Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător, nu mai mic de 12 luni din data livrării.

p.13 - Garantam livrarea produselor la destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar.

p.14 - Vom prezenta mostre în 2 bucăți - în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Mostrele vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz). Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018. Pe ambalajul mostrelor vor fi indicate date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe Ambalaj va coincide în mod obligatoriu cu eticheta produsului.

p.15 - Seturile livrate vor fi prezentate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj vor coincide cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor conțin caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare vor fi prezentate în limba de stat sau limba rusă (la livrare).

Data: 15.12.2023

Cu respect,

Tudor Ceaicovschi
Director general „GBG-MLD” SRL