

		Specificații tehnice							
	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]								
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1701790907559						Data: 14/01/2024	Alternativa
Denumirea licitației:		Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2024						Lot: _____	Pagina: __ din ____
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	STANDARDE DE REFERITĂ
33100000-1	1	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator flux scazut 1,3m² (Codul produsului: OCI-HD130L)	China	CHENG DU OCI MEDICAL DEVICE S CO., LTD.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice No Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani (TDS pag.1) Sterilizare cu γ (TDS pag.2) Membrană complet sintetică (TDS pag.2) Coeficientul de UF 12 ml/oră (TDS pag.4) Volumul de umplere 80 ml (TDS pag.4) Cerințele specifice Clearance Unitate măsură ml/min (TDS pag.4) 1 ureea 227 2 creatinina 211 3 fosfați 181 4 vitamina B-12 109 Facturare N1	DM000373372
33100000-1	2	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator flux scazut 1,6m² (Codul produsului: OCI-HD160L)	China	CHENG DU OCI MEDICAL DEVICE S CO., LTD.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice No Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani (TDS pag.1) Sterilizare cu γ (TDS pag.2) Membrană complet sintetică (TDS pag.2) Coeficientul de UF 14 ml/oră (TDS pag.4) Volumul de umplere 95 ml (TDS pag.4) Cerințele specifice Clearance Unitate măsură, ml/min (TDS pag.4) 1 ureea 235 2 creatinina 220 3 fosfați 191 4 vitamina B-12 118 Facturare N1	DM000373375

33100 000-1	3	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator flux scazut 1,8m² (Codul produsului: OCI- HD180L)	China	CHENG DU OCI MEDIC AL DEVICE S CO., LTD.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani (TDS pag.1) Sterilizare cu γ (TDS pag.2) Membrană complet sintetică (TDS pag.2) Coeficientul de UF 17 ml/oră (TDS pag.4) Volumul de umplere 106 ml Cerințele specifice Clearance Unitate măsură, ml/min (TDS pag.4) 1 ureea 242 2 creatinina 227 3 fosfați 200 4 vitamina B-12 130 Facturare N1	DM000373377
33100 000-1	7	Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	SW 139 A (Codul produsului: 7524), bidon 10l	Germ ania	B. Braun Avitum AG	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluția cu apă de 1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Glucose 5,5 mmol/l (lg/l).	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluția cu apă de 1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Glucose 5,5 mmol/l (lg/l). (catalog_bb Braun_consumabile_accesorii, pag. 29) Facturare N1	DM000018760

33100 000-1	8	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol. Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol. Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Acid citric 50%, bidon 10L, (Codul produsului: 307)	Germ ania	B. Braun Avitum AG	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre* (catalog_bb Braun_consumabile_accesorii, pag.34) Facturare N1	DM000018754
33100 000-1	9	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Tiutol® KF, bidon 5L, (Codul produsului: 7120222)	Germ ania	B. Braun Avitum AG	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 5 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 5 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre (catalog_bb Braun_consumabile_accesorii, pag.35) Facturare N1	DM000019708

33100 000-1	11	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m ² , coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg. conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m ² , coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg. conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializor flux crescut Diacap Pro 19H (Codul produsului: 720DH19)	Germ ania	B. Braun Avitum AG	Cerințe tehnico-mediceale pentru Dializator, suprafața 1,8- 1,9 m ² . Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfați ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inulina ≥ 130	Cerințe tehnico-mediceale pentru Dializator, suprafața 1,9 m ² . Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF 97 ml/oră Volumul de umplere 120 ml Cerințele specifice № Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea 280 2 creatinina 260 3 fosfați 242 4 vitamina B-12 180 5 inulina 117 (Borchure diacap pro, pag. 2) Facturare N1	DM000018740
33100 000-1	12	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Linie de protecție pentru hemodiafiltrare, bucăți IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Linie de protecție pentru hemodiafiltrare, bucăți IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Linie de substituție HDF Online (7210558)	Germ ania	B. Braun Avitum AG	Cerințe tehnico-mediceale a liniilor de protecție pentru hemodiafiltrare generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da	Cerințe tehnico-mediceale a liniilor de protecție pentru hemodiafiltrare generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da Linie de reperfuzie, compatibila Cu Dialog, Dialog Advanced, Dialog+, folosita pentru a transfera lichidul de dializa tratat de la aparat la pacient, 1 clapeta de retinere înșurubata, 1 conector-tata Luer, sterilizare gamma (catalog_bb Braun_consumabile_accesorii, pag.14) Facturare N1	Notificare AMDM

33100 000-1	14	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăți, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăți, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	DIACAP ULTRA DF ONLINE FILTER (Codul produsului: 7107366)	Germ ania	B. Braun Avitum AG	Cerințe tehnico-mediceale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Dialog +, (BBraun)) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da	Cerințe tehnico-mediceale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Dialog +, (BBraun)) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da (catalog_bb Braun_consumabile_accesorii, pag. 17) Facturare N1	DM000638402
33100 000-1	15	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Cateter dublu lumen hemodializ a 11,5Fr 20cm (Codul produsului: HCT10024)	Turci a	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani Condiții de fabricare material biocompatibil (TDS pag.1) Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu (Catalog pag.5) Cerințe specifice Diametru 11,5 F (Catalog pag.6) Lungimea 200 mm (Catalog pag.6) Radio-opac (TDS pag.1) Conector Luer-Lock cu clame (Catalog pag.4) Ac pentru puncție 18Gx70mm (Catalog pag.5) Ghid metalic de securitate 0,95x70cm (Catalog pag.5) Dilatator 10F + 12F (Catalog pag. 5) Viteza fluxului sangvin 500 ml/min (TDS pag. 1) Facturare N1	DM000375825
33100 000-1	16	Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Filter cartridge 25µm for F20 (Codul produsului: CDPR00605)	Germ ania	DWA GmbH & Co. KG	CDPR00605 Filter cartridge 25µm for F20, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	CDPR00605 Filter cartridge 25µm for F20, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă (reverse-osmosis-system-hemo-ro, pag.9) Facturare N1	DM000414787

33100 000-1	17	Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	FILT0905UP Filter cartridge 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces)	FILT0905U P Filter cartridge 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces)	Germ ania	DWA GmbH & Co. KG	FILT0905UP Filter cartridge 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces)	FILT0905UP Filter cartridge 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) Facturare N1	DM000414787
33100 000-1	18	Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	FILT0920UP Filter cartridge 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces)	FILT0920U P Filter cartridge 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces)	Germ ania	DWA GmbH & Co. KG	FILT0920UP Filter cartridge 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces)	FILT0920UP Filter cartridge 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces) Facturare N1	DM000414787
33100 000-1	19	Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	CDFC01000 10 inch Activated carbon filter cartridge	CDFC0100 0 10 inch Activated carbon filter cartridge	Germ ania	DWA GmbH & Co. KG	CDFC01000 10 inch Activated carbon filter cartridge	CDFC01000 10 inch Activated carbon filter cartridge Facturare N1	DM000414787

33100 000-1	20	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34560602 PUMP BODY	34560602 PUMP BODY	Germ ania	B. Braun Avitum AG	34560602 PUMP BODY	34560602 PUMP BODY (Catalog Dialog+ Spareparts List, pag. 4) Facturare N1	DM000347380, DM000347381, DM000347382, DM000347383, DM000347384, DM000347385, DM000347386, DM000347387, DM000347388, DM000347391, DM000347389, DM000347392, DM000347390, DM000347393, DM000347394
33100 000-1	21	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34515330 GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR	34515330 GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR	Germ ania	B. Braun Avitum AG	34515330 GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR	34515330 GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR (Catalog Dialog+ Spareparts List, pag. 4) Facturare N1	DM000347380, DM000347381, DM000347382, DM000347383, DM000347384, DM000347385, DM000347386, DM000347387, DM000347388, DM000347391, DM000347389, DM000347392, DM000347390, DM000347393, DM000347394
33100 000-1	22	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34516123 Proportional control valve	34516123 Proportiona l control valve	Germ ania	B. Braun Avitum AG	34516123 Proportional control valve	34516123 Proportional control valve Facturare N1	DM000347380, DM000347381, DM000347382, DM000347383, DM000347384, DM000347385, DM000347386, DM000347387, DM000347388, DM000347391, DM000347389, DM000347392, DM000347390, DM000347393, DM000347394

33100 000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	3451902C SOLENOID VALVE	3451902C SOLENOI D VALVE	Germ ania	B. Braun Avitum AG	3451902C SOLENOID VALVE	3451902C SOLENOID VALVE (Catalog Dialog+ Spareparts List, pag. 9) Facturare N1	DM000347380, DM000347381, DM000347382, DM000347383, DM000347384, DM000347385, DM000347386, DM000347387, DM000347388, DM000347391, DM000347389, DM000347392, DM000347390, DM000347393, DM000347394
33100 000-1	24	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34561722 PRESS. CONTR. 1.3 BAR (RVFPA,RVFP E)	34561722 PRESS. CONTR. 1.3 BAR (RVFPA,R VFPE)	Germ ania	B. Braun Avitum AG	34561722 PRESS. CONTR. 1.3 BAR (RVFPA,RVFPE)	34561722 PRESS. CONTR. 1.3 BAR (RVFPA,RVFPE) (Catalog Dialog+ Spareparts List, pag. 4) Facturare N1	DM000347380, DM000347381, DM000347382, DM000347383, DM000347384, DM000347385, DM000347386, DM000347387, DM000347388, DM000347391, DM000347389, DM000347392, DM000347390, DM000347393, DM000347394
33100 000-1	25	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34561706 PRESS. CONTR. 0.4 BAR (RVDA,DDE)	34561706 PRESS. CONTR. 0.4 BAR (RVDA,DD E)	Germ ania	B. Braun Avitum AG	34561706 PRESS. CONTR. 0.4 BAR (RVDA,DDE)	34561706 PRESS. CONTR. 0.4 BAR (RVDA,DDE) (Catalog Dialog+ Spareparts List, pag. 9) Facturare N1	DM000347380, DM000347381, DM000347382, DM000347383, DM000347384, DM000347385, DM000347386, DM000347387, DM000347388, DM000347391, DM000347389, DM000347392, DM000347390, DM000347393, DM000347394

33100 000-1	26	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34514988 Return valve, incl. 2 x tubing clamps, 2 x cable ties	34514988 Return valve, incl. 2 x tubing clamps, 2 x cable ties	Germ ania	B. Braun Avitum AG	34514988 Return valve, incl. 2 x tubing clamps, 2 x cable ties	34514988 Return valve, incl. 2 x tubing clamps, 2 x cable ties (Catalog Dialog+ Spareparts List, pag. 4) Facturare N1	DM000347380, DM000347381, DM000347382, DM000347383, DM000347384, DM000347385, DM000347386, DM000347387, DM000347388, DM000347391, DM000347389, DM000347392, DM000347390, DM000347393, DM000347394
33100 000-1	27	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34561714 Pressure Controller 0.5 bar	34561714 Pressure Controller 0.5 bar	Germ ania	B. Braun Avitum AG	34561714 Pressure Controller 0.5 bar	34561714 Pressure Controller 0.5 bar (Catalog Piese de schimb Dialog+, pag.1) Facturare N1	DM000347380, DM000347381, DM000347382, DM000347383, DM000347384, DM000347385, DM000347386, DM000347387, DM000347388, DM000347391, DM000347389, DM000347392, DM000347390, DM000347393, DM000347394
33100 000-1	28	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie	34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie	Germ ania	B. Braun Avitum AG	34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie	34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie (Catalog Piese de schimb Dialog+, pag.95) Facturare N1	DM000347380, DM000347381, DM000347382, DM000347383, DM000347384, DM000347385, DM000347386, DM000347387, DM000347388, DM000347391, DM000347389, DM000347392, DM000347390, DM000347393, DM000347394

33100 000-1	29	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	3456063D Kt/V-UV board	3456063D Kt/V-UV board	Germ ania	B. Braun Avitum AG	3456063D Kt/V-UV board	3456063D Kt/V-UV board (Catalog Dialog+ Spareparts List, pag. 10) Facturare N1	DM000347380, DM000347381, DM000347382, DM000347383, DM000347384, DM000347385, DM000347386, DM000347387, DM000347388, DM000347391, DM000347389, DM000347392, DM000347390, DM000347393, DM000347394
33100 000-1	30	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34561692 Blood leak detector version 4	34561692 Blood leak detector version 4	Germ ania	B. Braun Avitum AG	34561692 Blood leak detector version 4	34561692 Blood leak detector version 4 (Catalog Dialog+ Spareparts List, pag. 7) Facturare N1	DM000347380, DM000347381, DM000347382, DM000347383, DM000347384, DM000347385, DM000347386, DM000347387, DM000347388, DM000347391, DM000347389, DM000347392, DM000347390, DM000347393, DM000347394
33100 000-1	31	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	7107366 DIACAP ULTRA DF- ONLINE FILTER	DIACAP ULTRA DF- ONLINE FILTER (Codul produsului: 7107366)	Germ ania	B. Braun Avitum AG	7107366 DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER	7107366 DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER (catalog_bb Braun_consumabile_accesorii, pag. 17) Facturare N1	DM000638402

33100 000-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	CWSS022C2 Stereril filter 0,2 µm	CWSS022 C2 Stereril filter 0,2 µm	Germ ania	DWA GmbH & Co. KG	CWSS022C2 Stereril filter 0,2 µm	CWSS022C2 Stereril filter 0,2 µm (Brosura filtru bactericid, pag.1)	DM000414787
33100 000-1	38	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Dializator flux scazut 1,3m² (Codul produsului: OCI-HD130L)	China	CHENGDU OCI MEDICAL DEVICES CO., LTD.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani (TDS pag.1) Sterilizare cu γ (TDS pag.2) Membrană complet sintetică (TDS pag.2) Coeficientul de UF 12 ml/oră (TDS pag.4) Volumul de umplere 80 ml (TDS pag.4) Cerințele specifice Clearance Unitate măsură ml/min (TDS pag.4) 1 ureea 227 2 creatinina 211 3 fosfați 181 4 vitamina B-12 109 Facturare N1	DM000373372
33100 000-1	72	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Dializator flux scazut 1,6m² (Codul produsului: OCI-HD160L)	China	CHENGDU OCI MEDICAL DEVICES CO., LTD.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani (TDS pag.1) Sterilizare cu γ (TDS pag.2) Membrană complet sintetică (TDS pag.2) Coeficientul de UF 14 ml/oră (TDS pag.4) Volumul de umplere 95 ml (TDS pag.4) Cerințele specifice Clearance Unitate măsură, ml/min (TDS pag.4) 1 ureea 235 2 creatinina 220 3 fosfați 191 4 vitamina B-12 118 Facturare N1	DM000373375

33100 000-1	73	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSP Bălți	Dializator flux scazut 1,8m² (Codul produsului: OCI- HD180L)	China	CHENGDU OCI MEDICAL DEVICES CO., LTD.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani (TDS pag.1) Sterilizare cu γ (TDS pag.2) Membrană complet sintetică (TDS pag.2) Coeficientul de UF 17 ml/oră (TDS pag.4) Volumul de umplere 106 ml Cerințele specifice Clearance Unitate măsură, ml/min (TDS pag.4) 1 ureea 242 2 creatinina 227 3 fosfați 200 4 vitamina B-12 130 Facturare N1	DM000373377
33100 000-1	78	Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun)c onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) Bălți	SW 139 A (Codul produsului: 7524), bidon 10l	Germania	B. Braun Avitum AG	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Glucoza 5,5 mmol/l (lg/l).	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Glucoza 5,5 mmol/l (lg/l). (catalog_bb什么_consumabile_accesorii, pag. 29) Facturare N1	DM000018760

33100 000-1	79	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Bălți	Cateter dublu lumen hemodializa 11,5Fr 20cm (Codul produsului: HCT10024)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani Condiții de fabricare material biocompatibil (TDS pag.1) Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu (Catalog pag.5) Cerințe specifice Diametru 11,5 F (Catalog pag.6) Lungimea 200 mm (Catalog pag.6) Radio-opac (TDS pag.1) Conector Luer-Lock cu clame (Catalog pag.4) Ac pentru puncție 18Gx70mm (Catalog pag.5) Ghid metalic de securitate 0,95x70cm (Catalog pag.5) Dilatator 10F + 12F (Catalog pag. 5) Viteza fluxului sangvin 500 ml/min (TDS pag. 1) Facturare N1	DM000375825
33100 000-1	81	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acide Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP SC Bălți	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acide Citric, 50%-10 litri, conform necesităților IMSP SC Bălți	Acid citric 50%, bidon 10L, (Codul produsului: 307)	Germania	B. Braun Avitum AG	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre* (catalog_bbraun_consumabile_accesorii, pag.34) Facturare N1	DM000018754
33100 000-1	84	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMS P conform necesităților IMSP SC Bălți	CWSS022C2 Stereril filter 0,2 μm	CWSS022C2 Stereril filter 0,2 μm	Germania	DWA GmbH & Co. KG	CWSS022C2 Stereril filter 0,2 μm	CWSS022C2 Stereril filter 0,2 μm (Brosura filtru bactericid, pag.1)	DM000414787

33100 000-1	86	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator flux scazut 1,6m² (Codul produsului: OCI- HD160L)	China	CHENGDU OCI MEDICAL DEVICES CO., LTD.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani (TDS pag.1) Sterilizare cu γ (TDS pag.2) Membrană complet sintetică (TDS pag.2) Coeficientul de UF 14 ml/oră (TDS pag.4) Volumul de umplere 95 ml (TDS pag.4) Cerințele specifice Clearance Unitate măsură, ml/min (TDS pag.4) 1 ureea 235 2 creatinina 220 3 fosfați 191 4 vitamina B-12 118 Facturare N1	DM000373375
33100 000-1	87	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator flux scazut 1,8m² (Codul produsului: OCI- HD180L)	China	CHENGDU OCI MEDICAL DEVICES CO., LTD.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani (TDS pag.1) Sterilizare cu γ (TDS pag.2) Membrană complet sintetică (TDS pag.2) Coeficientul de UF 17 ml/oră (TDS pag.4) Volumul de umplere 106 ml Cerințele specifice Clearance Unitate măsură, ml/min (TDS pag.4) 1 ureea 242 2 creatinina 227 3 fosfați 200 4 vitamina B-12 130 Facturare N1	DM000373377

33100 000-1	91	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11- 12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11- 12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul	Cateter dublu lumen hemodializ a 11,5Fr 20cm (Codul produsului: HCT10024)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani Condiții de fabricare material biocompatibil (TDS pag.1) Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu (Catalog pag.5) Cerințe specifice Diametru 11,5 F (Catalog pag.6) Lungimea 200 mm (Catalog pag.6) Radio-opac (TDS pag.1) Conector Luer-Lock cu clame (Catalog pag.4) Ac pentru puncție 18Gx70mm (Catalog pag.5) Ghid metalic de securitate 0,95x70cm (Catalog pag.5) Dilatator 10F + 12F (Catalog pag. 5) Viteza fluxului sangvin 500 ml/min (TDS pag. 1) Facturare N1	DM000375825
33100 000-1	123	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Comrat	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Comrat	Dializator flux scazut 1,6m² (Codul produsului: OCI- HD160L)	China	CHENGDU OCI MEDICAL DEVICES CO., LTD.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice No Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani (TDS pag.1) Sterilizare cu γ (TDS pag.2) Membrană complet sintetică (TDS pag.2) Coeficientul de UF 14 ml/oră (TDS pag.4) Volumul de umplere 95 ml (TDS pag.4) Cerințele specifice Clearance Unitate măsură, ml/min (TDS pag.4) 1 ureea 235 2 creatinina 220 3 fosfați 191 4 vitamina B-12 118 Facturare N1	DM000373375

33100 000-1	132	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime	Dializator flux scazut 1,6m² (Codul produsului: OCI- HD160L)	China	CHENGDU OCI MEDICAL DEVICES CO., LTD.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani (TDS pag.1) Sterilizare cu γ (TDS pag.2) Membrană complet sintetică (TDS pag.2) Coeficientul de UF 14 ml/oră (TDS pag.4) Volumul de umplere 95 ml (TDS pag.4) Cerințele specifice Clearance Unitate măsură, ml/min (TDS pag.4) 1 ureea 235 2 creatinina 220 3 fosfați 191 4 vitamina B-12 118 Facturare N1	DM000373375
33100 000-1	133	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Sfânta Treime	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Sfânta Treime	Dializator flux scazut 1,8m² (Codul produsului: OCI- HD180L)	China	CHENGDU OCI MEDICAL DEVICES CO., LTD.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani (TDS pag.1) Sterilizare cu γ (TDS pag.2) Membrană complet sintetică (TDS pag.2) Coeficientul de UF 17 ml/oră (TDS pag.4) Volumul de umplere 106 ml Cerințele specifice Clearance Unitate măsură, ml/min (TDS pag.4) 1 ureea 242 2 creatinina 227 3 fosfați 200 4 vitamina B-12 130 Facturare N1	DM000373377

33100 000-1	140	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților SCM Sfânta Treime,	Cateter dublu lumen hemodializa 11,5Fr 20cm (Codul produsului: HCT10024)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani Condiții de fabricare material biocompatibil (TDS pag.1) Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu (Catalog pag.5) Cerințe specifice Diametru 11,5 F (Catalog pag.6) Lungimea 200 mm (Catalog pag.6) Radio-opac (TDS pag.1) Conector Luer-Lock cu clame (Catalog pag.4) Ac pentru puncție 18Gx70mm (Catalog pag.5) Ghid metalic de securitate 0,95x70cm (Catalog pag.5) Dilatator 10F + 12F (Catalog pag. 5) Viteza fluxului sangvin 500 ml/min (TDS pag. 1) Facturare N1	DM000375825
33100 000-1	169	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR,	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR,	Cateter dublu lumen hemodializa 11,5Fr 20cm (Codul produsului: HCT10024)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani Condiții de fabricare material biocompatibil (TDS pag.1) Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu (Catalog pag.5) Cerințe specifice Diametru 11,5 F (Catalog pag.6) Lungimea 200 mm (Catalog pag.6) Radio-opac (TDS pag.1) Conector Luer-Lock cu clame (Catalog pag.4) Ac pentru puncție 18Gx70mm (Catalog pag.5) Ghid metalic de securitate 0,95x70cm (Catalog pag.5) Dilatator 10F + 12F (Catalog pag. 5) Viteza fluxului sangvin 500 ml/min (TDS pag. 1) Facturare N1	DM000375825

33100 000-1	171	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP scr	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg,conform necesităților IMSP scr	Dializator flux scazut 1,8m² (Codul produsului: OCI- HD180L)	China	CHENG DU OCI MEDIC AL DEVICE S CO., LTD.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 urea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani (TDS pag.1) Sterilizare cu γ (TDS pag.2) Membrană complet sintetică (TDS pag.2) Coeficientul de UF 17 ml/oră (TDS pag.4) Volumul de umplere 106 ml Cerințele specifice Clearance Unitate măsură, ml/min (TDS pag.4) 1 urea 242 2 creatinina 227 3 fosfați 200 4 vitamina B-12 130 Facturare N1	DM000373377
33100 000-1	172	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR,	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR	Dializator flux scazut 1,6m² (Codul produsului: OCI- HD160L)	China	CHENG DU OCI MEDIC AL DEVICE S CO., LTD.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 urea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Certificare Internațională CE Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 3 ani (TDS pag.1) Sterilizare cu γ (TDS pag.2) Membrană complet sintetică (TDS pag.2) Coeficientul de UF 14 ml/oră (TDS pag.4) Volumul de umplere 95 ml (TDS pag.4) Cerințele specifice Clearance Unitate măsură, ml/min (TDS pag.4) 1 urea 235 2 creatinina 220 3 fosfați 191 4 vitamina B-12 118 Facturare N1	DM000373375

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23