

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	MTenderID: ocds-b3wdp1-MD-1627999616349	Data: 03 septembrie 2021	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 11, pentru anul 2021”	Pozitia Nr.: <u>21.1</u>	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Ancotec-Sistem SRL	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33100000-1	Monitor de pacient cu modul de gaze anestezice, cu posibilitate de montare la bratul masinei de anestezie Drager Fabius Plus (poziția 21.1)	Venus	China	Northern Meditec	Monitor de pacient cu modul de gaze anestezice, cu posibilitate de montare la bratul masinei de anestezie Drager Fabius Plus 1 Tip pacient: Adult, Pediatric. 2 Ecran color, touchscreen min. 12 inch 3 Protecție antistrălucire a ecranului 4 Posibilitatea de reglare a nivelelor de iluminare 5 Rezoluția min. 1280 x 720 6 Unghi de vizualizare: 170 grade 7 Modul NIBP: 7.1 Metoda: oscilometrică 7.2 Moduri: Auto, Manual, STAT 7.3 Frecvența pulsului: 40-220 bpm 7.4 Rezoluție presiune: 40-250 mmHg 7.5 Acuratetea puls: ± 3 bpm 7.6 Acuratetea presiune: ± 3 mmHg 7.7 Protecție la suprapresiune pentru toate tipurile de pacienți 8 Modul SpO2: 8.1 Tehnologia: Masimo 8.2 Diapazonul de măsurare: 70-100% 8.3 Rezoluția: 1 % 8.4 Acuratetea: ± 2 % 8.5 Frecvența pulsului: 25-300 bpm 8.6 Acuratetea puls: ± 2 bpm 9 Modul ECG: 9.1 Culegerea semnalului ECG prin cablu 5 electrozi 9.2 Amplitudă selectabilă: 1,25 mm/mV;	Monitor de pacient cu modul de gaze anestezice, cu posibilitate de montare la bratul masinei de anestezie Drager Fabius Plus 1 Tip pacient: Adult, Pediatric. 2 Ecran color, touchscreen > 12 inch 3 Protecție antistrălucire a ecranului 4 Posibilitatea de reglare a nivelelor de iluminare 5 Rezoluția > 1280 x 720 6 Unghi de vizualizare: 170 grade 7 Modul NIBP: 7.1 Metoda: oscilometrică 7.2 Moduri: Auto, Manual, STAT 7.3 Frecvența pulsului: 40-220 bpm 7.4 Rezoluție presiune: 40-250 mmHg 7.5 Acuratetea puls: ± 3 bpm 7.6 Acuratetea presiune: ± 3 mmHg 7.7 Protecție la suprapresiune pentru toate tipurile de pacienți 8 Modul SpO2: 8.1 Tehnologia: Masimo 8.2 Diapazonul de măsurare: 70-100% 8.3 Rezoluția: 1 % 8.4 Acuratetea: ± 2 % 8.5 Frecvența pulsului: 25-300 bpm 8.6 Acuratetea puls: ± 2 bpm 9 Modul ECG: 9.1 Culegerea semnalului ECG prin cablu 5 electrozi 9.2 Amplitudă selectabilă: 1,25 mm/mV;	CE, ISO

				2,5 mm/mV ; 5 mm/mV; 10 mm/mV; 20 mm/mV; 40 mm/mV 9.3 Viteza selectabila: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s 9.4 Frecventa pulsului pacient Adult: 15-300 bpm 10 Respiratia: 10.1 Metoda: impedanta toracica 10.2 Diapazonul de masurare: 0-150 rpm 10.3 Acuratetea: ± 2 rpm 11 Temperatura: 11.1 Numarul de canale: 2 11.2 Diapazonul de masurare: 30 - 42 °C 11.3 Acuratetea: $\pm 0,1$ °C 12 Modul EtCO2: 12.1 Tehnologia: Masimo 12.2 Tip: Sidestream 12.3 Diapazonul de masurare: 0-99 mmHg 12.4 Timpul de raspuns: < 1 sec 12.5 Depistare respiratie 12.6 Diapazonul de masurare respiratie: 0-150 rpm 13 Modul gaze anestezice: 13.1 Tehnologia: Masimo 13.2 Gaze măsurate: 13.2.1 CO2: 0-15 % 13.2.2 O2: 0-100% 13.2.3 N2O: 0-100% 13.2.4 DES: 0-22% 13.2.5 ISO: 0-8% 13.2.6 ENF: 0-8% 13.2.7 HAL: 0-8% 13.2.8 SEV: 0-10% 13.3 Rata de respiratie: 0-150 rpm 13.4 Afisare valoarea MAC 14 Memorie interna: 14.1 Min. 400 ore de inregistrare 14.2 Min. 3500 setari 14.3 Min. 100 alarme 15 Alarme: 15.1 Sonore si vizuale 15.2 Indicator luminous alarme cu	2,5 mm/mV ; 5 mm/mV; 10 mm/mV; 20 mm/mV; 40 mm/mV 9.3 Viteza selectabila: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s 9.4 Frecventa pulsului pacient Adult: 15-300 bpm 10 Respiratia: 10.1 Metoda: impedanta toracica 10.2 Diapazonul de masurare: 0-150 rpm 10.3 Acuratetea: ± 2 rpm 11 Temperatura: 11.1 Numarul de canale: 2 11.2 Diapazonul de masurare: 30 - 42 °C 11.3 Acuratetea: $\pm 0,1$ °C 12 Modul EtCO2: - măsurare CO2 sidestream încorporată în modulul gaze anestezice (vezi pct. 13) 12.1 Tehnologia: Masimo 12.2 Tip: Sidestream 12.3 Diapazonul de masurare: 0-99 mmHg 12.4 Timpul de raspuns: < 1 sec 12.5 Depistare respiratie 12.6 Diapazonul de masurare respiratie: 0-150 rpm 13 Modul gaze anestezice (sidestream): 13.1 Tehnologia: Masimo 13.2 Gaze măsurate: 13.2.1 CO2: 0-15 % 13.2.2 O2: 0-100% 13.2.3 N2O: 0-100% 13.2.4 DES: 0-22% 13.2.5 ISO: 0-8% 13.2.6 ENF: 0-8% 13.2.7 HAL: 0-8% 13.2.8 SEV: 0-10% 13.3 Rata de respiratie: 0-150 rpm 13.4 Afisare valoarea MAC 14 Memorie interna 14.1 Min. 400 ore de inregistrare pe unitate centrală 14.2 Min. 3500 setari pe unitate centrală 14.3 Min. 100 alarme 15 Alarme: 15.1 Sonore si vizuale 15.2 Indicator luminous alarme cu	
--	--	--	--	--	--	--

				vizualizarea la 360 grade 16 Imprimanta integrata: 16.1 Viteza de imprimare: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s 16.2 Posibilitatea de imprimare a min. 3 unde grafice 16.3 Printare: in timp real, alarme, calcul, unde grafice 17 Conexiuni: 17.1 LAN 17.2 Wifi 17.3 HDMI sau tehnologie analogică 17.4 USB 17.5 Alarma asistenta 17.6 Posibilitatea de conectare la statia de vizualizare centrala prin WIFI 18 Alimentare: 18.1 Tensiune 220V 50Hz 18.2 Baterie interna min. 4 ore autonomie 19 Accesorii si consumabile: 19.1 Cablu ECG cu 5 electrozi - 1 buc. 19.2 Electrozi ECG adult, unică utilizare 200 pcs. 19.3 Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare, Adult - 2 buc. 19.4 Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare, Padiatric - 1 buc. 19.5 Senzor Temperatură reutilizabil - 1 buc. 19.6 Furtun NIBP – 1 buc. 19.7 Manseta pentru NIBP , Adult - 4 buc. (1-small, 1-medium, 1-large, 1- extralarge. 19.8 Manseta pentru NIBP , Padiatric - 1 buc. 19.9 Hartie pentru imprimanta – 20 buc. 19.10 Kit pentru conectarea modulului de gazo-analizare la conturul de ventilare a pacientului - pentru 450 de operatii/interventii 19.11 Suport pentru fixarea monitorului pe bratul existent al masinei de anestezie Livrare si instalare conform necesitatilor beneficiarului Instruire utilizatori privind utilizarea	vizualizarea la 360 grade 16 Imprimanta integrata: 16.1 Viteza de imprimare: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s 16.2 Posibilitatea de imprimare a min. 3 unde grafice 16.3 Printare: in timp real, alarme, calcul, unde grafice 17 Conexiuni: 17.1 LAN 17.2 Wifi 17.3 HDMI sau tehnologie analogică 17.4 USB 17.5 Alarma asistenta 17.6 Posibilitatea de conectare la statia de vizualizare centrala prin WIFI 18 Alimentare: 18.1 Tensiune 220V 50Hz 18.2 Baterie interna min. 4 ore autonomie 19 Accesorii si consumabile: 19.1 Cablu ECG cu 5 electrozi - 1 buc. 19.2 Electrozi ECG adult, unică utilizare 200 pcs. 19.3 Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare, Adult - 2 buc. 19.4 Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare, Padiatric - 1 buc. 19.5 Senzor Temperatură reutilizabil - 1 buc. 19.6 Furtun NIBP – 1 buc. 19.7 Manseta pentru NIBP , Adult - 4 buc. (1-small, 1-medium, 1-large, 1- extralarge. 19.8 Manseta pentru NIBP , Padiatric - 1 buc. 19.9 Hartie pentru imprimanta – 20 buc. 19.10 Kit pentru conectarea modulului de gazo-analizare la conturul de ventilare a pacientului - pentru 450 de operatii/interventii 19.11 Suport pentru fixarea monitorului pe bratul existent al masinei de anestezie Livrare si instalare conform necesitatilor beneficiarului Instruire utilizatori privind utilizarea	
--	--	--	--	--	--	--

					corecta a dispozitivelor Instruire bioingineri privind mentenanta si reparatia dispozitivului Garantie : minim 24 luni Ghid rapid de utilizare in limba de stat, laminat. Manual de utilizare (in limba de stat). Manual de service .	corecta a dispozitivelor Instruire bioingineri privind mentenanta si reparatia dispozitivului Garantie : minim 24 luni Ghid rapid de utilizare in limba de stat, laminat. Manual de utilizare (in limba de stat). Manual de service .	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)