

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21021773 din 07-11.04.20
Denumirea procedurii de achiziție: valoare mică

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
echipamente medicale, produse farmaceutice						
Lot 5 Kit pentru confirmare KPC/MBL si OXA-48 – pentru enterobacteriaceae producătoare de carbapenemase (conform metodologiei EUCAST)	99007	Italia	Liofilchem	Vezi AP	5 cartuse a câte de 50 tablete fiecare. Meropenem 10 µg MRP 50 Discs. Meropenem + EDTA MR+ED 50 Discs. Meropenem + Phenylboronic acid MR+BO 50 Discs. Meropenem + Cloxacillin MR+CL 50 Discs. Temocillin 30 µg TMO 50 Discs	CE,ISO
Lot 10 PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistență KPC, NDM, MBL, OXA-48 la Enterobacteriaceae real time	R-C1(RG,CFX), Amplisens MDR MBL-FL R-C2(RG,CFX), Amplisens MDR KPC/OXA-48-FL 102-22, DNK sorb AM	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecție în timp real	ISO RU
Lot 11 PCR cantitativ multiplex pentru detectarea infecției tractului respirator inferior și meningitei cauzate de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae și Neisseria meningitidis	B25(RG,iQ,FEP), Amplisens meningitidis/ H. influenzae/ S. pneumoniae-FL» 103-20, Ampliprim DNK-sorb-B"	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecție în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene	ISO RU
Lot 12 AgHBs	SAG1ULTRA.CE.96,HbsAg,96 teste	Italia	DiaPro	Vezi AP	Tip reacție – imunoenzimatică, (specifică pentru diferiți epitopi de pe determinantul "a" al HBsAg), pentru determinarea Ag virusului hepatitei B. Prezența în instrucție a	CE,ISO

					rezultatelor evaluării performanței pe nu mai puțin de 20 paneluri de seroconversie recunoscute. Durata perioadei de incubare 150 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică și vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 95 %, sensibilitatea analitică de la 0.1 OMS UI/ml AgHBs, specificitate diagnostică 100 %.	
Lot 14 IgM HVE	EVM.CE HEV IgM,sandwich	Italia	DiaPro	Vezi AP	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru determinarea IgM către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 %	CE,ISO
Lot 15 IgG anti-HVE	EVG.CE HEV IgG,quantitative	Italia	DiaPro	Vezi AP	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru determinarea IgG către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 %	CE,ISO
Lot 16 AntiHBcor, calitativ	BCAB.CE, HBcorAb,96 teste,scringing	Italia	DiaPro	Vezi AP	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor către Ag nucleocapsidei (core) a virusului hepatitei B. Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică și vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai puțin de 100 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 100 %	CE,ISO
Lot 17 HBcor IgM	BCM.CE,HBc IgM ,96 teste	Italia	DiaPro	Vezi AP	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor clasa IgM către Ag nucleocapsidei (core) a virusului hepatitei B. Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - 140 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică și vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Sensibilitate testului > 98%.specificitate diagnostică nu > 98%.	CE,ISO
Lot 18 AntiHBs cantitativ	SAB.CE,HBsAb,96 teste	Italia	DiaPro	Vezi AP	Tip reacție – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare; Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 %	CE,ISO

Lot 19 HCV IgM	CVM.CE. HCVIgM,96 teste	Italia	DiaPro	Vezi AP	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Detectarea anticorpilor clasa IgM la virusul hepatitei C din ser sau plasmă umană. Durata perioadei de incubare - 140 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare.Posibilitatea verificării spectrofotometrică și vizuală la adăugarea serului și reactivelor. Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate > 98%., specificitate diagnostică > 98%.	CE,ISO
Lot 20 HAV IgM	AVM.CE HAV IgM 96 teste	Italia	DiaPro	Vezi AP	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor clasa IgM către virusul hepatitei A. Pentru diagnostic uman. Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului 100%, specificitate diagnostică > 98%.	CE,ISO
Lot 21 HAV total	AVAB.CE.HAV Ab, 96 teste	Italia	DiaPro	Vezi AP	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor către virusul hepatitei A. Pentru diagnostic uman. Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului 100 %, specificitate diagnostică > 98%.	CE,ISO
Lot 22 Anti HCV, calitativ	CVAB.CE.96 ,HCVAb,96 teste	Italia	DiaPro	Vezi AP	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Detectarea anticorpilor la virusul hepatitei C din ser sau plasmă umană. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare.Posibilitatea verificării spectrofotometrică și vizuală la adăugarea serului și reactivelor. Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 100 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 %	CE,ISO
Lot 24 Miuller Hinton Agar	MUELLER HINTON AGAR 500 g Code 610033	Italia	Liofilchem	Vezi AP	Ambalaj - 0.5 kg.	CE,ISO
Lot 25 Mediu cromogen CHROMID CARBA SMART Agar pentru detectare producerii de carbapenemaze	CHROMATIC CRE 20 plates 90 mm Code 11619	Italia	Liofilchem	Vezi AP	set = 20 cutii x 90 mm	CE,ISO
Lot 26	CHROMATIC ESBL 20 plates 90 mm Code 11622	Italia	Liofilchem	Vezi AP	set = 20 cutii x 90 mm	CE,ISO

Mediu cromogen CHROMID ESBL pentru detectare producerii de ESBL						
Lot 36 Mediul geloză pentru izolarea Haemophilus, kg	G.C. MEDIUM 500 g, Code 610022 + HAEMOPHILUS upplement, 10 vials. Code 81014	Italia	Liofilcem	Vezi AP	Ambalaj - 0.5 kg.	CE,ISO
Lot 39 Criortuburi 2,0	6411, CRYOTUBES EXTERNAL THREAD, Skirted, serigraphed – Sterile, 2 ml	Italia	Aptaca	Vezi AP	Bucata= 100 tuburi. Tub 2 ml, din polipropilenă, cu fundul conic cu bază de susținere. Tuburile au o suprafață mată pentru notare.	CE,ISO
Lot 40 Tampon de lemn steril în ambalaj individual pentru antibiograme	Tampon steril ambalat individual de lemn, 5100/SG/CS	Italia	Aptaca	Vezi AP	Bucata=1 tampon steril în ambalaj individual pentru antibiograme	CE,ISO
Lot 41 Cutii Petri de polistirol sterile, diametrul 90-94 mm	Cutia Petri 90mm, sterila, 91/SG	Italia	Aptaca	Vezi AP	Bucata= 1 cutie, ambalaj - 20 unități în ambalaj unic	CE,ISO
Lot 43 Sisteme transport cu mediu Amies (timp de 48 ore)	230397	Italia	Kima	Vezi AP	Sisteme transport cu mediu Amies Bucată (ambalaj) = tub polipropilen	CE,ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General
Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina, 65, of. 607