

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1615540708684	Data: 18 aprilie 2021	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“Achiziția materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2021”	Pozitia Nr.: 6 și 7	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
331000 00-1	Lotul nr.6 Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq$ 10,0 ml/oră mm Hg	B-16PF	China	Bain	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m-2 Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție $\geq$ 2 ani Sterilizare cu vapor, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF $\geq$ 10 ml/oră Volumul de umplere $\leq$ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea $\geq$ 182 2 creatinina $\geq$ 168 3 fosfați $\geq$ 130 4 vitamina B-12 $\geq$ 67	Cerințe generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție $\geq$ 2 ani Sterilizare cu vapor, etilenoxidă, γ , β sau alte metode de iradiere Membrană complet sintetică Coeficientul de UF 23 ml/oră Volumul de umplere 98 ml Cerințele specifice: Clearance 1 ureea 188 ml/min. 2 creatinina 180 ml/min 3 fosfați 179 ml/min 4 vitamina B-12 117 ml/min	CE/ISO
331000 00-1	Lotul nr.7 Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare $\geq$ 12 ml/oră mm Hg	B-18PF	China	Bain	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m-2. Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție $\geq$ 2 ani Sterilizare cu vapor, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF $\geq$ 12 ml/oră Volumul de umplere $\leq$ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea $\geq$ 186 2 creatinina $\geq$ 173 3 fosfați $\geq$ 154 4 vitamina B-12 $\geq$ 95	Cerințe generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție $\geq$ 2 ani Sterilizare cu vapor, etilenoxidă, γ , β sau alte metode de iradiere Membrană complet sintetică Coeficientul de UF 26 ml/oră Volumul de umplere 110 ml Cerințele specifice: Clearance 1 ureea 190 ml/min 2 creatinina 183 ml/min 3 fosfați 182 ml/min 4 vitamina B-12 121 ml/min	CE/ISO

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)