



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Nr. 1802-1668 din "20" 05 2019

DISTRIBUITOR PRIM SRL

medtehmd@mail.ru

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1552650915166 din 15.04.2019 privind "*Achiziționarea echipamentelor medicale – proteze auditive retroauriculare, termometre și tonometre sonorizate pentru persoane cu deficiențe de vâz și auz conform necesităților IMSP AMT Centru pentru anul 2019*", Vă comunică că oferta Dvs. pentru poziția nr. 2 și nr. 4 nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde tehnic, și anume:

Poz. nr. 2 "*proteze auditive retroauriculare, cu amplificare medie-majora*" - Câștigul maximal: 75dB și mai mult. S-a oferit 73 dB;

Poz. nr. 4 "*tonometru (tensiometru) pentru nevăzători, vorbitor de limba rusă și/sau română*" - s-a solicitat ca Butoanele să fie proeminente, ușor tactibile pentru nevăzători și slab văzători, însă la examinarea mostrelor s-a depistat că tactil nu pot fi delimitate toate butoanele dispozitivului medical.

În acest context, oferta Dvs. pentru pozițiile sus menționate nu a fost acceptată în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6) lit. b) - oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director
Centrul pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate

Ivan Antoci