

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1743589357159
Obiectul achiziției: “Piese pentru dispozitive medicale”	

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Bloc de alimentare compatibil cu Ultrasonograf Toshiba Aplio 300 Lot 5	PM30-40632*A 1	Japonia	Canon Medical Systems Corporation	Bloc de alimentare compatibil cu Ultrasonograf Toshiba Aplio 300	Bloc de alimentare compatibil cu Ultrasonograf Toshiba Aplio 300	CE, ISO
Transductor convex compatibil cu ultrasonograf Aplio 300 Lot 22	PLT-704SBT	Japonia	Canon Medical Systems Corporation	Transductor convex compatibil cu ultrasonograf Aplio 300. Aplicatie abdominale pediatrice, frecvența de bază 6 MHz, Diapazonul de frecvențe 3.5 - 9.7 MHz, frecvența B mod 9.2, 6, 3.6 MHz, frecvența THI 8, 7, 6 MHz, frecvența D-THI 8, 6, 5 MHz. câmp de vizualizare 40 mm, unghi de vizualizare 65 de grade, adâncime de scanare 40 cm. Garantie un an.	Transductor convex compatibil cu ultrasonograf Aplio 300. Aplicatie abdominale pediatrice, frecvența de bază 6 MHz, Diapazonul de frecvențe 3.5 - 9.7 MHz, frecvența B mod 9.2, 6, 3.6 MHz, frecvența THI 8, 7, 6 MHz, frecvența D-THI 8, 6, 5 MHz. câmp de vizualizare 40 mm, unghi de vizualizare 65 de grade, adâncime de scanare 40 cm. Garantie un an.	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)