

## Specificații tehnice (F 4.1)

### IMSP Institutul Mamei și Copilului

Numărul procedurii de achiziție:	<b>ocds-b3wdp1-MD-1608535667022</b>
Denumirea procedurii de achiziție:	<b>Produse parafarmaceutice, pentru anul 2021</b>

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard de referință
1	<b>Lotul 1. Ac epidural</b>	HT-44	China	Haitech	Ac epidural: G 18 oțel inoxidabil, alamă placată cu nichel, stilet plastic, aripioare fixe, steril	Ac tip Tuohy pentru anestezie epidurală, 18G, oțel inoxidabil, stilet plastic, aripioare fixe, steril	ISO, CE
<b>Lotul 11. Cateter subclaviar</b>							
11	Cateter subclaviar 0,6 mm	0211.0140904	Ucraina	Kammed	Cateter subclaviar: subclaviar d 0,6 mm	Cateter subclaviar: subclaviar d 0,6 mm	ISO, Decl. de conformitate
	Cateter subclaviar 1,0 mm	0211.0241205	Ucraina	Kammed	Cateter subclaviar: subclaviar d 1,0 mm	Cateter subclaviar: subclaviar d 1,0 mm	
12	<b>Lotul 12. Clipse</b>	191-00036	China	Optcla	clipse : clipse pentru clipoaplicator, din titanset, nr.7 Riced Vuld (autor) clipse titan cu partea lucrativa, adeziva (adhesive backing), set steril, marime: medium-large, 6 buc în set	Clipse pentru clipoaplicator, din titan, medium-large, set 6 buc. sterile, compatibile Richard Wolf	ISO, CE
31	<b>Lotul 31. Linie pentru perfuzie L-150 cm</b>	13128	India	Poly Medicure	Linie pentru perfuzie L-150 cm: tube Size Ø2,0 X Ø 1,0 mm, L-150 cm, steril	Linie pentru perfuzie L-150 cm: tube Size Ø2,0 X Ø 1,0 mm, L-150 cm, steril	ISO, CE
<b>Lotul 32. Mască larigiană</b>							
32	Mască larigiană: reutilizabilă N 3	HTC1330	China	Hitec	mască larigiană: reutilizabila N3	Masca laringiana din silicon Nr.3	ISO, CE
	Mască larigiană: reutilizabilă N 4	HTC1340	China	Hitec	mască larigiană: reutilizabila N4	Masca laringiana din silicon Nr.4	ISO, CE
	Mască larigiană: reutilizabilă N 5	HTC1350	China	Hitec	mască larigiană: reutilizabila N5	Masca laringiana din silicon Nr.5	ISO, CE
	Mască larigiană: de unică folosință N 3	HTC1130	China	Hitec	mască larigiană: de unica folosință N3,	Masca laringeana din PVC, nr.3	ISO, CE
	Mască larigiană: de unică folosință N 4	HTC1140	China	Hitec	mască larigiană: de unica folosință N4,	Masca laringeana din PVC, nr.4	ISO, CE
	Mască larigiană: de unică folosință N 5	HTC1150	China	Hitec	mască larigiană: de unica folosință N5,	Masca laringeana din PVC, nr.5	ISO, CE
<b>Lotul 39. Set colbe pentru injectarea și prelungitoare CT</b>							
39	Set colbe pentru injectarea și prelungitoare CT	AT2203	China	Anntom	Set colbe pentru injectarea CT: Steril in set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200ml, 1 tub de conectare tip Y, 1 virf ascutit lung, 1 virf ascutit scurt	Set colbe pentru injectarea CT: Steril in set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200ml, 1 tub de conectare tip Y, 1 virf ascutit lung, 1 virf ascutit scurt	ISO, CE
	Set colbe pentru injectarea și prelungitoare CT	AT2299	China	Anntom	Prelungitor pt set colbe injectomat CT: Steril, lungimea-150 cm, presiune inalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm	Prelungitor pt set colbe injectomat CT: Steril, lungimea-150 cm, presiune inalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm	ISO, CE
<b>Lotul 46. Set de cateterizarea vaselor majore</b>							

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard de referință
46	Set de cateterizarea vaselor majore 7F	ZKDND7F20	Polonia	Balton	Set de cateterizarea vaselor majore: metoda Seldinger, cu 2 canale 7F x 20 cm	Set de cateterizarea vaselor majore: metoda Seldinger, cu 2 canale 7F, L-20cm	ISO, CE
	Set de cateterizarea vaselor majore 3F	ZKDN3F10	Polonia	Balton	Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile, după metoda Seldinger monocanale 3F L-10 cm	Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile, după metoda Seldinger monocanale 3F, L-10 cm	ISO, CE
	Set de cateterizarea vaselor majore 4F	ZKDN4F15	Polonia	Balton	Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile, după metoda Seldinger monocanale 4F L-10 cm	Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile, după metoda Seldinger monocanale 4F, L-15 cm	ISO, CE
	Set de cateterizarea vaselor majore 5F	ZKDND5F20	Polonia	Balton	Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile, după metoda Seldinger monocanale 5F L-10 cm	Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile, după metoda Seldinger monocanale 5F, L-20 cm	ISO, CE
48	<b>Lotul 48. Set pentru aspirator</b>	HTD 0204	China	Hitec	Set pentru aspirator: steril, tub p/u aspirator cu canula, lungimea 210 cm	Set pentru aspirator: steril, tub p/u aspirator cu canula, lungimea 210 cm	ISO, CE
49	<b>Lotul 49. Set pentru ligaturare variceala endoscopica</b>	SBLS-6-P-O	India	Shaili Endoscopy	set pentru ligaturare variceala endoscopica: set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm.	set pentru ligaturare variceala endoscopica: set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 8.0-9,5 mm. si canal de 2,8 mm.	ISO, CE
51	<b>Lotul 51. Sistem de suntare pentru hidrocefalie</b>						
	Sistem de suntare pentru hidrocefalie: presiune joasă	SM1B-L BO19-10 B905S	Franța	Sophysa	sistem de suntare pentru hidrocefalie: sterile, presiune joasa, L-12mm	sistem de suntare pentru hidrocefalie: sterile, presiune joasa, L-12mm	ISO, CE
	Sistem de suntare pentru hidrocefalie: presiune medie	SM1B-M BO19-10 B905S	Franța	Sophysa	sistem de suntare pentru hidrocefalie: sterile, presiune medie, L-12mm	sistem de suntare pentru hidrocefalie: sterile, presiune medie, L-12mm	ISO, CE
	Conectoare bipolare	CO1010	Franța	Sophysa	conectoare bipolare: sterile, pentru alungirea sistemului de suntare ventriculoperitoneale L-12mm	conectoare bipolare: sterile, pentru alungirea sistemului de suntare ventriculoperitoneale L-	ISO, CE
53	<b>Lotul 53. Stepler</b>	Model W	China	Haida Medical	Stepler: Stepler tegumentar mediu	Stepler: Stepler tegumentar mediu	ISO, CE

Iarovoi Petru, Director

FPC SOGNO S.R.L.

