

Lot 11 Aparat radiologic fix BRIVO DR-F, GE Healthcare Inc Switzerland Workstation -2

Servicii de profilaxie a aparatului roentgen digital Brivo DR-F, inclusiv:

- 4 revizii obligatorii;
- interventii la cerere ori de cite ori este nevoie.
- verificarea si masurarea parametrilor functionali;
- revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor;
- curățarea părților componente ale echipamentului;
- curatarea tubului;
- verificarea mA si kV;
- verificarea timpului de scanare;
- performanta imaginii;
- auto calibrarea;
- lubrifierea suportului principal;
- controlul și eventual o noua reglare a aparatului;
- eliminarea jocurilor la părțile mecanice;
- curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare;
- verificarea tensiunilor de alimentare;
- verificarea conexiunilor electrice;
- verificarea cablurilor de masă;
- curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente;
- verificarea funcționării motoarelor;
- verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc;
- verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul).

Piesele nu intra sub acoperire. Piesele depistate defecte se achizitioneaza separate, indiferent de costul acestora. Costurile aferente cad in sarcina Beneficiarului.

Piesele inlocuite (defecte) se returneaza in mod expres si obligatoriu producatorului.

Lot 12 Aparat radiologic fix Planmeca ProX, Planmeca OY, Finland.

Servicii de profilaxie a aparatului roentgen digital Brivo DR-F, inclusiv:

- 4 revizii obligatorii;
- interventii la cerere ori de cite ori este nevoie.
- verificarea partilor mobile a dispozitivelor
- verificarea reglarea rulmentilor si ungerea acestora
- reglarea elementelor de autofrinare
- verificarea releului miliamper secunda
- verificarea curentului anod
- verificarea monoblocului la ermetizare
- ungerea nodurilor principale

Piese nu intra sub acoperire. Piese depistate defecte se achizitioneaza separate, indiferent de costul acestora. Costurile aferente cad in sarcina Beneficiarului.

Piese inlocuite (defecte) se returneaza in mod expres si obligatoriu producatorului.