

			Specificații tehnice								
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]								
Numărul licitației:			LP nr.						Data: „__” „__”	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:			Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 (repetat)						Lot: _____	Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produce-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință		
33100 000-1	2	Lot nr.2 Dializator suprafața 1,0 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg	Lot nr.2 Dializator suprafața 1,0 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg	PURIFIER L140	Turcia	SAFIL TIBBI URUNLER ULUSLARAR ASI NAK. SAN. TIC. A.S.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,0 -1,1 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 70 ml Clearance Unitate măsură ml/min Cerințele specifice 1 ureea ≥ 168 2 creatinina > 147 3 fosfați ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60	Low Flux, Synthetic Dialyser, Gamma Sterilized	CE, ISO		
33100 000-1	3	Lot nr.3 Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Lot nr.3 Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	PURIFIER L140	Turcia	SAFIL TIBBI URUNLER ULUSLARAR ASI NAK. SAN. TIC. A.S.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,3 – 1,4 m². Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră; Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice Ne Clearance Unitate măsură ml/min; 1 ureea ≥ 185; 2 creatinina ≥ 172; 3 fosfați ≥ 135;4 vitamina B-12 ≥ 75	Low Flux, Synthetic Dialyser, Gamma Sterilized	CE, ISO		
33100 000-1	6	Lot nr.6 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm;	Lot nr.6 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm;	RSDC-1220-SS	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TIC. LTD. ŞTİ.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv siringa și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60- max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	RIVA SHORT TERM DUAL LUMEN CATHETER SET 12FR 20 cm SUBLAVIAN	CE, ISO		

33100 000-1	Lot nr.13 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, "long life – termen lung", 15,0 F, L – 240-280 mm;	Lot nr.13 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, "long life – termen lung", 15,0 F, L – 240-280 mm;	DDL-14524-SV	Turcia	DLR MEDIKAL SAN. ve DIS TIC. LTD. ŞTİ.	. Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe "termen lung" (set vîrstnici) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilator, teacă de introducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerințe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatorului de tip „PeelAway” (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2	OPTIMA-II DUAL LUMEN LONG TERM CATHETER SET 14,5FR 24cm STRAIGHT	CE, ISO	
13									

Numele, Prenumele: Andrei Capanji

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kayren Medical S.R.L.

Adresa: Moldova, UTA Gagauzia, Ceadir-Lunga, str. Dimitrov 3, ap.21